

SALVIETTA ASSORBENTE

Codice: MD 06 0003/1
Misure: cm 40x40
Pezzi/box: 200 (2 dispenser da 100 pezzi)

Classe (Dir. 93/42/CEE e s.m.i.): Is

Sterilizzazione: ETO

Destinazione d'uso: destinato all'uso da parte di personale medico e paramedico nel corso di procedure chirurgiche o medicazione

Conformità EN 13795 ☐ si ☒ no

Presenza di lattice ☐ si ☒ no


Ossido di etilene residuo inferiore a 2 ppm ☒ si ☐ no

Classificazione GMDN - CND 35181

T04010299

RDM¹ 171312/R

Caratteristiche	Metodo	Unità	Valori
Grammatura	Edana test 40.3-90	g/m ²	55
Spessore	Edana test 30.5-99	Mm	0.75
Resistenza alla trazione – asciutto cN/5 cm	Edana test 20.2-89	MD	1600
		CD	1200
Resistenza alla trazione bagnato cN/5 cm	Edana test 20.2-89	MD	850
		CD	650
Luminosità	(Data color CS-3	% Riflesso 460 mm	>83
Assorbenza	Edana test 10.3-99	Capacità (g/g)	7.5



CARATTERISTICHE

Tessuto non tessuto. Atossico.

Morbido.

Drappeggiante.

Anallergico.

Di pura ovatta di cellulosa con fine tramatura di rinforzo.

¹ Il numero identificativo di iscrizione nella Banca Dati del Ministero della Salute è unico per ogni dispositivo identificato dal codice MD 0X XXXX, a prescindere dal valore eventualmente attribuito all'estensione /XXX, che indica una mera variante del dispositivo base.

La sterilità è garantita solo a confezione integra. Conservare in luogo fresco e asciutto