

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

INTERCENTER

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 130 del 24/02/2025 BOLOGNA

Proposta:	DIC/2025/134 del 24/02/2025
Struttura proponente:	INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Oggetto:	SOSTITUZIONE PRODOTTI - FORNITURA DI PACEMAKER E DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA 3 - LOTTO 9 BOSTON
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - AREA SPESA SANITARIA
Firmatario:	BARBARA CEVENINI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale
Responsabile del procedimento:	Nadia Comastri

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'Informazione" e ss.mm.ii;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2163/2004 "Approvazione di norme organizzative relative all'avvio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004", come modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014";
- n. 2376 del 23/12/2024 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025;
- n. 2123/2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali: Cura del Territorio e dell'Ambiente; Agricoltura, Caccia e Pesca; Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e nell'ambito di Intercent-ER ...";
- Vista la determinazione n. 8732/2023 della Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare con la quale è stato adottato il Masterplan relativo al biennio 2023-2024;

Viste inoltre le seguenti determinazioni del Direttore di Intercent-ER:

- n. 265/2016 recante "Modifiche al Regolamento di Organizzazione di Intercent-ER", approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1825/2016 e successivamente modificata con deliberazione n. 29/2018;
- n. 410/2017 recante "Recepimento degli artt. 5, 7, e 12 della delibera di giunta regionale n. 468/2017 e modifi-

ca del regolamento di organizzazione di Intercent-ER" e ss.mm.ii.;

- n. 462/2024 "Modifica micro assetti organizzativi nell'ambito dell'Agenzia Intercent-ER";

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 110/2025 "PIAO 2025. Adeguamento del PIAO 2024/2026 in regime di esercizio provvisorio";

Visto l'Accordo quadro per la fornitura di Pacemaker e defibrillatori impiantabili per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna 3, RSPIC.2024.259 del 12/08/2024, stipulato con l'azienda BOSTON SCIENTIFIC SPA;

Preso atto della richiesta pervenuta da parte del fornitore BOSTON SCIENTIFIC SPA, presente agli atti con Prot. 31/01/2025.0005197.E del 31/01/2025 di sostituzione dei prodotti aggiudicati per il lotto 9, per evoluzione tecnologica, alle medesime condizioni economiche, come di seguito specificato:

- Dispositivo "Monitor Cardiaco Inseribile LUX-Dx Mod. M301" con il prodotto "MONITOR CARDIACO INSERIBILE LUX-Dx II+ Mod. M312" - Dispositivo inseribile per monitoraggio a lungo termine della frequenza cardiaca, compatibile con il sistema di monitoraggio remoto LATITUDE Clarity;

- "KIT MOBILE MyLUX App PER PAZIENTE Mod. 6259" con il prodotto "KIT Paziente MyLUX Mod. 6385" - Kit Paziente con magnete per avviare la comunicazione tra il dispositivo ICM e le applicazioni mobile.

Visti l'articolo "9 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA" del Capitolato tecnico e l'articolo "31 - Aggiornamento tecnologico" dell'Accordo quadro, che disciplinano la possibilità di apportare variazioni alla fornitura, alle stesse condizioni o a condizioni migliorative, nel caso in cui il fornitore presenti in commercio nuovi prodotti analoghi a quelli aggiudicati e che presentano migliori caratteristiche di rendimento;

Rilevato che la documentazione pervenuta risulta conforme alle caratteristiche richieste da Capitolato tecnico e preso atto del parere tecnico favorevole espresso dalla relativa Commissione giudicatrice ad hoc coinvolta;

Ritenuto di procedere alla sostituzione in convenzione dei prodotti, di cui si accertata l'equivalenza sulla base delle specifiche richieste in sede di gara, come sopra specificato;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

1. di approvare la sostituzione, nell'Accordo Quadro RSPIC.2024.259 del 12/08/2024 stipulato con la Ditta BOSTON SCIENTIFIC SPA, limitatamente al lotto 9:

- del dispositivo "Monitor Cardiaco Inseribile LUX-Dx Mod. M301" e del "KIT MOBILE MyLUX App PER PAZIENTE Mod. 6259" offerti in sede di gara rispettivamente con il prodotto "MONITOR CARDIACO INSERIBILE LUX-Dx II+ Mod. M312" e con il "KIT Paziente MyLUX Mod. 6385" avente caratteristiche migliorative e alle medesime condizioni economiche;
- 2. di recepire in Accordo quadro la sostituzione come sopra specificata;
- 3. di trasmettere il presente atto al Fornitore BOSTON SCIENTIFIC SPA;
- 4. di provvedere alle ulteriori forme di pubblicazione previste dal PIAO 2025, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 33/2013.

Barbara Cevenini