

107

	SCHEDA TECNICA MATERASSO ESPANSO VENTILATO H6841 a cubetti – H6830 bugnato	REV.1
		Pagina 1 di 1

12 FEB 2014

MATERASSO IN ESPANSO VENTILATO "POLIMED A CUBETTI"
E
MATERASSO IN ESPANSO VENTILATO "BUGNATO"
RDM 149252 - CND Y033306

- CODICE ARTICOLO: 05.05.H6841 – MATERASSO POLIMED VENTILATO "A CUBETTI"
 - CODICE ISO: 03.33.06.003 – MATERASSO IN ESPANSO VENTILATO
 - MATERASSO a cubetti " POLIMED", IGNIFUGO con superficie d'appoggio lavorata a "cubetti" fornito anche diviso in 3 pezzi. Dimensioni standard cm.190X80X13 - 190x80x14 circa (A RICHIESTA ALTRE DIMENSIONI)
 - in poliuretano espanso T30 densità 30kg/m³,
 - espansione senza CFC, è inodoro, imputrescibile, inattaccabile dagli insetti, resiste all'invecchiamento, buona traspirabilità, batteriologicamente puro, assolutamente neutro dal punto di vista igienico e fisiologico.
 - Realizzato con materiale espanso flessibile ad "alta resilienza".
 - Le caratteristiche di autoestinguenza superano la norma del capitolato FAR 25853B e rientra nella Classe 1M, secondo la normativa italiana CSE RF4 (con tessuti appropriati).
 - Optional: Fodera in Trevira CS
 - Ignifugo Classe 1M, Omologato dal Ministero degli Interni con N.T0967D20D1IM00001 il 4.10.1995 visto il certificato di reazione al fuoco n.135/92/rf emesso dal CSI,
 - Conforme norme EN-ISO-12182- CEE 93/42 sui Medical Device
-
- CODICE ARTICOLO: 05.05.H6830 – MATERASSO POLIMED VENTILATO "BUGNATO"
 - CODICE ISO: 03.33.06.003 – MATERASSO IN ESPANSO VENTILATO
 - MATERASSO BUGNATO " POLIMED", IGNIFUGO con superficie d'appoggio lavorata CON BUGNATURA Dimensioni standard cm.190X80X10 circa
 - in poliuretano espanso T30 densità 30kg/m³,
 - espansione senza CFC, è inodoro, imputrescibile, inattaccabile dagli insetti, resiste all'invecchiamento, buona traspirabilità, batteriologicamente puro, assolutamente neutro dal punto di vista igienico e fisiologico.
 - Realizzato con materiale espanso flessibile ad "alta resilienza".
 - Le caratteristiche di autoestinguenza superano la norma del capitolato FAR 25853B e rientra nella Classe 1M, secondo la normativa italiana CSE RF4 (con tessuti appropriati).
 - Optional: Fodera in Trevira CS
 - Ignifugo Classe 1M, Omologato dal Ministero degli Interni con N.T0967D20D1IM00001 il 4.10.1995 visto il certificato di reazione al fuoco n.135/92/rf emesso dal CSI,
 - Conforme norme EN-ISO-12182- CEE 93/42 sui Medical Device



OFFICINA ORTOPEDICA
FERRERO s.r.l.