

**Reatime s.r.l.**

Sede Amministrativa:
Viale delle Industrie, 5
20020 Arese (Mi)
Tel. 02 997707
Fax 02 93585617

Sede Legale:
Via Sanvito Silvestro, 60
21100 Varese

Cod. Fisc. e Part. IVA 02298170123
Cap. Soc. € 76.900,00 i.v.
R.E.A. Varese n. 245285
Iscr. Reg. R.A.E.E. n. IT 0809000005445

12 FEB 2014

SCHEDA TECNICAOFFICINA ORTOFEDICA
FERRERO s.r.l.**ROLLATOR MOD. 286E****PRODUTTORE:** Vermeiren - Belgio**DESCRIZIONE:** Rollator mod. 286E**CODICE ISO:**

12.06.09.009/12.06.09.106/12.06.09.130/12.06.09.142

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005):
290023/R**CODICE Nr:** 8002253**CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:**

- Larghezza cm.59
- Lunghezza (estesa) cm. 70
- Altezza sedile (da terra) cm. 61
- Larghezza sedile cm. 43
- Peso 10 Kg
- Pendenza massima 7°
- Cestino estraibile
- Sedile imbottito
- Tavolo in plexiglass
- Impugnature anatomiche
- Ruote 8 x 1 ¼ (Ø 200 mm)
- Freni multifunzione
- Schienale di sicurezza

Portata massima: max Kg 140**MATERIALI:**

- Telaio in acciaio grigio
- Rivestimento in skai nero

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: Il deambulatore è stato sottoposto a test e controlli di qualità di varie nazioni Europee, il marchio TÜV è riportato sul telaio, vi è quindi la certezza che risponde alle norme di sicurezza previste. I braccioli sono ignifughi e rispettano le norme ISO 8191 parte 1.

Il deambulatore viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Directive MDD 93/42/EEC e rispetta le seguenti normative Europee: EN 1041 – EN 14971 – EN 12182 – EN 12183 ed è marchiato CE.

GARANZIA: Il rollator mod. 286E è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

