



# DIABETOLOGIA TERRITORIALE E OSPEDALIERA 3° Edizione

Consultazione preliminare di mercato

DATA: 15 marzo 2022

**1. Oggetto della procedura**

---

**2. Analisi della domanda**

---

**3. Analisi dell'offerta**

---

**4. Strategia di gara**

---

**5. Sintesi**

---

La presente iniziativa di gara, destinata all'ambito territoriale e ospedaliero (per i soli lotti relativi alle lancette pungidito) delle Aziende sanitarie regionali, ha per oggetto la fornitura di:

- Sistemi per la diagnostica rapida della glicemia e relative strisce reattive. La fornitura degli strumenti di misurazione avverrà a titolo gratuito;
- Lancette pungidito e dispositivi per il prelievo capillare. La fornitura dei pungidito avverrà a titolo gratuito.

Il presente documento illustra le principali caratteristiche della gara giunta alla sua terza edizione.

I prodotti oggetto dell'iniziativa devono rispondere ai requisiti previsti dalle seguenti normative:

## **Per i sistemi per la misurazione della glicemia e i relativi materiali di consumo**

- Classificazione come “Dispositivi medici-diagnostici in vitro (IVD)” e conformità ai requisiti stabiliti dal D.lgs 332/2000 (attuazione della direttiva 98/97/CE) e al nuovo Regolamento Europeo UE 2017/746 s.m.i.;
- Conformità ai requisiti previsti dalla **ISO 15197:2015**.

## **Per i dispositivi per l'esecuzione del prelievo capillare e i sistemi sterili per il prelievo di sangue**

- Classificazione come “Dispositivi medici” e conformità ai requisiti stabiliti dal Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 o alle direttive europee Dispositivi Medici 93/42/CE (D.Lgs. 46 del 24/02/1997) e s.m.i.



# PRECEDENTE INIZIATIVA DI GARA IN AMBITO TERRITORIALE (Sintesi indizione)

La precedente edizione in ambito territoriale veniva strutturata come di seguito indicato:

<b>Oggetto</b>	Fornitura in ambito territoriale di lancette pungidito, strisce reattive e sistemi per la diagnostica rapida della glicemia (sistemi per automonitoraggio) 2
<b>Valore della gara</b>	€ 30.316.820,00 IVA esclusa
<b>Divisione in Lotti</b>	8 Lotti
<b>Procedura di aggiudicazione</b>	Procedura aperta interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del Codice
<b>Modalità di aggiudicazione (e ripartizione punteggio tecnico ed economico)</b>	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. n. 50 /2016 (PT 70 punti – PE 30 punti)
<b>Formula economica</b>	Ribasso massimo non lineare con coefficiente pari a 0,5
<b>Durata Convenzione</b>	24 mesi
<b>Durata degli OdF</b>	36 mesi



# PRECEDENTE INIZIATIVA DI GARA IN AMBITO TERRITORIALE (Sintesi indizione)

La precedente edizione in ambito territoriale prevedeva la suddivisione della procedura nei seguenti 8 lotti da cui scaturivano gli Accordi/Convenzioni Quadro con i fornitori aggiudicatari così suddivisi:

Lotto 1 - Sistema per la misurazione della glicemia ad alto contenuto tecnologico	<b>Accordo quadro</b> con tre aggiudicatari: <ul style="list-style-type: none"><li>• 50% al Fornitore che avrà conseguito il punteggio più alto</li><li>• 30% al Fornitore che avrà conseguito il secondo punteggio più alto</li><li>• 20% al Fornitore che avrà conseguito il terzo punteggio più alto</li></ul>
Lotto 2 - Sistema per la misurazione della glicemia capillare ad alta portabilità con funzionalità aggiuntive	<b>Accordo quadro</b> con tre aggiudicatari: <ul style="list-style-type: none"><li>• 50% al Fornitore che avrà conseguito il punteggio più alto</li><li>• 30% al Fornitore che avrà conseguito il secondo punteggio più alto</li><li>• 20% al Fornitore che avrà conseguito il terzo punteggio più alto</li></ul>
Lotto 3 - Sistema per la misurazione della glicemia capillare con funzionalità di base	<b>Convenzione quadro</b> con un unico aggiudicatario
Lotto 4 - Sistema per la misurazione della glicemia capillare e della chetonemia	<b>Convenzione quadro</b> con un unico aggiudicatario
Lotto 5 - Sistema per la misurazione della glicemia in grado di proteggere nei confronti del rischio biologico	<b>Convenzione quadro</b> con un unico aggiudicatario
Lotto 6 - Lancette pungidito e dispositivo meccanico per il prelievo capillare per la misurazione della glicemia nel paziente adulto	<b>Convenzione quadro</b> con un unico aggiudicatario
Lotto 7 - Dispositivo per l'esecuzione del prelievo capillare nel paziente adulto con patologie potenzialmente trasmissibili	<b>Convenzione quadro</b> con un unico aggiudicatario
Lotto 8 - Lancette pungidito e dispositivo meccanico per l'esecuzione del prelievo capillare per il prelievo da siti alternativi	<b>Convenzione quadro</b> con un unico aggiudicatario.



# PRECEDENTE INIZIATIVA DI GARA IN AMBITO OSPEDALIERO (Sintesi indizione)

La precedente edizione in ambito ospedaliero veniva strutturata come di seguito indicato:

<b>Oggetto</b>	Procedura aperta per la fornitura di sistemi professionali per la misura rapida della glicemia (poct) e dispositivi pungidito occorrenti ai reparti e servizi delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna
<b>Valore della gara</b>	€ 8.150.873,00 IVA esclusa
<b>Divisione in Lotti</b>	3 Lotti
<b>Procedura di aggiudicazione</b>	Procedura aperta interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del Codice
<b>Modalità di aggiudicazione (e ripartizione punteggio tecnico ed economico)</b>	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. n. 50 /2016 (PT 70 punti – PE 30 punti)
<b>Formula economica</b>	Ribasso massimo non lineare con coefficiente pari a 0,5
<b>Durata Convenzione</b>	36 mesi
<b>Durata degli OdF</b>	60 mesi per il lotto 1 - 36 mesi per i lotti 2 e 3

# PRECEDENTE INIZIATIVA DI GARA IN AMBITO OSPEDALIERO (Sintesi indizione)

La precedente edizione in ambito ospedaliero prevedeva la suddivisione della procedura nei seguenti 3 lotti da cui scaturivano le Convenzioni Quadro con i fornitori aggiudicatari così suddivise:

Lotto 1 - Sistema in service di diagnostica rapida per la glicemia in ambito ospedaliero/ambulatoriale comprensivo di interfacciamento con i LIS

**Convenzione quadro** con un unico aggiudicatario

Lotto 2 - Dispositivo per l'esecuzione del prelievo capillare per la misurazione della glicemia nel soggetto adulto

**Convenzione quadro** con un unico aggiudicatario

Lotto 3 - Sistema sterile per il prelievo di sangue dal tallone dei neonati

**Convenzione quadro** con un unico aggiudicatario

# PRECEDENTE INIZIATIVA DI GARA (Aggiudicazione-Convenzione - OdF)

A seguito di espletamento delle procedura di gara *de quo*, sono stati stipulati AQ con tre operatori per i Lotti 1-2 territoriali e Convenzioni con unico aggiudicatario/OE per i rimanenti lotti territoriale e per i lotti Ospedalieri. Per tutti i lotti è stato disposto il quinto d'obbligo.

Di seguito dettaglio aggiudicazione/Convenzione/OdF per singolo lotto con relativo residuo:  
(lotti ambito territoriale)

LOTTO	Descrizione lotto	% AGG	Fornitore	Data Inizio	Scadenza	Valore Convenzione	Totale Ordinato	Residuo Convenzione
1	Sistema per la misurazione della glicemia capillare ad alto contenuto tecnologico (elevata accuratezza e funzionalità avanzate) – Materiale di consumo: strisce reattive per la determinazione della glicemia capillare	50	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	05/04/2019	04/04/2021	568.093,89	568.093,89	0
		30	ASCENSIA DIABETES CARE ITALY S.R.L.	28/03/2019	27/03/2021	476.010,36	476.010,36	0
		20	ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A.	28/03/2019	27/03/2022	804.807,36	804.807,36	0
2	Sistema per la misurazione della glicemia capillare ad alta portabilità con funzionalità aggiuntive, materiale di consumo: strisce reattive per la determinazione della glicemia capillare	50	A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.	01/04/2019	31/03/2022	3.216.687,60	3.032.414,00	184.273,60
		30	SANOFI S.r.l.	28/03/2019	27/03/2022	2.329.800,88	2.329.800,88	0
		20	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	04/04/2019	03/04/2022	735.242,88	621.342,40	113.900,48
3	Sistema per la misurazione della glicemia capillare con funzionalità di base - Materiale di consumo: strisce reattive per la determinazione della glicemia capillare	100	ABBOTT S.R.L.	01/04/2019	31/03/2022	7.075.829,25	6.596.714,25	479.115,00
4	Sistema per la misurazione della glicemia capillare e della chetonemia - Materiale di consumo: strisce reattive per la determinazione della glicemia capillare e della chetonemia	100	A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.	29/03/2019	28/03/2022	1.351.357,73	1.220.688,00	130.669,73
5	Sistema per la misurazione della glicemia in grado di proteggere nei confronti del rischio biologico connesso al prelievo e all'esecuzione del controllo - Materiale di consumo: strisce reattive per la determinazione della glicemia capillare	100	A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.	29/03/2019	28/03/2022	993.240,00	640.610,00	352.630,00
6	Lancette pungidito e dispositivo meccanico per l'esecuzione del prelievo capillare per la misurazione della glicemia nel paziente adulto	100	BENEFIS S.R.L.	28/03/2019	27/03/2022	605.166,48	521.502,61	83.663,87
7	Dispositivo per l'esecuzione del prelievo capillare per la misurazione della glicemia nel paziente adulto con patologie potenzialmente trasmissibili	100	BENEFIS S.R.L.	28/03/2019	27/03/2022	439.423,92	273.709,80	165.714,12
8	Lancette pungidito e dispositivo meccanico per l'esecuzione del prelievo capillare per la misurazione della glicemia che consenta il prelievo da siti alternativi	100	CHEMIL S.R.L.	01/04/2019	31/03/2022	10.940,40	10.055,10	885,30



# PRECEDENTE INIZIATIVA DI GARA (Aggiudicazione-Convenzione - OdF) segue

(lotti ambito ospedaliero)

LOTTO	Descrizione Lotto	Fornitore	Data Inizio	Scadenza	Valore Convenzione	Totale Ordinato	Residuo Convenzione/ LOTTO
2	DISPOSITIVO PER L'ESECUZIONE DEL PRELIEVO CAPILLARE PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA NEL SOGGETTO ADULTO	YPSOMED ITALIA SRL	09/12/2019	08/12/2022	729.378,00	697.587,49	31.790,51
3	SISTEMA STERILE PER IL PRELIEVO DI SANGUE DAL TALLONE DEI NEONATI	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	17/10/2019	16/10/2022	215.631,00	213.135,00	2.496,00



# IL GRUPPO DI LAVORO

Al fine di definire le caratteristiche tecniche dei sistemi/prodotti oggetto della presente edizione di gara, l'Agenzia si è avvalsa della collaborazione di un Gruppo di tecnici esperti:

Il Gruppo di lavoro, ha proceduto alla verifica dei sistemi/prodotti di maggior utilizzo nelle varie Aziende sanitarie, proponendo per la nuova edizione di gara, una procedura unica in ambito territoriale e ospedaliero, con l'accorpamento delle forniture a scadenza oggetto delle precedenti edizioni di gara (tutti i lotti della gara territoriale ed i lotti 2 e 3 della gara ospedaliera).

Il Gruppo di lavoro ha, altresì, supportato l'Agenzia nei seguenti compiti:

- Ridefinizione dell'oggetto della procedura di gara derivante dall'analisi dei prodotti maggiormente utilizzati nelle Aziende sanitarie;
- Aggiornamento del Capitolato tecnico;
- Definizione dei criteri di valutazione.

**I lavori del gruppo sono terminati alla fine del mese di gennaio 2022.**



# ANALISI DELLA DOMANDA

La nuova edizione di gara, pertanto, è suddivisa nei seguenti 9 lotti che corrispondono alle necessità delle Aziende sanitarie:

- **Lotto 1: Sistema per la misurazione della glicemia capillare ad alto contenuto tecnologico (elevata accuratezza e funzionalità avanzate) – Materiale di consumo: strisce reattive per la determinazione della glicemia capillare.**
- **Lotto 2: Sistema per la misurazione della glicemia capillare ad alta portabilità con funzionalità aggiuntive – Materiale di consumo: strisce reattive per la determinazione della glicemia capillare.**
- **Lotto 3: Sistema per la misurazione della glicemia capillare con funzionalità di base - Materiale di consumo: strisce reattive per la determinazione della glicemia capillare.**
- **Lotto 4: Sistema per la misurazione della glicemia capillare e della chetonemia - Materiale di consumo: strisce reattive per la determinazione della glicemia capillare e della chetonemia.**
- **Lotto 5: Sistema per la misurazione della glicemia in grado di proteggere nei confronti del rischio biologico connesso al prelievo e all'esecuzione del controllo – Materiale di consumo: strisce reattive per la determinazione della glicemia capillare.**
- **Lotto 6: Lancette pungidito e dispositivo meccanico per l'esecuzione del prelievo capillare per la misurazione della glicemia nel paziente adulto.**
- **Lotto 7: Dispositivo monopezzo non riutilizzabile per l'esecuzione del prelievo capillare per la misurazione della glicemia - nel paziente adulto con patologie potenzialmente trasmissibili - anche in ambito ospedaliero.**
- **Lotto 8: Lancette pungidito e dispositivo meccanico per l'esecuzione del prelievo capillare per la misurazione della glicemia che consenta il prelievo da siti alternativi.**
- **Lotto 9: Sistema sterile per il prelievo di sangue dal tallone dei neonati in ambito ospedaliero.**



# ANALISI DELLA DOMANDA

Definiti i lotti, il Gruppo di Lavoro ha proceduto a redigere il capitolato tecnico che è il risultato dell'analisi del capitolato delle precedenti edizioni in ambito territoriale e ospedaliero, integrato con gli aggiornamenti resisi necessari con riferimento ai prodotti di più recente introduzione sul mercato.

La procedura contempla la fornitura di lancette pungidito e dispositivi per l'esecuzione del prelievo capillare, strisce reattive e sistemi per la diagnostica rapida della glicemia (sistemi per automonitoraggio).

Gli strumenti di misurazione e quelli per l'esecuzione del prelievo capillare dovranno essere forniti gratuitamente, secondo richiesta.

**L'impresa aggiudicataria di ciascun lotto dovrà provvedere con personale e mezzi propri alla consegna e successivo ritiro dei sistemi richiesti.**

Su suggerimento del Gruppo di lavoro si è ritenuto necessario aumentare la durata contrattuale in ragione degli sforzi organizzativi che si rendono necessari in caso di variazioni dei dispositivi aggiudicati, soprattutto in ambito territoriale.

Pertanto, diversamente dalla precedente edizione la fornitura avrà una durata di 60 mesi a decorrere dalla data di stipula dell'Accordo quadro/Convenzione.



# ANALISI DELLA DOMANDA – Richiesta fabbisogni

Al fine di definire le quantità dei sistemi/prodotti, da ripartire sui singoli lotti in gara, si è proceduto a richiedere:

- ❖ alle Aziende Sanitarie del territorio regionale i propri fabbisogni attraverso un questionare inviato tramite Piattaforma SATER;
- ❖ al fornitore aggiudicatario della precedente edizione, Report sulla commessa eseguita.

Nel questionario, inviato alle Aziende Sanitarie, sono state richieste le seguenti informazioni:

- Fabbisogno annuo di sistemi/prodotti;
- Nome commerciale attualmente in uso;
- Ragione sociale dell'attuale Fornitore;
- Prezzo attualmente pagato per sistema/prodotto.

L'analisi/confronto dei dati sopra menzionati è attività propedeutica alla individuazione del valore della gara.



LOTTO	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	TARGET	TOTALE FABBISOGNO ANNUO	FABBISOGNO 5 ANNI
1	SISTEMA PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO (ELEVATA ACCURATEZZA E FUNZIONALITA' AVANZATE) – MATERIALE DI CONSUMO: STRISCE REATTIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE	TERRITORIALE	<b>5.423.750</b>	<b>27.118.750</b>
2	SISTEMA PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE AD ALTA PORTABILITA' CON FUNZIONALITA' AGGIUNTIVE – MATERIALE DI CONSUMO: STRISCE REATTIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE	TERRITORIALE	<b>19.207.900</b>	<b>96.039.500</b>
3	SISTEMA PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE CON FUNZIONALITA' DI BASE - MATERIALE DI CONSUMO: STRISCE REATTIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE	TERRITORIALE	<b>16.721.350</b>	<b>83.606.750</b>
4	SISTEMA PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE E DELLA CHETONEMIA - MATERIALE DI CONSUMO: STRISCE REATTIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE E DELLA CHETONEMIA	TERRITORIALE	<b>2.346.410</b>	<b>11.732.050</b>
5	SISTEMA PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA IN GRADO DI PROTEGGERE NEI CONFRONTI DEL RISCHIO BIOLOGICO CONNESSO AL PRELIEVO E ALL'ESECUZIONE DEL CONTROLLO – MATERIALE DI CONSUMO: STRISCE REATTIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE	TERRITORIALE	<b>2.619.950</b>	<b>13.099.750</b>
6	LANCETTE PUNGIDITO E DISPOSITIVO MECCANICO PER L'ESECUZIONE DEL PRELIEVO CAPILLARE PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA NEL PAZIENTE ADULTO	TERRITORIALE	<b>35.382.000</b>	<b>176.910.000</b>
7	DISPOSITIVO MONOPEZZO NON RIUTILIZZABILE PER L'ESECUZIONE DEL PRELIEVO CAPILLARE PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA - NEL PAZIENTE ADULTO CON PATOLOGIE POTENZIALMENTE TRASMISSIBILI - IN AMBITO TERRITORIALE	TERRITORIALE	<b>1.052.100</b>	<b>5.260.500</b>
7	DISPOSITIVO MONOPEZZO NON RIUTILIZZABILE PER L'ESECUZIONE DEL PRELIEVO CAPILLARE PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA - NEL PAZIENTE ADULTO CON PATOLOGIE POTENZIALMENTE TRASMISSIBILI - IN AMBITO OSPEDALIERO	OSPEDALIERO	<b>6.911.800</b>	<b>34.559.000</b>
8	LANCETTE PUNGIDITO E DISPOSITIVO MECCANICO PER L'ESECUZIONE DEL PRELIEVO CAPILLARE PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA CHE CONSENTA IL PRELIEVO DA SITI ALTERNATIVI	TERRITORIALE	<b>1.051.000</b>	<b>5.255.000</b>
9	SISTEMA STERILE PER IL PRELIEVO DI SANGUE DAL TALLONE DEI NEONATI IN AMBITO OSPEDALIERO	OSPEDALIERO	<b>139.500</b>	<b>697.500</b>



# ANALISI DELL'OFFERTA

Da un'analisi condotta sulle varie procedure espletate in ambito nazionale è emerso che i potenziali Operatori Economici interessati alla presente edizione della procedura sono i seguenti:

**JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA. - ASCENSIA DIABETES CARE ITALY SRL - BECTON DICKINSON ITALIA SPA - YPSOMED ITALIA SRL - ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA - A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL – ABBOTT SRL – SANOFI SRL – BENEFIS SRL – CHEMIL SRL**

Data la complessità della procedura e conformemente alla prassi dell'Agenzia di effettuare un confronto preliminare di mercato prima dell'indizione, si propone di effettuare un dialogo tecnico aperto a tutti gli operatori economici interessati a partecipare all'iniziativa.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione, è stata inviata una mail agli operatori partecipanti alla precedente iniziativa.

L'iniziativa è inoltre stata pubblicizzata sul sito dell'Agenzia.

Il dialogo tecnico si terrà il 15 marzo 2022 e agli operatori verrà dato tempo fino al 22 marzo 2022 per far pervenire all'Agenzia eventuali osservazioni in merito all'impostazione della procedura.



# ANALISI DELL'OFFERTA – Benchmark

1/2

DIABETOLOGIA TERRITORIALE ANALISI BENCHMARK		INTERCENTER - Lancette pungidito, strisce reattive e sistemi per la diagnostica rapida della glicemia 2019			INTERCENTER - Diabetologia Ospedaliera 2019		CONSIP Gara 2019		SCR PIEMONTE Gara 2019		ARIA LOMBARDIA Gara 2019		CENTRALE ACQUISTI - Lazio Gara 2019		ARIC Abruzzo Gara 2019		ESTAR Gara 2019		REGIONE VENETO 2019		CRA LIGURIA Diabetologia ospedaliera 2020		UMBRIA Gara 2020		CONSIP Gara 2022	So.Re.Sa. Gara 2022					
NOME LOTTO NUOVA GARA		Lotto di riferimento	Prezzo a base d'asta	Prezzo aggiudicato	Prezzo a base d'asta	Prezzo aggiudicato	Prezzo a base d'asta	Prezzo aggiudicato	Prezzo a base d'asta	Prezzo aggiudicato	Prezzo a base d'asta	Prezzo a base d'asta	Prezzo aggiudicato	Prezzo a base d'asta	Prezzo aggiudicato	Prezzo a base d'asta	Prezzo aggiudicato	Prezzo a base d'asta	Prezzo aggiudicato	Prezzo a base d'asta	Prezzo aggiudicato	Prezzo a base d'asta	Prezzo aggiudicato	Prezzo a base d'asta	Prezzo a base d'asta	Prezzo aggiudicato					
1	LOTTO 1: SISTEMA PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO (ELEVATA ACCURATEZZA E FUNZIONALITA' AVANZATE) – MATERIALE DI CONSUMO: STRISCE REATTIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE;	Lotto 1: Sistema per la misurazione della glicemia capillare ad alto contenuto tecnologico	0,3000 €	0,2350 €			0,1180 €	0,1050 €					0,1360 €		0,0800 €		0,1980 €								0,1100 €		0,1180 €				
							0,1180 €	0,1100 €							0,1640 €		0,2200 €		0,1980 €							0,1280 €		0,1840 €			
							0,0600 €	0,1250 €								0,2490 €		0,2400 €		0,2200 €							0,1360 €		0,1490 €		
							0,0850 €									0,1860 €		0,1500 €		0,2680 €							0,0760 €		0,2370 €		
										0,2700 €		0,2200 €			0,117 (gara annullata)	0,2500 €	0,2470 €	0,2800 €	0,2600 €	0,2700 €	0,1190 €	0,2700 €				0,2000 €		15,000 Kit 0,190 strisce 0,030 lancette	0,2700 €	0,1800 €	
											0,1000 €		0,1600 €				0,1850 €		0,2200 €		0,2690 €						0,1200 €		0,2200 €		
																	0,2350 €		0,2600 €		0,1990 €									0,2300 €	
																	0,1500 €		0,1800 €		0,2690 €										0,2200 €
							0,2400 €										0,2480 €		0,1800 €		0,2680 €										
				2	LOTTO 2: SISTEMA PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE AD ALTA PORTABILITA' CON FUNZIONALITA' AGGIUNTIVE – MATERIALE DI CONSUMO: STRISCE REATTIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE);	Lotto 2: Sistema per la misurazione della glicemia capillare ad alta portabilità con funzionalità aggiuntive	0,2700 €	0,0800 €														0,1496 €									
																				0,1990 €											
																					0,1980 €										
																					0,1999 €										
			0,1690 €															0,1998 €													
			0,1400 €																												
3	LOTTO 3: SISTEMA PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE CON FUNZIONALITA' DI BASE - MATERIALE DI CONSUMO: STRISCE REATTIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE;	Lotto 3: Sistema per la misurazione della glicemia capillare con funzionalità di base	0,1600 €	0,1050 €				0,1180 €	0,1050 €								0,1980 €								0,1100 €		0,0820 €				
								0,1180 €	0,1100 €											0,1980 €							0,1140 €		0,1180 €		
								0,0600 €													0,1600 €							0,1080 €		0,1700 €	
								0,0850 €													0,1992 €							0,0770 €		0,1240 €	
																	0,1560 €				0,0698 €									0,1490 €	
											0,2600 €		0,1500 €			€ 0,1170	0,2100 €	0,1900 €		0,2000 €	0,1900 €	0,2000 €	0,0759 €	0,1500 €	0,1300 €		0,1600 €		0,2100 €	0,1670 €	
																		0,2000 €		0,1850 €										0,1400 €	
												0,1000 €		0,0800 €				0,1400 €		0,1400 €		0,1990 €							0,1200 €		0,1670 €
																		0,1900 €		0,1900 €		0,1990 €									0,2080 €
																		0,2090 €				0,1995 €									
4	LOTTO 4: SISTEMA PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE E DELLA CHETONEMIA - MATERIALE DI CONSUMO: STRISCE REATTIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE E DELLA CHETONEMIA;	Lotto 4: Sistema per la misurazione della glicemia capillare e della chetonomia	0,3000 €	0,1400 €													0,5980 €										0,1580 €				
																				0,8500 €									0,2200 €		
																					0,7890 €										0,1840 €
																					0,8000 €										
													0,2360 €		0,7000 €																
													0,2900 €		0,9800 €																
													0,2950 €																		



# ANALISI DELL'OFFERTA – Benchmark

2/2

DIABETOLOGIA TERRITORIALE ANALISI BENCHMARK	INTERCENTER - Lancette pungidito, strisce reattive e sistemi per la diagnostica rapida della glicemia 2019		INTERCENTER - Diabetologia Ospedaliera 2019		CONSIP Gara 2019		SCR PIEMONTE Gara 2019		ARIA LOMBARDIA Gara 2019		CENTRALE ACQUISTI - Lazio Gara 2019		ARIC Abruzzo Gara 2019		ESTAR Gara 2019		REGIONE VENETO 2019		CRA LIGURIA Diabetologia ospedaliera 2020		UMBRIA Gara 2020		CONSIP Gara 2022	So.Re.Sa. Gara 2022		
NOME LOTTO NUOVA GARA	Lotto di riferimento	Prezzo a base d'asta	Prezzo aggiudicato	Prezzo a base d'asta	Prezzo aggiudicato	Prezzo a base d'asta	Prezzo aggiudicato	Prezzo a base d'asta	Prezzo aggiudicato	Prezzo a base d'asta	Prezzo aggiudicato	Prezzo a base d'asta	Prezzo aggiudicato	Prezzo a base d'asta	Prezzo aggiudicato	Prezzo a base d'asta	Prezzo aggiudicato	Prezzo a base d'asta	Prezzo aggiudicato	Prezzo a base d'asta	Prezzo aggiudicato	Prezzo a base d'asta	Prezzo a base d'asta	Prezzo aggiudicato	Prezzo a base d'asta	Prezzo aggiudicato
5	LOTTO 5: SISTEMA PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA IN GRADO DI PROTEGGERE NEI CONFRONTI DEL RISCHIO BIOLOGICO CONNESSO AL PRELIEVO E ALL'ESECUZIONE DEL CONTROLLO – MATERIALE DI CONSUMO: STRISCE REATTIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE;	0,2500 €	0,1000 €											-	-											
6	LOTTO 6: LANCETTE PUNGIDITO E DISPOSITIVO MECCANICO PER L'ESECUZIONE DEL PRELIEVO CAPILLARE PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA NEL PAZIENTE ADULTO;	0,0200 €	0,0060 €					0,0170 €	0,0061 €			0,0200 €		0,0300 €		0,0500 €		0,0500 €				0,0250 €			0,0200 €	0,0050 €
7	LOTTO 7: DISPOSITIVO PER L'ESECUZIONE DEL PRELIEVO CAPILLARE PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA NEL PAZIENTE ADULTO CON PATOLOGIE POTENZIALMENTE TRASMISSIBILI	0,0500 €	0,0390 €											0,0600 €								0,0500 €	0,0330 €		0,0500 €	0,0190 €
8	LOTTO 8: LANCETTE PUNGIDITO E DISPOSITIVO MECCANICO PER L'ESECUZIONE DEL PRELIEVO CAPILLARE PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA CHE CONSENTA IL PRELIEVO DA SITI ALTERNATIVI	0,0200 €	0,0060 €									0,0200 €														
9	LOTTO 9: DISPOSITIVO PER L'ESECUZIONE DEL PRELIEVO CAPILLARE PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA NEL SOGGETTO ADULTO IN AMBITO OSPEDALIERO			0,0800 €	0,0375 €															0,1000 €	0,0800 €					
10	LOTTO 10: SISTEMA STERILE PER IL PRELIEVO DI SANGUE DAL TALLONE DEI NEONATI IN AMBITO OSPEDALIERO							0,0170 €	0,0086 €																	0,0064 €



# Strategia di gara – Accordo quadro/Convenzione

Per i lotti 1 e 2, allo scopo di garantire l'acquisizione di una più vasta gamma di prodotti occorrente ai clinici utilizzatori per soddisfare specifiche esigenze, si propone di sottoscrivere Accordi Quadro con tre fornitori per singolo lotto secondo la seguente ripartizione:

- ❑ Accordo quadro per un quantitativo pari al **50% del fabbisogno totale del lotto** con il fornitore che avrà presentato l'offerta con il punteggio complessivo più alto;
- ❑ Accordo quadro per un quantitativo pari al **30% del fabbisogno totale del lotto** con il fornitore che avrà presentato l'offerta con il secondo punteggio complessivo più alto;
- ❑ Accordo per un quantitativo pari al **20% del fabbisogno totale del lotto** con il fornitore che avrà presentato l'offerta con il terzo punteggio complessivo più alto.

Tale ipotesi permetterebbe di aggiudicare la fornitura a differenti prodotti, con quantità differenti in base alla qualità complessiva dell'offerta presentata, sfruttando comunque il meccanismo della concorrenza in gara all'interno dello stesso scenario tecnologico.

Per i restanti lotti si propone di sottoscrivere una Convenzione quadro con il fornitore aggiudicatario del lotto.



## Requisiti di partecipazione

Ai fini di facilitare la partecipazione alla gara, si ritiene di non richiedere il possesso di requisiti di capacità economico finanziaria e requisiti di capacità tecnica e professionale. Verranno quindi previsti per la partecipazione alla gara i seguenti requisiti di cui all'art. 83 del d.lgs. n. 50/2016:

- Requisiti di ordine generale
- Requisiti di idoneità professionale

L'Agenzia stipulerà Accordo Quadro con tre operatori economici per i Lotti 1 e 2 , stipulerà Convenzione con unico operatore economico per i Lotti 3-4-5-6-7-8-9.

## Durata

- L'Accordo Quadro/Convenzione avrà durata di 60 mesi dalla data di stipula.
- Gli ordinativi di fornitura emessi dalle Aziende Sanitarie avranno durata di 60 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro/Convenzione.


# STRATEGIA DI GARA – Modalità di aggiudicazione

In considerazione della peculiarità della commessa e la necessità di selezionare offerte che garantiscano un adeguato livello qualitativo della fornitura, si conferma la scelta della precedente edizione, ovvero aggiudicazione con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.gs. n. 50/2016, con la seguente ripartizione del punteggio tecnico ed economico:

## PUNTEGGIO TECNICO

Nella slide successiva viene riportata una proposta di criteri per l'assegnazione del punteggio tecnico.

Si propone inoltre l'inserimento di una **soglia di sbarramento**, da applicare dopo il re-scaling, pari alla metà più uno del punteggio tecnico massimo attribuibile (**36 punti**).



## PUNTEGGIO ECONOMICO

Per l'attribuzione del punteggio economico si propone l'adozione della formula del **ribasso massimo non lineare** con coefficiente pari a **0,5**, al fine di premiare offerte qualitativamente sostenibili:

$$P_e(i) = 30 * \left( \frac{R_i}{R_{max}} \right)^{0,5}$$

# STRATEGIA DI GARA- Modalità di aggiudicazione – Caratteristiche generali minime

Tutti i sistemi messi a gara dovranno avere le caratteristiche generali minime di seguito elencate:

- Rispondenza completa a tutti i requisiti previsti dalla norma ISO 15197:2015.
- Latex free
- Alimentazione a batterie
- Assenza di necessità di codifica manuale
- Avviso di campione non sufficiente
- Campionamento per capillarità
- Conservazione delle strisce senza danneggiamento per temperature comprese almeno fra +15° e +30°
- Disattivazione automatica dello strumento
- Documentazione allegata alle strisce reattive coerente con quanto indicato nel manuale d'uso del glucometro e nel sito web del produttore dello strumento
- Durata delle strisce dopo l'apertura del flacone: minimo 3 mesi
- Confezionamento delle strisce non superiore a 50 unità
- Manuale di istruzioni in italiano
- Manuale d'uso semplificato in italiano
- Possibilità di verifica dell'attendibilità dei risultati con soluzioni di controllo (la soluzione di controllo dovrà essere disponibile gratuitamente, a richiesta dei servizi farmaceutici o diabetologici delle Aziende sanitarie)
- Range dell'ematocrito compreso tra 30% - 50% e per il lotto 1 tra 25%-55%
- Range di misurazione della glicemia 20-500 mg/dl e per il lotto 1 20-600 mg/dl, con affidabilità documentata e certificata in condizioni cliniche e ambientali comuni e ricorrenti per la patologia diabetica
- Temperatura ambientale tollerata almeno da +10° a + 40° (temperatura operativa dello strumento)
- Tempo di misurazione della glicemia ≤ 6 secondi
- Umidità ambientale tollerata almeno da 25% a 80%
- Visualizzazione della glicemia con unità di misura in mg/dl con contestuale impossibilità di modifica accidentale dell'impostazione
- Volume del campione di sangue capillare ≤ 1 µl (tranne che per il lotto 1 dove è richiesto volume del campione di sangue capillare ≤ 0,6 µl). Volume del campione di sangue capillare per lotto 4 (striscia per controllo chetonemia) ≤ 1,5 µl

Le app dedicate e i software, se presenti sullo strumento, dovranno avere la relativa certificazione/marcatura CE come previsto dalla normativa sui dispositivi medici.



# STRATEGIA DI GARA – Modalità di aggiudicazione – Caratteristiche specifiche 1/4

## LOTTO 1: SISTEMA PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO (ELEVATA ACCURATEZZA E FUNZIONALITA' AVANZATE) – MATERIALE DI CONSUMO: STRISCE REATTIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE

### CARATTERISTICHE INDISPENSABILI:

- Tipologia del sistema: apparecchio di tecnologia avanzata per la misurazione della glicemia capillare, con visualizzazione sul glucometro del dato glicemico, e dotato di sistema di memorizzazione delle glicemie e analisi strutturata del dato, con possibilità di report di tali informazioni sullo strumento o su smartphone e di trasferimento delle stesse su supporto informatizzato (software di scarico dei dati in lingua italiana)
- Range dell'ematocrito compreso almeno tra 25%- 55%
- Range di misurazione della glicemia almeno 20-600 mg/dl, con affidabilità documentata e certificata in condizioni cliniche e ambientali comuni e ricorrenti per la patologia diabetica
- Volume del campione di sangue capillare  $\leq 0,6\mu\text{l}$
- Capacità di memorizzare nel glucometro o nel sistema di monitoraggio un numero di test almeno pari a 600 determinazioni

## LOTTO 2: SISTEMA PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE AD ALTA PORTABILITA' CON FUNZIONALITA' AGGIUNTIVE – MATERIALE DI CONSUMO: STRISCE REATTIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE

### CARATTERISTICHE INDISPENSABILI:

- Tipologia del sistema: apparecchio di tecnologia avanzata per la misurazione della glicemia capillare, con visualizzazione sul glucometro del dato glicemico, di dimensioni ridotte (oppure sistema all in one o similare), facilmente trasportabile, con possibilità di trasferimento dei dati su supporto informatico (software di scarico dei dati in lingua italiana)
  - Capacità di memorizzare nel glucometro o nel sistema di monitoraggio un numero di test almeno pari a 600 determinazioni
  - Range dell'ematocrito compreso almeno tra 30%- 50%
- Range di misurazione della glicemia almeno 20-500 mg/dl, con affidabilità documentata e certificata in condizioni cliniche e ambientali comuni e ricorrenti per la patologia diabetica



# STRATEGIA DI GARA – Modalità di aggiudicazione – Caratteristiche specifiche 2/4

## **LOTTO 3: SISTEMA PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE CON FUNZIONALITA' DI BASE - MATERIALE DI CONSUMO: STRISCE REATTIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE**

### CARATTERISTICHE INDISPENSABILI:

- Tipologia del sistema: apparecchio di tecnologia avanzata per la misurazione della glicemia capillare, maneggevole, con interfaccia paziente semplice, con schermo di facile lettura;
- Impossibilità di modifica dell'unità di misura della glicemia mg/dl
- Dimensione dei numeri su display  $\geq$  a 1 cm di altezza
- Dimensione della striscia: superficie  $\geq$  mm<sup>2</sup> 120 (il calcolo della superficie verrà effettuato tenendo conto della larghezza massima della striscia per la lunghezza massima della striscia)
- Capacità di memorizzare nel glucometro o nel sistema di monitoraggio un numero di test almeno pari a 350 determinazioni
- Range dell'ematocrito compreso almeno tra 30%- 50%
- Range di misurazione della glicemia almeno 20-500 mg/dl, con affidabilità documentata e certificata in condizioni cliniche e ambientali comuni e ricorrenti per la patologia diabetica

## **LOTTO 4: SISTEMA PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE E DELLA CHETONEMIA - MATERIALE DI CONSUMO: STRISCE REATTIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE E DELLA CHETONEMIA**

### CARATTERISTICHE INDISPENSABILI:

- Tipologia del sistema: apparecchio di tecnologia avanzata per la misurazione della glicemia capillare e della chetonemia (acido beta-idrossibutirrico)
  - Capacità di memorizzare nel glucometro o nel sistema di monitoraggio un numero di test almeno pari a 350 determinazioni
  - Riconoscimento automatico della striscia per chetoni verso striscia per glicemia;
  - Tempo di misurazione della chetonemia  $\leq$  15"
  - Range dell'ematocrito compreso almeno tra 30%- 50%
- Range di misurazione della glicemia almeno 20-500 mg/dl, con affidabilità documentata e certificata in condizioni cliniche e ambientali comuni e ricorrenti per la patologia diabetica



# STRATEGIA DI GARA – Modalità di aggiudicazione – Caratteristiche specifiche 3/4

## **LOTTO 5: SISTEMA PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA IN GRADO DI PROTEGGERE NEI CONFRONTI DEL RISCHIO BIOLOGICO CONNESSO AL PRELIEVO E ALL'ESECUZIONE DEL CONTROLLO – MATERIALE DI CONSUMO: STRISCE REATTIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE**

### CARATTERISTICHE INDISPENSABILI:

- Tipologia del sistema: apparecchio di tecnologia avanzata per la misurazione della glicemia capillare, dotato di sistema di espulsione o ricattura della striscia senza contatto manuale
- Capacità di memorizzare nel glucometro o nel sistema di monitoraggio un numero di test almeno pari a 350 determinazioni
- Range dell'ematocrito compreso almeno tra 30%- 50%
- Range di misurazione della glicemia almeno 20-500 mg/dl, con affidabilità documentata e certificata in condizioni cliniche e ambientali comuni e ricorrenti per la patologia diabetica

## **LOTTO 6: LANCETTE PUNGIDITO E DISPOSITIVO MECCANICO PER L'ESECUZIONE DEL PRELIEVO CAPILLARE PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA NEL PAZIENTE ADULTO**

### CARATTERISTICHE INDISPENSABILI:

- Sistema costituito da apposito dispositivo meccanico nel quale inserire lancette
- Sterilità delle lancette
- Calibro della punta del dispositivo  $\geq$  a 30 G
- Possibilità di variazione della profondità di penetrazione dell'ago

## **LOTTO 7: DISPOSITIVO MONOPEZZO NON RIUTILIZZABILE PER L'ESECUZIONE DEL PRELIEVO CAPILLARE PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA - NEL PAZIENTE ADULTO CON PATOLOGIE POTENZIALMENTE TRASMISSIBILI - E IN AMBITO OSPEDALIERO**

### CARATTERISTICHE INDISPENSABILI:

- Sistema monouso costituito da lancetta sterile pungidito già incorporata nel dispositivo di puntura (monopezzo non riutilizzabile) o sistema pungidito che non incorpora la lancetta sterile (dispositivo di puntura monopezzo non riutilizzabile);
- Sistema dotato di lancetta retrattile dopo l'uso;  
Calibro della punta del dispositivo  $\geq$  25 G



## **LOTTO 8: LANCETTE PUNGIDITO E DISPOSITIVO MECCANICO PER L'ESECUZIONE DEL PRELIEVO CAPILLARE PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA CHE CONSENTA IL PRELIEVO DA SITI ALTERNATIVI**

### CARATTERISTICHE INDISPENSABILI:

- Sistema costituito da apposito dispositivo meccanico nel quale inserire le lancette
- Sterilità delle lancette
- Calibro della punta del dispositivo  $\geq$  a 30 G
- Possibilità di variazione della profondità di penetrazione dell'ago

## **LOTTO 9: SISTEMA STERILE PER IL PRELIEVO DI SANGUE DAL TALLONE DEI NEONATI IN AMBITO OSPEDALIERO**

### CARATTERISTICHE INDISPENSABILI:

- Sistema sterile, monouso, per la raccolta di sangue capillare ad uso neonatale con sistema di incisione preferibilmente a taglio, che permetta la fuoriuscita di una quantità di sangue sufficiente per una corretta esecuzione dell'esame. In materiale atossico, inerte, apirogeno;
- Sistema a molla automatica senza possibilità di riutilizzo, a punta precaricata, interna, protetta e retrattile dopo l'uso, con cannula in acciaio inossidabile;
- Misure diverse. Dotato di varie profondità di penetrazione della lama, per l'utilizzo nei nati a termine o nei prematuri, in particolare, la lama montata sul dispositivo dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
  - Nati a termine: profondità di incisione 1 mm circa, lunghezza di incisione 2,5 mm c.a. (variazione ammessa +/- 0,1mm)
  - Prematuri: profondità di incisione 0,85 mm c.a., lunghezza di incisione 1,75 mm c.a. (variazione ammessa +/- 0,1mm)



Sarà richiesto alle Ditte partecipanti di presentare per ciascun lotto la campionatura dei prodotti offerti e dei dispositivi per la misurazione della glicemia e di quelli per l'esecuzione del prelievo capillare che saranno da fornire in uso gratuito a seguito dell'acquisto dei materiali di consumo: strisce reattive e lancette pungidito.

## STRATEGIA DI GARA – Clausola a garanzia della pluralità degli strumenti aggiudicati

Per garantire una diversificazione degli strumenti e rispondere alle esigenze dei diabetologi di avere a disposizione più strumenti da prescrivere ai pazienti, è stata inserita nella documentazione di gara una clausola in base alla quale uno stesso fornitore che partecipi a più lotti non potrà aggiudicarsi più di un lotto con il medesimo prodotto. L'inserimento di tale clausola è apparso necessario, anche alla luce di precedenti esperienze di gara, per scongiurare il fenomeno della riduzione della gamma degli strumenti prescrivibili.

*«Al fine di garantire una diversificazione degli strumenti aggiudicati, nel caso in cui un fornitore partecipi con lo stesso prodotto a più lotti, con lo stesso prodotto potrà risultare aggiudicatario di un solo lotto che sarà individuato secondo il criterio dell'importanza economica dei lotti, partendo dal lotto con l'importo di aggiudicazione più alto tra i lotti per i quali è risultato primo nella graduatoria provvisoria. Nel caso di lotti aventi il medesimo importo di aggiudicazione si procederà al sorteggio. Il principio si applicherà anche tenendo conto delle specifiche quote di aggiudicazione dei lotti 1 e 2 in cui è previsto l'accordo quadro con tre fornitori.*

*Il limite di aggiudicazione non si applica ai lotti che per effetto dell'applicazione del limite non potrebbero essere aggiudicati.*

*Nei lotti 1 e 2, nel caso in cui le ditte partecipanti o rimaste in gara a seguito della valutazione di qualità risultino due, la quota del 20% che rimarrebbe scoperta verrà ripartita al 15% sul primo in graduatoria e al 5% sul secondo. Nel caso in cui risulti partecipante o rimanga in gara una sola Ditta, si aggiudicherà alla stessa il 100% del lotto a gara.*

*Stante quanto sopra, solo nel caso in cui si renda necessario non applicare il limite come sopra illustrato, e si aggiudichino ad uno stesso fornitore più lotti con lo stesso prodotto, si applicherà la regola per cui in caso di aggiudicazione di più lotti con lo stesso prodotto il fornitore dovrà praticare il prezzo minore offerto in gara per il prodotto stesso.»*



LOTTO	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	TARGET	TOTALE FABBISOGNO ANNUO	FABBISOGNO 5 ANNI	BASE D'ASTA PROPOSTA	BASE D'ASTA QUINQUENNALE
1	SISTEMA PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO (ELEVATA ACCURATEZZA E FUNZIONALITA' AVANZATE) – MATERIALE DI CONSUMO: STRISCE REATTIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE	TERRITORIALE	5.423.750	27.118.750	0,27 €	7.322.062,50 €
2	SISTEMA PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE AD ALTA PORTABILITA' CON FUNZIONALITA' AGGIUNTIVE – MATERIALE DI CONSUMO: STRISCE REATTIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE	TERRITORIALE	19.207.900	96.039.500	0,25 €	24.009.875,00 €
3	SISTEMA PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE CON FUNZIONALITA' DI BASE - MATERIALE DI CONSUMO: STRISCE REATTIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE	TERRITORIALE	16.721.350	83.606.750	0,16 €	13.377.080,00 €
4	SISTEMA PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE E DELLA CHETONEMIA - MATERIALE DI CONSUMO: STRISCE REATTIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE E DELLA CHETONEMIA	TERRITORIALE	2.346.410	11.732.050	0,27 €	3.177.653,50 €
5	SISTEMA PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA IN GRADO DI PROTEGGERE NEI CONFRONTI DEL RISCHIO BIOLOGICO CONNESSO AL PRELIEVO E ALL'ESECUZIONE DEL CONTROLLO – MATERIALE DI CONSUMO: STRISCE REATTIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA CAPILLARE	TERRITORIALE	2.619.950	13.099.750	0,25 €	3.274.937,50 €
6	LANCETTE PUNGIDITO E DISPOSITIVO MECCANICO PER L'ESECUZIONE DEL PRELIEVO CAPILLARE PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA NEL PAZIENTE ADULTO	TERRITORIALE	35.382.000	176.910.000	0,02 €	3.538.200,00 €
7	DISPOSITIVO MONOPEZZO NON RIUTILIZZABILE PER L'ESECUZIONE DEL PRELIEVO CAPILLARE PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA - NEL PAZIENTE ADULTO CON PATOLOGIE POTENZIALMENTE TRASMISSIBILI – E IN AMBITO TERRITORIALE	TERRITORIALE	1.052.100	5.260.500	0,05 €	263.025,00 €
7	DISPOSITIVO MONOPEZZO NON RIUTILIZZABILE PER L'ESECUZIONE DEL PRELIEVO CAPILLARE PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA - NEL PAZIENTE ADULTO CON PATOLOGIE POTENZIALMENTE TRASMISSIBILI – E IN AMBITO OSPEDALIERO	OSPEDALIERO	6.911.800	34.559.000	0,05 €	1.727.950,00 €
8	LANCETTE PUNGIDITO E DISPOSITIVO MECCANICO PER L'ESECUZIONE DEL PRELIEVO CAPILLARE PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA CHE CONSENTA IL PRELIEVO DA SITI ALTERNATIVI	TERRITORIALE	1.051.000	5.255.000	0,02 €	105.100,00 €
9	SISTEMA STERILE PER IL PRELIEVO DI SANGUE DAL TALLONE DEI NEONATI IN AMBITO OSPEDALIERO	OSPEDALIERO	139.500	697.500	0,90 €	627.750,00 €
<b>Valore Complessivo Euro</b>						<b>57.413.633,50</b>



# SINTESI

Si riporta di seguito una sintesi della strategia di gara proposta e illustrata nelle precedenti slide:

<b>Oggetto</b>	Procedura aperta per la fornitura di lancette pungidito, strisce reattive e sistemi per la diagnostica della glicemia (ambito territoriale e ospedaliero) – 3° Edizione
<b>Valore indicativo Iva esclusa stimato della gara</b>	€ <b>57.413.633,50</b>
<b>Ipotesi di divisione in Lotti</b>	9 Lotti
<b>Procedura di aggiudicazione</b>	Procedura aperta interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del Codice
<b>Modalità di aggiudicazione (e ripartizione punteggio tecnico ed economico)</b>	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. n. 50 /2016 (PT 70 punti – PE 30 punti)
<b>Formula economica</b>	Ribasso massimo non lineare con coefficiente pari a 0,5
<b>Durata Convenzione</b>	60 mesi
<b>Durata degli OdF</b>	60 mesi dalla stipula della Convenzione/Accordo quadro

