



CONTROSOFFITTO SMONTABILE
PER CONSENTIRE L'ACCESSO
PER SERVIZIO (600 X1690 mm)

ZONA DA NON CONTROSOFFITTARE
1690X1240mm

CANALINA NEL CONTROSOFFITTO
400x80 mm (LUNGHEZZA. minima 4000mm)

CANALINA NEL CONTROSOFFITTO
200x80 mm (LUNGHEZZA. minima 4000mm)

TUBO DIAM. 30 mm
PER PULSANTE ERDU

CONTROSOFFITTO SMONTABILE
PER CONSENTIRE L'ACCESSO
PER SERVIZIO (600 X1690 mm)

IN QUESTA ZONA PER IL CONFORT
DEL PAZIENTE NON PREVEDERE LUCE
DIRETTA SUL PAZIENTE

LEGGENDA

- INTERRUTTORI LUCE SALA ESAME
- INTERRUTTORE FARETTI (A SOFFITTO)
- PRESA 220 V 16A BIP+T A SOFFITTO (PER SERVIZIO TECNICO)
- CORPO ILLUMINATE NEL CONTROSOFFITTO PER ILLUMINAZIONE LOCALE (TOTALE 200 LUX)
- FARETTO ORIENTABILE SOTTO IL CONTROSOFFITTO PER ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO (TOTALE 500 LUX)
- CORPO ILLUMINATE CON GRUPPO AUTONOMO DI EMERGENZA

NOTE *) TUTTI I MATERIALI USATI DEVONO ESSERE AMAGNETICI
**) TUTTE LE PARTI INSTALLATE ALL' INTERNO DELLA GABBIA RF ,
CANALINE,SUPPORTI TUBAZIONI,CORPI ILLUINANTI ETC) DEVONO
ESSERE ISOLATI ELETTRICAMENTE DALLA SCHERMATURA RF.
***)SUPPORTO PER CANALINE CAVI CARICO minimo 1500N
PESO DEI CAVI CIRCA 2500 N

NB. DISEGNO DI MASSIMA DA DEFINIRE CON FORNITORE DELLA GABBIA RF IN FASE ESECUTIVA

ARCISPEDALE S. MARIA NUOVA AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA

R.M. -IMPIANTO GYROSCAN T..-NT PT3000
OPERE DI PREINSTALLAZIONE A SOFFITTO
(FORNITE CON GABBIA RF)

N.	DATA	DISEGN.	VISTO	SETTORE
1	01/07/98	A.G.		

NR.COMMESSA :
DISEGNATORE : G.D'ASARO
VISTO :

SCALA :1:50
UNITA': mm

NUMERO :

30 345 01 004
FOGLI: 03 FOGLIO : 03

PHILIPS S.p.A. - Divisione Sistemi Medicali - MONZA (ITALY)

DATA : 13/05/98

FORMATO : A3