

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

INTERCENTER

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 560 del 20/11/2020 BOLOGNA

Proposta: DIC/2020/567 del 20/11/2020

Struttura proponente: SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI
INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI
TELEMATICI

Oggetto: SOSTITUZIONE PRODOTTO PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA - ACCORDO
QUADRO PER LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI E
PACEMAKER PER LE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E LAZIO LOTTI 7-8-11-12 -
RSPIC.2020.202 DEL 03/08/2020 E RSPIC.2020.138 DEL 05/05/2020 - BOSTON
SCIENTIFIC S.P.A.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/01 nonché della
Determina n. 410/17 dal Direttore INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI
SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI, ALESSANDRA BONI

Firmatario: ALESSANDRA BONI in qualità di Direttore

**Responsabile del
procedimento:** Stefania Filici

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE

Visti:

- la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'Informazione" e ss.mm.ii;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2163/2004 "Approvazione di norme organizzative relative all'avvio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004, come modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014";
- n. 2081/2017 "Assunzione ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 43/2001 della vincitrice della selezione pubblica per la nomina del direttore dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER", con la quale la dott.ssa Alessandra Boni è stata designata quale Direttore di INTERCENT-ER;
- n. 1059/2018 e n. 1936/2018 con le quali sono stati approvati gli incarichi dirigenziali di Intercent-ER;
- n. 2123/2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali: Cura del Territorio e dell'Ambiente; Agricoltura, Caccia e Pesca; Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e nell'ambito di Intercent-ER ...";

Viste inoltre le seguenti determinazioni del direttore di Intercent-ER:

- n. 140/2009 recante "Definizione delle funzioni organizzative nell'ambito dell'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER" e ss.mm.ii.;
- n. 265/2016 recante "Modifiche al Regolamento di Organizzazione di Intercent-ER", approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1825/2016, come modificata dalla determinazione n. 410/2017;
- n. 410/2017 recante "Recepimento degli artt. 5, 7, e 12 della delibera di giunta regionale n. 468/2017 e modifica del regolamento di organizzazione di Intercent-ER";

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e ss.mm.ii. pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;
- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Vista la determinazione n. 3912/2018 del Direttore generale Cura della Persona, Salute e Welfare avente ad oggetto il recepimento del masterplan 2018-2020;

Premesso che:

- con determinazione del Direttore dell'Agenzia Intercent-ER n. 198 del 28/06/2018, è stata indetta una gara comunitaria per la fornitura di defibrillatori impiantabili e pacemaker per le regioni Emilia-Romagna e Lazio con aggiudicazione da effettuarsi in base a quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs n. 50/2016 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- con determinazione n. 400 del 21/10/2019 sono stati aggiudicati i lotti 1-13, 2-14, 8-20, 11-23 e con successiva determinazione n. 539 del 31/12/2019 sono stati aggiudicati i restanti lotti 3-15, 4-16, 5-17, 6-18, 7-19, 9-21, 10-22, 12-24;
- che nell'ambito delle suddette aggiudicazioni, relativamente ai lotti 7-8-11-12, sono stati offerti i prodotti sotto riportati:

FORNITORE	LOTTI	DESCRIZIONE PRODOTTO	PRODOTTO AGGIUDICATO	PREZZO OFFERTO PER U.M. IVA ESCLUSA
Boston Scientific S.p.A.	7	ICD monocamerale con relativi elettrocateri	INOGEN EL VR	€ 6.000,00
Boston Scientific S.p.A.	8	ICD monocamerale ad estesa longevità con relativi elettrocateri	INOGEN EL VR	€ 6.000,00

FORNITORE	LOTTE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PRODOTTO AGGIUDICATO	PREZZO OFFERTO PER U.M. IVA ESCLUSA
Boston Scientific S.p.A.	11	ICD biventricolari con relativi elettrocateri	VIGILANT CRT-D MOMENTUM CRT-D	€ 9.600,00
Boston Scientific S.p.A.	12	ICD biventricolari ad estesa longevita' con relativi elettrocateri	VIGILANT CRT-D - MOMENTUM CRT-D	€ 9.600,00

- con contratto agli atti RSPIC.2020.202 del 03/08/2020, si è provveduto a stipulare appositi Accordi quadro con la Regione Emilia-Romagna (Lotti 7-8-11) e con contratto agli atti RSPIC.2020.138 del 05/05/2020, si è provveduto a stipulare un Accordo quadro con la Regione Emilia-Romagna (Lotto 12) con il fornitore aggiudicatario Boston Scientific S.p.A. per i prodotti sopra riportati;

Preso atto delle richieste pervenute da parte della Ditta aggiudicataria Boston Scientific S.p.A., presente agli atti con PEC prot. IC/2020/37280 del 14/09/2020 e IC/2020/33043 del 06/08/2020 di sostituzione, dei cateteri da defibrillazione ventricolare destra doppio coil Reliance 4FRONT e Reliance 4SITE, che presentano rivestimento del coil di defibrillazione con backfill in silicone che va a sostituire il politetrafluoroetilene espanso (ePTFE) e l'introduzione di nuovi modelli di cateteri da defibrillazione ventricolare destra single coil Reliance 4FRONT e Reliance 4SITE che presentano rivestimento del coil di defibrillazione con backfill in silicone che va a sostituire il politetrafluoroetilene espanso (ePTFE);

Considerato che le modifiche da apportare per aggiornamento tecnologico relativamente ai lotti 7-8-11 e 12 vengono di seguito riportate:

Nome Commerciale	Codice	Tipologia fissaggio	Lunghezza	Nuovo codice	CND	Repertorio
RELiance 4 FRONT	0685	passiva	59 cm	0665	J0190010201	1980182/R
RELiance 4 FRONT	0686	passiva	64 cm	0636	J0190010201	1980182/R
RELiance 4 FRONT	0695	attiva	59 cm	0675	J0190010201	1980175/R
RELiance 4 FRONT	0696	attiva	64 cm	0676	J0190010201	1980175/R
RELiance 4 SITE	0285	passiva	59 cm	0265	J0190010201	209459/R
RELiance 4 SITE	0286	passiva	64 cm	0266	J0190010201	209459/R
RELiance 4 SITE	0295	attiva	59 cm	0275	J0190010201	209459/R

Nome Commerciale	Codice	Tipologia fissaggio	Lunghezza	Nuovo codice	CND	Repertorio
RELIANCE 4 SITE	0296	attiva	64 cm	0276	J0190010201	209459/R

Vecchio modello	Nuovo Modello	CND	Repertorio
ENDOTAK RELIANCE SG 4-SITE Mod. 0282	0262	J019001020101	209519/R
ENDOTAK RELIANCE SG 4-SITE Mod. 0283	0263	J019001020101	209519/R
ENDOTAK RELIANCE SG 4-SITE Mod. 0292	0272	J019001020101	209519/R
ENDOTAK RELIANCE SG 4-SITE Mod. 0293	0273	J019001020101	209519/R
RELIANCE 4-FRONT Mod. 0682	0662	J019001020101	1766004/R
RELIANCE 4-FRONT Mod. 0683	0663	J019001020101	1766004/R
RELIANCE 4-FRONT Mod. 0692	0672	J019001020101	1766047/R
RELIANCE 4-FRONT Mod. 0693	0673	J019001020101	1766047/R

Visti il punto 7 - "Innovazione tecnologica" del Capitolato tecnico e l'articolo 28 - "Aggiornamento tecnologico" del suddetto Accordo quadro che disciplinano la possibilità di apportare variazioni alla fornitura, mantenendone le stesse condizioni ovvero migliorative, nel caso in cui il fornitore presenti in commercio nuovi prodotti analoghi a quelli aggiudicati che presentino migliori caratteristiche di rendimento;

Preso atto del parere tecnico favorevole espresso sul prodotto migliorativo di cui sopra, acquisito agli atti dell'Agenzia con Prot. IC/2020/47435 del 20/11/2020 e Prot. IC/2020/47438 del 20/11/2020;

Vista la determinazione n. 410/2017 che prevede che in caso di assenza o impedimento per un periodo non superiore al mese e con riferimento alle attività di ordinaria amministrazione, gli atti amministrativi di competenza del responsabile del Servizio "Beni e Servizi sanitari" sono assunti dal Direttore dell'Agenzia;

Dato atto dell'assenza dal servizio della d.ssa Barbara Cevenini Responsabile del Servizio "Beni e Servizi sanitari";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare la sostituzione relativa al prodotto di cui ai lotti 7-8-11 e 12;
2. di recepire ai medesimi prezzi di aggiudicazione la sostituzione relativa al suddetto prodotto di cui all'Accordo quadro n. RSPIC.2020.202 del 03/08/2020 per i lotti 7-8-11 e all'Accordo quadro RSPIC.2020.138 del 05/05/2020 per il lotto 12, come riportato nella seguente tabella:

Nome Commerciale	Codice	Tipologia fissaggio	Lunghezza	Nuovo codice	CND	Repertorio
RELIANCE 4 FRONT	0685	passiva	59 cm	0665	J0190010201	1980182/R
RELIANCE 4 FRONT	0686	passiva	64 cm	0636	J0190010201	1980182/R
RELIANCE 4 FRONT	0695	attiva	59 cm	0675	J0190010201	1980175/R
RELIANCE 4 FRONT	0696	attiva	64 cm	0676	J0190010201	1980175/R
RELIANCE 4 SITE	0285	passiva	59 cm	0265	J0190010201	209459/R
RELIANCE 4 SITE	0286	passiva	64 cm	0266	J0190010201	209459/R
RELIANCE 4 SITE	0295	attiva	59 cm	0275	J0190010201	209459/R
RELIANCE 4 SITE	0296	attiva	64 cm	0276	J0190010201	209459/R

Vecchio modello	Nuovo Modello	CND	Repertorio
ENDOTAK RELIANCE SG 4-SITE Mod. 0282	0262	J019001020101	209519/R
ENDOTAK RELIANCE SG 4-SITE Mod. 0283	0263	J019001020101	209519/R
ENDOTAK RELIANCE SG 4-SITE Mod. 0292	0272	J019001020101	209519/R
ENDOTAK RELIANCE SG 4-SITE Mod. 0293	0273	J019001020101	209519/R
RELIANCE 4-FRONT Mod. 0682	0662	J019001020101	1766004/R
RELIANCE 4-FRONT Mod. 0683	0663	J019001020101	1766004/R
RELIANCE 4-FRONT Mod. 0692	0672	J019001020101	1766047/R

Vecchio modello	Nuovo Modello	CND	Repertorio
RELIANCE 4-FRONT Mod. 0693	0673	J019001020101	1766047/R

3. di dare atto che le variazioni introdotte con il presente atto lasciano inalterate le restanti condizioni contrattuali previste nei sopra citati Accordi quadro;
4. di trasmettere il presente atto alla società interessata alla sostituzione di cui sopra;
5. di disporre la pubblicazione ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e, come previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013".

IL DIRETTORE

(D.ssa Alessandra Boni)