

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

INTERCENTER

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 239 del 27/04/2021 BOLOGNA

Proposta: DIC/2021/241 del 27/04/2021

Struttura proponente: SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI
INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI
TELEMATICI

Oggetto: SOSTITUZIONE PRODOTTO PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA - ACCORDO
QUADRO PER LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI E
PACEMAKER PER LE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E LAZIO - LOTTI 2-11
RSPIC.2020.202 DEL 03/08/2020 E LOTTI 4-12 RSPIC.2020.138 DEL 05/05/2020
- DITTA BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI

Firmatario: BARBARA CEVENINI in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del
procedimento:** Stefania Filici

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'Informazione" e ss.mm.ii;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2163/2004 "Approvazione di norme organizzative relative all'avvio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004, come modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014";
- n. 285 del 01/03/2021 "Assunzione di un dirigente ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii. per il conferimento di incarico di direttore dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici - Intercent-ER" con la quale si dispone il subentro, come direttore ad interim dell'Agenzia Intercent-ER, della dott.ssa Kyriakoula Petropulacos, Direttore Generale alla Cura della Persona, Salute e Welfare;
- n. 1059/2018 e n. 1936/2018 e s.m. con le quali sono stati approvati gli in-carichi dirigenziali di Intercent-ER;

Vista la determinazione n. 4833/2019 del Direttore generale Cura della Persona, Salute e Welfare avente ad oggetto il recepimento masterplan 2019-2020;

Viste inoltre le seguenti determinazioni del direttore di Intercent-ER:

- n. 140/2009 recante "Definizione delle funzioni organizzative nell'ambito dell'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER" e ss.mm.ii.;
- n. 265/2016 recante "Modifiche al Regolamento di Organizzazione di Intercent-ER", approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1825/2016, come modificata dalla determinazione n. 410/2017;
- n. 410/2017 recante "Recepimento degli artt. 5, 7, e 12 della delibera di giunta regionale n. 468/2017 e modifica del regolamento di organizzazione di Intercent-ER";

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e ss.mm.ii. pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;
- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111/2021 avente ad oggetto "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023";

Premesso che:

- con determinazione del Direttore dell'Agenzia Intercent-ER n. 198 del 28/06/2018, è stata indetta una gara comunitaria per la fornitura di defibrillatori impiantabili e pacemaker per le regioni Emilia-Romagna e Lazio con aggiudicazione da effettuarsi in base a quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs n. 50/2016 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- con determinazione n. 400 del 21/10/2019 sono stati aggiudicati i lotti 1-13, 2-14, 8-20, 11-23 e con successiva determinazione n. 539 del 31/12/2019 sono stati aggiudicati i restanti lotti 3-15, 4-16, 5-17, 6-18, 7-19, 9-21, 10-22, 12-24;
- che nell'ambito delle suddette aggiudicazioni, relativamente ai lotti 2-4-11-12, sono stati offerti i prodotti sotto riportati:

FORNITORE	LOTTI	DESCRIZIONE PRODOTTO	PRODOTTO AGGIUDICATO	PREZZO OFFERTO PER U.M. IVA ESCLUSA
BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	2	Pacemaker monocamerale con risposta in frequenza (SSIR) e funzioni avanzate corredato di relativo elettrocattetero	ESSENTIO MRI SR	€ 900,00
BOSTON	4	Pacemaker bicamerale	ESSENTIO MRI DR	€ 1.300,00

FORNITORE	LOTTI	DESCRIZIONE PRODOTTO	PRODOTTO AGGIUDICATO	PREZZO OFFERTO PER U.M. IVA ESCLUSA
SCIENTIFIC S.p.A.		con risposta in frequenza (DDDR) corredato di relativi elettrocateri		
BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	11	ICD biventricolari con relativi elettrocateri	VIGILANT CRT-D MOMENTUM CRT-D	€ 9.600,00
BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	12	ICD biventricolari ad estesa longevita' con relativi elettrocateri	VIGILANT CRT-D - MOMENTUM CRT-D	€ 9.600,00

- con contratto agli atti RSPIC.2020.202 del 03/08/2020, si è provveduto a stipulare appositi Accordi quadro con la Regione Emilia-Romagna (Lotto 2-7-8-11) e con contratto agli atti RSPIC.2020.138 del 05/05/2020, si è provveduto a stipulare un Accordo quadro con la Regione Emilia-Romagna (Lotti 4-12) con il fornitore aggiudicatario BOSTON SCIENTIFIC S.p.A. per i prodotti sopra riportati;

Preso atto delle richieste pervenute da parte della Ditta aggiudicataria BOSTON SCIENTIFIC S.p.A., presente agli atti con PEC prot. PG/2021/65482 del 27/04/2021 per la sostituzione dei modelli 7740 - 7731 - 7735 del prodotto INGEVITY con i modelli del prodotto FINELINE II come di seguito riportato:

CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo conf. in €	I.V.A.	CND	Repertorio
4471	FINELINE II STEROX EZ a vite - Elettrocateri da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 58 cm - poliuretano 55D	100,00	4	J0190010102	66388/R
4457	FINELINE II STEROX a barbe - Elettrocateri da pacing/sensing ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 58 cm - poliuretano 55D	100,00	4	J0190010102	66316/R
4480	FINELINE II STEROX a barbe - Elettrocateri da pacing/sensing atriale destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D - punta pref. a "J"	100,00	4	J0190010102	66316/R

Visti il punto 7 - "Innovazione tecnologica" del Capitolato tecnico e l'articolo 28 - "Aggiornamento tecnologico" del suddetto Accordo quadro che disciplinano la possibilità di apportare variazioni alla fornitura, mantenendone le stesse condizioni ovvero migliorative, nel caso in cui il fornitore presenti in

commercio nuovi prodotti analoghi a quelli aggiudicati che presentino migliori caratteristiche di rendimento;

Preso atto del parere tecnico favorevole espresso sul prodotto migliorativo di cui sopra, acquisito agli atti dell'Agenzia con Prot. PG/2021/65478 del 27/04/2021, Prot. PG/2021/65476 del 27/04/2021 e Prot. PG/2021/65473 del 27/04/2021;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare la sostituzione dei modelli 7740 - 7731 - 7735 del prodotto INGEVITY con i modelli del prodotto FINELINE II di cui ai lotti 2-4-11 e 12;
2. di recepire ai medesimi prezzi di aggiudicazione la sostituzione dei modelli 7740 - 7731 - 7735 del prodotto INGEVITY con i modelli del prodotto FINELINE II di cui all'Accordo quadro n. RSPIC.2020.202 del 03/08/2020 per i lotti 2-7-8 e 11 e all'Accordo quadro RSPIC.2020.138 del 05/05/2020 per i lotti 4 e 12, come riportato nella seguente tabella:

CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo conf. in €	I.V.A.	CND	Repertorio
4471	FINELINE II STEROX EZ a vite - Elettrocatteteri da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 58 cm - poliuretano 55D	100,00	4	J0190010102	66388/R
4457	FINELINE II STEROX a barbe - Elettrocatteteri da pacing/sensing ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 58 cm - poliuretano 55D	100,00	4	J0190010102	66316/R
4480	FINELINE II STEROX a barbe - Elettrocatteteri da pacing/sensing atriale destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D - punta pref. a "J"	100,00	4	J0190010102	66316/R

3. di dare atto che le variazioni introdotte con il presente atto lasciano inalterate le restanti condizioni contrattuali previste nei sopra citati Accordi quadro;
4. di trasmettere il presente atto alla società interessata alla sostituzione di cui sopra;
5. di disporre la pubblicazione ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e, come previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D.ssa Barbara Cevenini