

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

INTERCENTER

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 789 del 02/12/2024 BOLOGNA

Proposta: DIC/2024/791 del 28/11/2024

Struttura proponente: INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI
TELEMATICI

Oggetto: SOSTITUZIONE PRODOTTO POLIGRAFO PER ELETTROFISIOLOGIA -
ACCORDO QUADRO ANGIOGRAFI PER AZIENDE SANITARIE DELLA RER
PNRR M6C2 1-1. LOTTI 1 E 2 PHILIPS S.P.A.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - AREA SPESA SANITARIA

Firmatario: BARBARA CEVENINI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale

**Responsabile del
procedimento:** Nadia Comastri

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'Informazione" e ss.mm.ii;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2163/2004 "Approvazione di norme organizzative relative all'avvio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004", come modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014";
- n. 1276 del 24/06/2024 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024";
- n. 2123/2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali: Cura del Territorio e dell'Ambiente; Agricoltura, Caccia e Pesca; Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e nell'ambito di Intercent-ER ...";

Viste inoltre le seguenti determinazioni del Direttore di Intercent-ER:

- n. 265/2016 recante "Modifiche al Regolamento di Organizzazione di Intercent-ER", approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1825/2016 e successivamente modificata con deliberazione n. 29/2018;
- n. 410/2017 recante "Recepimento degli artt. 5, 7, e 12 della delibera di giunta regionale n. 468/2017 e modifica del regolamento di organizzazione di Intercent-ER" e ss.mm.ii.;

- n. 462/2024 "Modifica micro assetti organizzativi nell'ambito dell'Agenzia Intercent-ER";

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 157/2024 avente ad oggetto "PIANO INTEGRATO DELLE ATTIVITÀ E DELL'ORGANIZZAZIONE 2024-2026. APPROVAZIONE" e ss.mm.ii.

Visto l'Accordo quadro per la fornitura di ANGIOGRAFI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'INTERVENTO RELATIVO AL PNRR M6C2 1.1, Lotti 1, 2 e 3, stipulato con l'azienda PHILIPS S.P.A.;

Preso atto della richiesta pervenuta da parte del fornitore PHILIPS S.P.A., presente agli atti con Prot. 14/10/2024.0045980.E del 14/10/2024 e con sua integrazione Prot. 30/10/2024.0048658.E del 30/10/2024, di sostituzione del prodotto aggiudicato per i lotti 1 e 2, "Poligrafo per Elettrofisiologia" per versione tecnologicamente migliorativa e della proposta della seguente modifica da apportare alla fornitura:

- fornitura di prodotto equivalente, con le medesime caratteristiche o di livello superiore, al medesimo prezzo offerto, e nello specifico il dispositivo Abbott modello Work Mate Claris;

Visti l'articolo "6 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO" del Capitolato tecnico e l'articolo "30 - Aggiornamento tecnologico" dell'Accordo quadro, che disciplinano la

possibilità di apportare variazioni alla fornitura, alle stesse condizioni o a condizioni migliorative, nel caso in cui il fornitore presenti in commercio nuovi prodotti analoghi a quelli aggiudicati e che presentano migliori caratteristiche di rendimento;

Rilevato che la documentazione pervenuta risulta conforme alle caratteristiche richieste da Capitolato tecnico e preso atto del parere tecnico favorevole espresso dalla relativa Commissione giudicatrice ad hoc coinvolta;

Ritenuto di approvare la sostituzione del dispositivo "Poligrafo per Elettrofisiologia" offerto in sede di gara per i lotti 1 e 2 con il prodotto Abbott modello Work Mate Claris, di cui si è accertata l'equivalenza sulla base delle specifiche richieste in sede di gara;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

1. di approvare la sostituzione del dispositivo "Poligrafo per Elettrofisiologia" offerto in sede di gara per i lotti 1 e 2 con il prodotto Abbott modello Work Mate Claris equivalente/avente caratteristiche migliorative, come previsto all'articolo 6 del Capitolato tecnico;
2. di recepire in Accordo quadro e per i Lotti di cui trattasi la sostituzione come sopra specificata;
3. di trasmettere il presente atto al Fornitore PHILIPS S.P.A.;

4. di provvedere alle ulteriori forme di pubblicazione previste dal PIAO 2024-2026, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 33/2013.

(Barbara Cevenini)