

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

INTERCENTER

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 701 del 14/10/2024 BOLOGNA

Proposta: DIC/2024/704 del 14/10/2024

Struttura proponente: INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI
TELEMATICI

Oggetto: APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI TNT STERILE 2 -
AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO LOTTI 1 E 2 - DITTA MEDIBERG S.R.L. -
RSPIC/2024/94 DEL 06/02/2024 E RSPIC/2023/408 DEL 06/12/2023

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - AREA SPESA SANITARIA

Firmatario: BARBARA CEVENINI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale

**Responsabile del
procedimento:** Silvia Guidolin

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'Informazione" e ss.mm.ii;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2163/2004 "Approvazione di norme organizzative relative all'avvio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004", come modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014";
- n. 1276 del 24/06/2024 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024";
- n. 2123/2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali: Cura del Territorio e dell'Ambiente; Agricoltura, Caccia e Pesca; Ri-sorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e nell'ambito di Intercent-ER ...";

Viste inoltre le seguenti determinazioni del Direttore di Intercent-ER:

- n. 265/2016 recante "Modifiche al Regolamento di Organizzazione di Intercent-ER", approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1825/2016, e successivamente modificata con deliberazione n. 29/2018;
- n. 410/2017 recante "Recepimento degli artt. 5, 7, e 12 della delibera di giunta regionale n. 468/2017 e modifica del regolamento di organizzazione di Intercent-ER" e ss.mm.ii.;
- n. 462/2024 "Modifica micro assetti organizzativi nell'ambito dell'Agenzia Intercent-ER";

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 157/2024 avente ad oggetto "PIANO INTEGRATO DELLE ATTIVITÀ E DELL'ORGANIZZAZIONE 2024-2026. APPROVAZIONE" e ss.mm.ii.

Vista la Convenzione per la fornitura di TNT sterile 2 - Lotto 1 "Kit per interventi di sala operatoria in service", RSPIC/2024/94 del 06/02/2024, e la Convenzione per la fornitura di TNT sterile 2 - "Lotto 2 'Pacchi procedurali' e Lotto 7 'Accessori'", RSPIC/2023/408 del 06/12/2023, stipulate con la società Mediberg S.r.l.;

Viste le determinazioni nn. 402 del 30/05/2024 e 452 del 19/06/2024, con le quali sono stati affiancati al lotto 2 della convenzione sopra citata, due nuovi pacchi procedurali privi delle componenti di aghi e siringhe - voce 1b) 811052BAFSMEB e 2b) 811053BAFSMEB;

Preso atto delle richieste pervenute, da parte del fornitore Mediberg S.r.l., (relativamente al lotto 1 - con Prot.16.09.24.40858.E, relativamente al lotto 2 con Prot. 10/09/2024.0039978.E), in merito alle seguenti proposte:

lotto 1:

- di aggiornamento tecnologico, fornito al medesimo prezzo di gara, senza cambiamento di codice, dei kit di seguito riportati:

--	--	--	--	--

VOCE DI GARA	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPONENTE OGGETTO DI MODIFICA	NUOVI COMPONENTI
7	201869BAFSM E	Set base Ch. ginocchio-tibia-perone	- 1 Camice rinforzato taglia XXL	- 1 Camice rinforzato taglia XXL
8	201870BAFSM E	Set plus Ch. ginocchio-tibia-perone	- 1 Camice rinforzato taglia XXL	- 1 Camice rinforzato taglia XXL
11	201873FDFSM E	Set base per Fratture pertrocanteriche	- 1 Camice rinforzato taglia XXL	- 1 Camice rinforzato taglia XXL
12	201874FDFSM E	Set plus per Fratture pertrocanteriche	- 1 Camice rinforzato taglia XXL	- 1 Camice rinforzato taglia XXL
23	201885BAFSM E	Set base protesi anca via anteriore con gambali	- 1 Camice rinforzato taglia XXL	- 1 Camice rinforzato taglia XXL
23 BIS	201891BAFSM E	Set base protesi anca via anteriore senza gambali	- 1 Camice rinforzato taglia XXL	- 1 Camice rinforzato taglia XXL - Ridotta leggermente la lunghezza del telo principale per evitare che toccando terra si possa inquinare il campo operatorio.
24	201886BAFSM E	Set plus protesi anca via anteriore con gambali	- 1 Camice rinforzato taglia XXL	- 1 Camice rinforzato taglia XXL
9	201871BAFSM E	Set ortopedia base anca-femore plastica	- Telo cm 200 x 260 con taglio ad U cm 20 x 100 e rinforzo - 2 Teli chirurgici cm 75x90 - 1 Camice rinforzato taglia XXL	- Telo cm 250 x 290 con taglio ad U cm 20 x 100 e rinforzo - 2 Teli chirurgici cm 75 x 90 con lato adesivo - 1 Camice rinforzato taglia XXL
10	201872BAFSM E	Set ortopedia plus anca-femore plastica	- Telo cm 200 x 260 con taglio ad U cm 20 x 100 e rinforzo - 2 Teli chirurgici cm 75x90 - 1 Camice rinforzato taglia XXL	- Telo cm 250 x 290 con taglio ad U cm 20 x 100 e rinforzo - 2 Teli chirurgici cm 75 x 90 con lato adesivo - 1 Camice rinforzato taglia XXL
22	201884BAFSM E	Set base protesi anca laterale	- Telo anca con sacche laterali cm 120 x 32 (h) - Camice rinforzato taglia XXL	- Ampliato la grandezza delle tasche laterali a cm 150 x 80 (h) per permettere la dislocazione dell'arto - Camice rinforzato taglia XXL
24 BIS	201892BAFSM E	Set plus protesi anca via anteriore senza gambali	- Telo ortopedia per anca cm 409x335x470 con 2 fori ricoperti da film da incisione, zona centrale assorbente - 1 Camice rinforzato taglia XXL	- Aggiunta una parte in polietilene trasparente più corta dal ginocchio in giù al posto del TNT triaccoppiato così che possano vedere la rotazione del ginocchio ed evitare che si inquinino il campo operatorio - 1 Camice rinforzato taglia XXL
3	201865BAFSM E	Set base artroscopia ginocchio legamento con sacca	Guaina copritelecamera a baionetta cm 18 x 250	Guaina copritelecamera cm 18 x 244 in PE impermeabile con punta elastica La guaina a baionetta negli interventi con presenza di molti liquidi

				non avendo l'aggancio impermeabile rischia di far appannare l'ottica, meglio usare la standard che si sigilla con un adesivo
3 BIS	201893BAFSM E	Set base artroscopia ginocchio legamento senza sacca	Guaina copritelecamera a baionetta cm 18 x 250	Guaina copritelecamera cm 18 x 244 in PE impermeabile con punta elastica La guaina a baionetta negli interventi con presenza di molti liquidi non avendo l'aggancio impermeabile rischia di far appannare l'ottica, meglio usare la standard che si sigilla con un adesivo
4	201866BAFSM E	Set plus artroscopia ginocchio legamento con sacca	Guaina copritelecamera a baionetta cm 18 x 250	Guaina copritelecamera cm 18 x 244 in PE impermeabile con punta elastica La guaina a baionetta negli interventi con presenza di molti liquidi non avendo l'aggancio impermeabile rischia di far appannare l'ottica, meglio usare la standard che si sigilla con un adesivo
4 BIS	201894BAFSM E	Set plus artroscopia ginocchio legamento senza sacca	Guaina copritelecamera a baionetta cm 18 x 250	Guaina copritelecamera cm 18 x 244 in PE impermeabile con punta elastica La guaina a baionetta negli iinterventi con presenza di molti liquidi non avendo l'aggancio impermeabile rischia di far appannare l'ottica, meglio usare la standard che si sigilla con un adesivo
5	201867BAFSM E	Set base artroscopia spalla	Guaina copritelecamera a baionetta cm 18 x 250	Guaina copritelecamera cm 18 x 244 in PE impermeabile con punta elastica La guaina a baionetta negli interventi con presenza di molti liquidi non avendo l'aggancio impermeabile rischia di far appannare l'ottica, meglio usare la standard che si sigilla con un adesivo
6	201868BAFSM E	Set plus artroscopia spalla	Guaina copritelecamera a baionetta cm 18 x 250	Guaina copritelecamera cm 18 x 244 in PE impermeabile con punta elastica La guaina a baionetta negli interventi con presenza di molti liquidi non avendo l'aggancio impermeabile rischia di far appannare l'ottica, meglio usare la standard che si sigilla con un

				adesivo
28	208107BAFSM E	Set base per maxillo facciale ch. collo-naso.carotide-plastica	Telo cm 200 x 260 con taglio ad U cm 20 x 100 e rinforzo	Telo cm 250 x 290 con taglio ad U cm 20 x 100 e rinforzo
35	200685BAFSM E	Set proctologia - chirurgia plastica	Tutti i camici rinforzati	Per questo tipo di interventi non occorrono rinforzati I chirurghi sono ugualmente protetti con i camici idrorepellenti standard che in più non li fanno sudare
40	200688BAFSM E	Set base ernia varicocele	Tutti i camici rinforzati	Per questo tipo di interventi non occorrono rinforzati I chirurghi sono ugualmente protetti con i camici idrorepellenti standard che in più non li fanno sudare
36	200686BAFSM E	Set base chirurgia laparoscopica	-Tutti i camici rinforzati -Telo per laparoscopia cm 175/250/270x260 con 2 aperture cm 25x30 e cm 13x24 -2 Tasche cm 30 x 50	- Per questo tipo di interventi non occorrono rinforzati. I chirurghi sono ugualmente protetti con i camici idrorepellenti standard che in più non li fanno sudare -Aggiunta corona di film da incisione di cm 5 allargando di fatto il foro da cm 23 x 28 a 33 x 38 perché risultava piccolo e tasche incorporate -Tolte le 2 tasche cm 30 x 50 sfuse perché ora sono applicate al telo
37	200687BAFSM E	Set base videolaparo addomino-perineale	-Tutti i camici rinforzati -Telo per laparoscopia cm 175/250/270x260 con 2 aperture cm 25x30 e cm 13x24 -2 Tasche cm 30 x 50	-Per questo tipo di interventi non occorrono rinforzati. I chirurghi sono ugualmente protetti con i camici idrorepellenti standard che in più non li fanno sudare -Aggiunta corona di film da incisione di cm 5 allargando di fatto il foro da cm 23 x 28 a 33 x 38 perché risultava piccolo e tasche incorporate <u>e sacca raccolta liquidi</u> -Tolte le 2 tasche cm 30 x 50 sfuse perché ora sono applicate al telo
41	202154BAFSM E	Set TUR, TURV, UTEROSCOPIE	-Uno dei 2 Camici chirurgico rinforzato taglia XLL riservato al primo operatore -Telo TUR in triaccoppiato	-Camice chirurgico endoscopico taglia XL. Dotato di intera parte frontale completamente impermeabile, il camice è studiato per interventi molto lunghi in presenza di molti liquidi. Inoltre esso è fabbricato con una apertura a portafoglio ideale ogniqualvolta il chirurgo lavori da seduto. -Telo TUR in triaccoppiato

				PP maggiormente idrorepellente così che i liquidi scivolino meglio nella sacca di raccolta liquidi e non rendano il telo troppo pesante in principal modo in interventi con il laser dove sono presenti litri di liquidi
42	202155BAFSME	Set base nefrolitotrissia percutanea	Telo TUR in triaccoppiato	Telo TUR in triaccoppiato PP maggiormente idrorepellente così che i liquidi scivolino meglio nella sacca di raccolta liquidi e non rendano il telo troppo pesante in principal modo in interventi con il laser dove sono presenti litri di liquidi
48	211022BAFSME	Set neurochirurgia PE midollari/Fissazioni estese	Telo laparoscopia a gambe aperte senza tasche con gambali incorporati	Essendo un telo che viene utilizzato sulla schiena a paziente prono con gambe chiuse, non servono i gambali incorporati al telo che sono solo d'intralcio. Telo per laparoscopia cm 175/250x350 cm a gambe chiuse con fenestrazione cm 25x30 dotato di corona di film da incisione, 2 tasche laterali a 2 scomparti, con zone assorbenti
54	208110BAFSME	Set base tonsille adenoidectomie, piccoli interventi	2 Teli chirurgici cm 75x90	2 Teli chirurgici cm 75x90 con lato adesivo
SU TUTTE LE VOCI	TUTTI I CODICI DOVE SONO INSERITI I CAMICI RINFORZATI	TUTTI I SET DOVE SONO INSERITI I CAMICI RINFORZATI	Camici rinforzati	Camici rinforzati plus dotati di maggiore traspirazione, resistenza alla trazione ed effetto barriera

lotto 2:

- di aggiornamento tecnologico, fornito al medesimo prezzo di gara, senza cambiamento di codice (fatta eccezione per la voce 3, "CUSTOM PACK PER CVC ARTERIA IN TNT BIACCOPPIATO - STERILE", il cui codice passa da 706009BAFNMEB a 806116AHFSMEB), delle voci di seguito riportate:

VOCE DI GARA	CODICE PRODOTTO	NUOVO CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPONENTE OGGETTO DI MODIFICA	NUOVI COMPONENTI
1b	811052BAFSMEB	811052BAFSMEB	CUSTOM PACK SPINALE - PERIDURALE	Telo da epidurale con adesivo agli angoli con foro	Telo chirurgico cm 75x90, con foro adesivo ovale cm

				centrale con adesivo cm 60x75, apertura foro cm 6x9 cm	10x20, con due lati interamente adesivi: un lato adesivo cm 75 e un lato adesivo cm 90
2b	811053BAFSME B	811053BAFSMEB	CUSTOM PACK PER PLESSO BLOCCO	Telo da epidurale con adesivo agli angoli con foro centrale con adesivo cm 60x75, apertura foro cm 6x9 cm	Telo chirurgico cm 75x90, con foro adesivo ovale cm 10x20, con due lati interamente adesivi: un lato adesivo cm 75 e un lato adesivo cm 90
3	706009BAFNMEB	806116AHFSMEB	CUSTOM PACK PER CVC ARTERIA	Telo da epidurale con adesivo agli angoli con foro centrale con adesivo cm 60x75, apertura foro cm 6x9 cm Applicatore con clorexidina 26 ml	- Telo impermeabile idrorepellente fenestrato, misure del telo cm 100 x 100, misure della finestra adesiva con 10x20 e pretaglio per consentire un'apertura facilitata a fine manovra - Spugnetta con manico per disinfezione cute mm 50x50x25 con manico cm 15 - Ciotola rotonda graduata colore blu da 120 ml - Coprisonda ecografica con 2 elastici di fissaggio cm 15x122 con gel 20g - Telo chirurgico cm 150x200 con adesivo sul lato da cm 200

Visto l'articolo "30. - Aggiornamento tecnologico", delle Convenzioni sopra citate, che disciplina la possibilità di apportare variazioni alla fornitura, alle stesse condizioni o a condizioni migliorative, nel caso in cui il fornitore presenti in commercio nuovi prodotti analoghi a quelli aggiudicati e che presentano migliori caratteristiche di rendimento;

Preso atto del parere tecnico favorevole espresso, per quanto riguarda il lotto 1 con Prot. 19/09/2024.0041364.E e Prot. 19/09/2024.0041365.E, per quanto riguarda il lotto 2 con Prot. 11/09/2024.0040137.E e Prot. 16/09/2024.0040845.E;

Ritenuto di approvare gli aggiornamenti tecnologici proposti come sopra riportato;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

1. di approvare relativamente ai lotti 1 e 2 l'aggiornamento tecnologico proposto dei prodotti di seguito elencati, come previsto dall'articolo 30 delle convenzioni di riferimento citate in premessa;
2. di recepire nelle Convenzioni RSPIC 2024/94 del 06/02/2024 e RSPIC/2023/408 del 06/12/2023 l'aggiornamento tecnologico dei prodotti proposto, come riportato nella seguente tabella:

Lotto 1:

VOCE DI GARA	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPONENTE OGGETTO DI MODIFICA	NUOVI COMPONENTI
7	201869BAFSME	Set base Ch. ginocchio-tibia-perone	- 1 Camice rinforzato taglia XXL	- 1 Camice rinforzato taglia XXL
8	201870BAFSME	Set plus Ch. ginocchio-tibia-perone	- 1 Camice rinforzato taglia XXL	- 1 Camice rinforzato taglia XXL
11	201873FDFSME	Set base per Fratture pertrocanteriche	- 1 Camice rinforzato taglia XXL	- 1 Camice rinforzato taglia XXL
12	201874FDFSME	Set plus per Fratture pertrocanteriche	- 1 Camice rinforzato taglia XXL	- 1 Camice rinforzato taglia XXL
23	201885BAFSME	Set base protesi anca via anteriore con gambali	- 1 Camice rinforzato taglia XXL	- 1 Camice rinforzato taglia XXL
23 BIS	201891BAFSME	Set base protesi anca via anteriore senza gambali	- 1 Camice rinforzato taglia XXL	- 1 Camice rinforzato taglia XXL - Ridotta leggermente la lunghezza del telo principale per evitare che toccando terra si possa inquinare il campo operatorio.

24	201886BAFSME	Set plus protesi anca via anteriore con gambali	- 1 Camice rinforzato taglia XXL	- 1 Camice rinforzato taglia XXL
9	201871BAFSME	Set ortopedia base anca-femore plastica	- Telo cm 200 x 260 con taglio ad U cm 20 x 100 e rinforzo - 2 Teli chirurgici cm 75x90 - 1 Camice rinforzato taglia XXL	- Telo cm 250 x 290 con taglio ad U cm 20 x 100 e rinforzo - 2 Teli chirurgici cm 75 x 90 con lato adesivo - 1 Camice rinforzato taglia XXL
10	201872BAFSME	Set ortopedia plus anca-femore plastica	- Telo cm 200 x 260 con taglio ad U cm 20 x 100 e rinforzo - 2 Teli chirurgici cm 75x90 - 1 Camice rinforzato taglia XXL	- Telo cm 250 x 290 con taglio ad U cm 20 x 100 e rinforzo - 2 Teli chirurgici cm 75 x 90 con lato adesivo - 1 Camice rinforzato taglia XXL
22	201884BAFSME	Set base protesi anca laterale	- Telo anca con sacche laterali cm 120 x 32 (h) - Camice rinforzato taglia XXL	- Ampliato la grandezza delle tasche laterali a cm 150 x 80 (h) per permettere la dislocazione dell'arto - Camice rinforzato taglia XXL
24 BIS	201892BAFSME	Set plus protesi anca via anteriore senza gambali	- Telo ortopedia per anca cm 409x335x470 con 2 fori ricoperti da film da incisione, zona centrale assorbente - 1 Camice rinforzato taglia XXL	- Aggiunta una parte in polietilene trasparente più corta dal ginocchio in giù al posto del TNT triaccoppiato così che possano vedere la rotazione del ginocchio ed evitare che si inquinino il campo operatorio - 1 Camice rinforzato taglia XXL
3	201865BAFSME	Set base artroscopia ginocchio legamento con sacca	Guaina copritelecamera a baionetta cm 18 x 250	Guaina copritelecamera cm 18 x 244 in PE impermeabile con punta elastica La guaina a baionetta negli interventi con presenza di molti liquidi non avendo l'aggancio impermeabile rischia di far appannare l'ottica, meglio usare la standard che si sigilla con un adesivo
3 BIS	201893BAFSME	Set base artroscopia ginocchio legamento senza sacca	Guaina copritelecamera a baionetta cm 18 x 250	Guaina copritelecamera cm 18 x 244 in PE impermeabile con punta elastica La guaina a baionetta negli interventi con presenza di molti liquidi non avendo l'aggancio impermeabile rischia di far appannare l'ottica, meglio usare la standard che si sigilla con un adesivo
4	201866BAFSME	Set plus artroscopia ginocchio legamento con sacca	Guaina copritelecamera a baionetta cm 18 x 250	Guaina copritelecamera cm 18 x 244 in PE impermeabile con punta elastica La guaina a baionetta negli interventi con presenza di molti liquidi non avendo l'aggancio impermeabile rischia di far appannare l'ottica, meglio usare la standard che si sigilla con un adesivo
4 BIS	201894BAFSME	Set plus	Guaina	Guaina copritelecamera cm 18

		artroscopia ginocchio legamento senza sacca	copritelecamera a baionetta cm 18 x 250	x 244 in PE impermeabile con punta elastica La guaina a baionetta negli interventi con presenza di molti liquidi non avendo l'aggancio impermeabile rischia di far appannare l'ottica, meglio usare la standard che si sigilla con un adesivo
5	201867BAFSME	Set base artroscopia spalla	Guaina copritelecamera a baionetta cm 18 x 250	Guaina copritelecamera cm 18 x 244 in PE impermeabile con punta elastica La guaina a baionetta negli interventi con presenza di molti liquidi non avendo l'aggancio impermeabile rischia di far appannare l'ottica, meglio usare la standard che si sigilla con un adesivo
6	201868BAFSME	Set plus artroscopia spalla	Guaina copritelecamera a baionetta cm 18 x 250	Guaina copritelecamera cm 18 x 244 in PE impermeabile con punta elastica La guaina a baionetta negli interventi con presenza di molti liquidi non avendo l'aggancio impermeabile rischia di far appannare l'ottica, meglio usare la standard che si sigilla con un adesivo
28	208107BAFSME	Set base per maxillo facciale ch. collo-naso.carotide-plastica	Telo cm 200 x 260 con taglio ad U cm 20 x 100 e rinforzo	Telo cm 250 x 290 con taglio ad U cm 20 x 100 e rinforzo
35	200685BAFSME	Set proctologia - chirurgia plastica	Tutti i camici rinforzati	Per questo tipo di interventi non occorrono rinforzati I chirurghi sono ugualmente protetti con i camici idrorepellenti standard che in più non li fanno sudare
40	200688BAFSME	Set base ernia varicocele	Tutti i camici rinforzati	Per questo tipo di interventi non occorrono rinforzati I chirurghi sono ugualmente protetti con i camici idrorepellenti standard che in più non li fanno sudare
36	200686BAFSME	Set base chirurgia laparoscopica	- Tutti i camici rinforzati - Telo per laparoscopia cm 175/250/270x260 con 2 aperture cm 25x30 e cm 13x24 - 2 Tasche cm 30 x 50	- Per questo tipo di interventi non occorrono rinforzati. I chirurghi sono ugualmente protetti con i camici idrorepellenti standard che in più non li fanno sudare - Aggiunta corona di film da incisione di cm 5 allargando di fatto il foro da cm 23 x 28 a 33 x 38 perché risultava piccolo e tasche incorporate - Tolte le 2 tasche cm 30 x 50 sfuse perché ora sono applicate al telo
37	200687BAFSME	Set base videolaparo addomino-perineale	- Tutti i camici rinforzati - Telo per	- Per questo tipo di interventi non occorrono rinforzati. I chirurghi

			laparoscopia cm 175/250/270x260 con 2 aperture cm 25x30 e cm 13x24 -2 Tasche cm 30 x 50	sono ugualmente protetti con i camici idrorepellenti standard che in più non li fanno sudare -Aggiunta corona di film da incisione di cm 5 allargando di fatto il foro da cm 23 x 28 a 33 x 38 perché risultava piccolo e tasche incorporate e <u>sacca raccolta liquidi</u> -Tolte le 2 tasche cm 30 x 50 sfuse perché ora sono applicate al telo
41	202154BAFSME	Set TUR, TURV, UTEROSCOPIE	-Uno dei 2 Camici chirurgico rinforzato taglia XXL riservato al primo operatore -Telo TUR in triaccoppiato	-Camice chirurgico endoscopico taglia XL. Dotato di intera parte frontale completamente impermeabile, il camice è studiato per interventi molto lunghi in presenza di molti liquidi. Inoltre esso è fabbricato con una apertura a portafoglio ideale ogniqualevolta il chirurgo lavori da seduto. -Telo TUR in triaccoppiato PP maggiormente idrorepellente così che i liquidi scivolino meglio nella sacca di raccolta liquidi e non rendano il telo troppo pesante in principal modo in interventi con il laser dove sono presenti litri di liquidi
42	202155BAFSME	Set base nefrolitotriassia percutanea	Telo TUR in triaccoppiato	Telo TUR in triaccoppiato PP maggiormente idrorepellente così che i liquidi scivolino meglio nella sacca di raccolta liquidi e non rendano il telo troppo pesante in principal modo in interventi con il laser dove sono presenti litri di liquidi
48	211022BAFSME	Set neurochirurgia PE midollari/Fissazioni estese	Telo laparoscopia a gambe aperte senza tasche con gambali incorporati	Essendo un telo che viene utilizzato sulla schiena a paziente prono con gambe chiuse, non servono i gambali incorporati al telo che sono solo d'intralcio. Telo per laparoscopia cm 175/250x350 cm a gambe chiuse con fenestrazione cm 25x30 dotato di corona di film da incisione, 2 tasche laterali a 2 scomparti, con zone assorbenti
54	208110BAFSME	Set base tonsille adenoidectomie, piccoli interventi	2 Teli chirurgici cm 75x90	22 Teli chirurgici cm 75x90 con lato adesivo
SU TUTTE LE VOCI	TUTTI I CODICI DOVE SONO INSERITI I CAMICI RINFORZATI	TUTTI I SET DOVE SONO INSERITI I CAMICI RINFORZATI	Camici rinforzati	Camici rinforzati plus dotati di maggiore traspirazione, resistenza alla trazione ed effetto barriera

Lotto 2:

VOCE DI GARA	CODICE PRODOTTO	NUOVO CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPONENTE OGGETTO DI MODIFICA	NUOVI COMPONENTI
1b	811052BAFSME B	811052BAFSMEB	CUSTOM PACK SPINALE - PERIDURALE	Telo da epidurale con adesivo agli angoli con foro centrale con adesivo cm 60x75, apertura foro cm 6x9 cm	Telo chirurgico cm 75x90, con foro adesivo ovale cm 10x20, con due lati interamente adesivi: un lato adesivo cm 75 e un lato adesivo cm 90
2b	811053BAFSME B	811053BAFSMEB	CUSTOM PACK PER PLESSO BLOCCO	Telo da epidurale con adesivo agli angoli con foro centrale con adesivo cm 60x75, apertura foro cm 6x9 cm	Telo chirurgico cm 75x90, con foro adesivo ovale cm 10x20, con due lati interamente adesivi: un lato adesivo cm 75 e un lato adesivo cm 90
3	706009BAFNMEB	806116AHFSMEB	CUSTOM PACK PER ARTERIA CVC	Telo da epidurale con adesivo agli angoli con foro centrale con adesivo cm 60x75, apertura foro cm 6x9 cm Applicatore con clorexidina 26 ml	- Telo impermeabile idrorepellente fenestrato, misure del telo cm 100 x 100, misure della finestra adesiva con 10x20 e pretaglio per consentire un'apertura facilitata a fine manovra - Spugnetta con manico per disinfezione cute mm 50x50x25 con manico cm 15 - Ciotola rotonda graduata colore blu da 120 ml - Coprisonda ecografica con 2 elastici di fissaggio cm 15x122 con gel 20g - Telo chirurgico cm 150x200 con adesivo sul lato da cm 200

3. di trasmettere il presente atto al Fornitore Mediberg S.r.l.;

4. di provvedere alle ulteriori forme di pubblicazione previste dal PIAO 2024-2026, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 33/2013.

Barbara Cevenini