

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

INTERCENTER

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 119 del 21/02/2025 BOLOGNA

Proposta: DIC/2025/121 del 21/02/2025

Struttura proponente: INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI
TELEMATICI

Oggetto: AMPLIAMENTO GAMMA - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI STENT
VASCOLARI PERIFERICI 2 - W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L. (LOTTO 14)

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - AREA SPESA SANITARIA

Firmatario: BARBARA CEVENINI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale

**Responsabile del
procedimento:** Nadia Comastri

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'Informazione" e ss.mm.ii;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2163/2004 "Approvazione di norme organizzative relative all'avvio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004", come modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014";
- n. 1276 del 24/06/2024 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024";

Viste inoltre le seguenti determinazioni del Direttore di Intercent-ER:

- n. 265/2016 recante "Modifiche al Regolamento di Organizzazione di Intercent-ER", approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1825/2016 e successivamente modificata con deliberazione n. 29/2018;
- n. 410/2017 recante "Recepimento degli artt. 5, 7, e 12 della delibera di giunta regionale n. 468/2017 e modifica del regolamento di organizzazione di Intercent-ER" e ss.mm.ii.;
- n. 462/2024 "Modifica micro assetti organizzativi nell'ambito dell'Agenzia Intercent-ER";

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 110/2025 "PIAO 2025. Adeguamento del PIAO 2024/2026 in regime di esercizio provvisorio";

Visto l'accordo quadro per la fornitura di stent vascolari periferici 2, Lotti 11 e 14, RSPIC.2024.162 del 04/04/2024, stipulato con la società W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L.;

Preso atto della comunicazione pervenuta da parte del fornitore W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L., presente agli atti con Prot. 03/02/2025.0005328.E, in cui si rende disponibile ad offrire, alle medesime condizioni di gara, ulteriori stent della medesima Gamma "VIABAHN VBX" oggetto di aggiudicazione del lotto 14, come di seguito riportato:

Diametro dichiarato/nominale stent (mm)	Lunghezza stent compresso (mm)	Misura introduttore (Fr)	Diametro della guida	Diametro massimo stent postdilatato ¹ (mm)	Lunghezza catetere (cm)
5	15/19/29/39/59/79	6	0,035" (0,89 mm)	8	80/135
6	15/19/29/39/59/79	6	0,035" (0,89 mm)	8	80/135
7	15/19/29/39/59/79	6	0,035" (0,89 mm)	11	80/135
8	29/39/59/79	7	0,035" (0,89 mm)	11	80/135
8L	29/39 59/79	7 8	0,035" (0,89 mm)	16	80/135
9	29/39/59/79	7	0,035" (0,89 mm)	13	80/135

Tabella 1. Misure dell'endoprotesi espandibile su pallone GORE® VIABAHN® VBX

Vista la documentazione di gara e nello specifico il Capitolato tecnico in cui si riporta che "ogni Ditta concorrente dovrà offrire, per ogni Lotto, tutta la gamma di prodotti della linea/nome commerciale offerta;

Viste inoltre le caratteristiche indispensabili degli stent, dettagliate nel Capitolato tecnico in cui si indica, per il lotto 14 "Stent graft premontato con superficie bioattiva eparinata, in acciaio";

Visto l'articolo 5 del Capitolato tecnico e l'articolo 30 dell'Accordo quadro "Innovazione/aggiornamento tecnologico", che disciplinano la possibilità di apportare variazioni alla fornitura, alle stesse condizioni o a condizioni migliorative, nel caso in cui il fornitore presenti in commercio nuovi prodotti analoghi a quelli aggiudicati e che presentano migliori caratteristiche di rendimento;

Ritenuto di approvare l'ampliamento della gamma dello stent denominato "VIABAHN VBX" alle medesime condizioni economiche;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

1. di approvare l'ampliamento della gamma dello stent denominato "VIABAHN VBX" con i seguenti prodotti alle medesime condizioni economiche previste nell'accordo quadro RSPIC.2024.162 del 04/04/2024, stipulato con la società W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L. per il lotto 14:

Diametro dichiarato/nominale stent (mm)	Lunghezza stent compresso (mm)	Misura introduttore (Fr)	Diametro della guida	Diametro massimo stent postdilatato ¹ (mm)	Lunghezza catetere (cm)
5	15/19/29/39/59/79	6	0,035" (0,89 mm)	8	80/135
6	15/19/29/39/59/79	6	0,035" (0,89 mm)	8	80/135
7	15/19/29/39/59/79	6	0,035" (0,89 mm)	11	80/135
8	29/39/59/79	7	0,035" (0,89 mm)	11	80/135
8L	29/39 59/79	7 8	0,035" (0,89 mm)	16	80/135
9	29/39/59/79	7	0,035" (0,89 mm)	13	80/135

Tabella 1. Misure dell'endoprotesi espandibile su pallone GORE® VIABAHN® VBX

2. di recepire nell'Accordo quadro RSPIC.2024.162 del 04/04/2024, stipulato con la società W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L. - lotto 14, l'ampliamento della gamma degli Stent "VIABAHN VBX", come sopra riportato;
3. di trasmettere il presente atto al Fornitore W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L.;
4. di provvedere alle ulteriori forme di pubblicazione previste dal PIAO 2025, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 33/2013.

Barbara Cevenini