

Spett.le
Azienda INTERCENT-ER
Viale Aldo Moro 38
40127 Bologna

Alla c.a. Sig.ra Ivana Ghelfi

Milano, 26 Giugno 2013

Alcon Protocollo: G2012031

E-mail: ighelfi@regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Offerta di **affiancamento tecnologico** in merito alla gara a procedura aperta per la fornitura di lenti intraoculari e materiale viscoelastico per le aziende sanitarie della regione Emilia Romagna.
Det. N°346 del 28/02/2012 N° 49 del 28/02/2013.

A seguito di accordi intercorsi con la Sig.ra Denise Guermandi.

Il sottoscritto Dott. Leonardo Montobbio, nato a Padova il 25 giugno 1966 e residente in Milano (MI) in Milano in via Mantegna Andrea, 5 in qualità di Procuratore di ALCON Italia S.p.A. con sede operativa e sede legale in Viale Giulio Richard, 1/B - 20143 Milano codice fiscale/P. IVA 07435060152 - Ufficio imposte Dirette territorialmente competente Ufficio Locale delle Entrate di Milano 5 - Via Dei Missaglia, 97

DICHIARA

La disponibilità di Alcon Italia S.p.A. ad offrire quale affiancamento tecnologico del prodotto **Lenti Alcon AcrySof "Natural IQ" Mod. SN60WF** il seguente prodotto alle stesse condizioni economiche, e precisamente:

LOTTO 6

Q.TA' 17.940 PEZZI LENTE INTRAOCULARE DA CAMERA POSTERIORE MONOPEZZO

Lente Alcon AcrySof "Natural IQ" precaricata nel sistema AcrySert C Mod. SN6CWS

Prezzo offerto: € 105,00/CAD. + IVA 4%

Confezione singola

CND: P030199

NUM. REP: 316599/R

RIMANGONO INVARIATE LE RESTANTI CONDIZIONI DI GARA.

In fede

Alcon Italia S.p.A.

Un Procuratore

Dott. Leonardo Montobbio

Si comunica che l'ufficio gare/preventivi dispone del seguente numero diretto di fax: 02 / 8138 878

Alcon ITALIA	Descrizione: RELAZIONE TECNICA SUL PRODOTTO: LENTE INTRAOCULARE ACRYSOF® NATURAL IQ MODELLO SN60WF		
DIVISIONE SURGICAL	Tipo di documento: Relazione Tecnica di Prodotto	Codice Documento: RTPD	Rev: 01 del 01/09/09

MODELLO IOL

SN60WF

CASA PRODUTTRICE

ALCON®

MARCHIO

AcrySof® IQ

LENTE PER CAMERA

POSTERIORE

DIAMETRO OTTICA

6.0

PROFILO OTTICA

BICONVESSA ANTERIORE CON
SUPERFICIE ASFERICA POSTERIORE

MATERIALE OTTICA

Acrilico idrofobo pieghevole

FORI DI POSIZIONAMENTO

Nessuno

ANGOLAZIONE ANSE

0°

FORMA DELLE ANSE

L modificata

MATERIALE ANSE

Acrilico idrofobo pieghevole

LUNGHEZZA TOTALE (mm)

13.0

COSTANTE "A"

118.7

PROFONDITA' C.A.

5.37

FILTRO U.V.

SI'

TIPO

BENZOTRIAZOLO

FILTRO NEAR U.V.

Percentuale variabile fino a 550 nm

INDICE DI RIFRAZIONE

1.55

CONFEZIONAMENTO

SINGOLO E STERILE

ASSISTENZA POST-VEND

GARANTITA

APPROVAZIONE F.D.A.

SI'

FASI DEL PROCESSO DI LAVORAZIONE

- Stampaggio
- Tumble polishing (macchina levigatrice/burattatrice)

MODALITA' DI STERILIZZAZIONE:

Ossido di etilene

VALIDITA':

5 anni

POTERI DIOTTRICI:

da +6.0 a +30.0 con incremento di 0.5 diottrie

Le informazioni contenute nel presente documento sono conformi alla scheda di Notifica Ministeriale repertorio n° 44155/R

PAG. 1 DI 1.	PREPARATO DA: PM	APPROVATO DA: DIR. DIV.	VERIFICATO DA: MKTG M.
Nome/Cognome	GIOVANNI PERNICE	RAFFAELLA PELLEI	NUNZIO DI CESARE
Data	01/09/09	01/09/09	01/09/09

Alcon ITALIA	Descrizione: RELAZIONE TECNICA SUL PRODOTTO: SISTEMA ACRYCERT C MODELLO SN6CWS CON LENTE INTRAOCULARE ACRYSOFT® IQ PRECARICATA		
DIVISIONE SURGICAL	Tipo di documento: Relazione Tecnica di Prodotto	Codice Documento: RTPD	Rev: 02 del 04/05/10

NOME DEL SISTEMA PRECARICATO
CODICE DEL SISTEMA PRECARICATO
MATERIALE SISTEMA ACRYCERT
MODELLO IOL PRECARICATA NEL SISTEMA

AcrySert® C
SN6CWS
Polipropilene
SN60WF

CASA PRODUTTRICE

ALCON®

Caratteristiche della IOL:

LENTE PER CAMERA
DIAMETRO OTTICA
PROFILO OTTICA

POSTERIORE
6.0
BICONVESSA ANTERIORE CON
SUPERFICIE ASFERICA POSTERIORE
Acrilico idrofobo pieghevole

MATERIALE OTTICA

DIAMETRO INCISIONE CONSIGLIATA
FORI DI POSIZIONAMENTO
ANGOLAZIONE ANSE
FORMA DELLE ANSE
MATERIALE ANSE
LUNGHEZZA TOTALE IOL (mm)
COSTANTE "A"
PROFONDITA' C.A.
FILTRO U.V.
TIPO
FILTRO NEAR U.V.
INDICE DI RIFRAZIONE

2,75mm
Nessuno
0°
"L" modificata (StableForce™)
Acrilico idrofobo pieghevole
13.0
118.7
5.37
SI'
BENZOTRIAZOLO
Percentuale variabile fino a 550 nm
1.55

CONFEZIONAMENTO
ASSISTENZA POST-VEND
APPROVAZIONE F.D.A.

SINGOLO E STERILE
GARANTITA
SI'

FASI DEL PROCESSO DI LAVORAZIONE DELLA IOL

- Stampaggio
- Tumble polishing (macchina levigatrice/burattatrice)

MODALITA' DI STERILIZZAZIONE:
VALIDITA':
POTERI DIOTTRICI:

Ossido di etilene
5 anni
da +6.0 a +30.0 con incremento di 0.5 diottrie

Le informazioni contenute nel presente documento sono conformi alla scheda di Notifica Ministeriale repertorio n° 316599/R

PAG.1 DI 1. Nome/Cognome	PREPARATO DA: PM FEDERICO MARCHETTI	APPROVATO DA: DIR. DIV. RAFFAELLA PELLEI	VERIFICATO DA: MM CHRISTIAN HAUSER
Data	04/05/10	04/05/10	04/05/10