

lotto u. 8

BRACCO Imaging Italia S.r.l.


Via Egidio Folli, 50
20134 MILANO



LIFE FROM INSIDE

Distributore esclusivo per l'Italia
Bracco Imaging Italia s.r.l.
Via Egidio Folli, 50
20134 Milano
Tel. 0221771 Fax 0226410678

DESCRIZIONE TECNICA
SONDA RETTALE CON PALLONCINO PER
DOPPIO CONTRASTO
COD. BRACCO 79933B
COD PRODUTTORE 8825FTEU
COD. REPERTORIO 8000/R
CND G02060303



Codice
79933B



Class I

**La sonda rettale è LATEX FREE e
PVC DEHP FREE**

**SONDA RETTALE CON PALLONCINO PER
DOPPIO CONTRASTO**

1.1 destinazione d'uso :

Per uso nell'esame del colon TC tramite clisma opaco al solfato di Bario e contrasto d'aria per utenti con scarsa tonicità anale.

1.2 descrizione del prodotto :

Il sistema comprende :

- Sonda rettale in atossico medical-grade POLYURETHANE con palloncino di ritenzione in silicone,
- 3 (tre) raccordi: aria, MDC e per il gonfiaggio palloncino con raccordo conico per MDC.
- Tubo trasparente in materiale atossico medical-grade POLYURETHANE. Diametro: 1 x 2 mm. Lunghezza : 50 mm per gonfiaggio palloncino
- N° 1 connettore terminale cilindrico in materiale atossico medical-grade con oliva distale di dimensioni ridotte
- Tubo lineare blu in materiale atossico medical-grade POLYURETHANE. Diametro : 6 x 1 mm. lunghezza: 50 cm per ingresso aria

1.3 confezionamento :

Il prodotto è confezionato pulito in sacchetto di plastica in 24 pezzi .

1.4 Pulizia :

Il prodotto è confezionato pulito è mono uso, da non riutilizzare .

1.5 Controllo Qualità dei componenti del prodotto:

Ad ogni componente è applicato il controllo visivo e dimensionale durante l'assemblaggio, secondo i di procedure interne di qualità per verificare il suo rispondenza ai requisiti. Al prodotto finito sono applicate le prove visive , dimensionali, e fisiche (flusso e perdita), seguendo le procedure di qualità interne.

08 MAG. 2012

Bracco Imaging Italia S.r.l.

Un Procuratore

Angelo Gaiani