

Lotto 87 (A e B)**SCHEDA TECNICA****Descrizione** : Sacca raccolta urine con scarico, monouso, sterile, da 2000 ml**Classificazione CND** : A06030301

Codice :	CODICE	TUBO	CONF. (PZ)	N° REPERTORIO
	22310011	90 cm	90	61393/R
	2231B021	130 cm	80	61403/R

Materiali : Sacca in PVC spessore (mm) 0.10 ± 0.005
Tubo in PVC diametro interno (mm) 5.0 ± 0.2
diametro esterno (mm) 7.0 ± 0.1
lunghezza (cm) 90 / 130
Raccordo in PVC rigido colorato lunghezza (mm) 30
Capsula protettiva in Polietilene a bassa densità
N.B. Prodotto e confezionamento esenti da lattice (Latex Free)

Dimensioni : Capacità sacca 2000 ml

Caratteristiche : Valvola di scarico
Valvola antireflusso
Raccordo catetere filettato - troncoconico con capsula protettiva
Graduazione per quantità da 25 a 2000 ml
Predisposizione per fissaggio a supporti standard

Confezionamento : In busta singola, sterile. Scatole da 90 e 80 pz
Etichetta conforme a quanto previsto dalla F.U. vigente e dal D.Lgs. 46/97

Sterilizzazione : Ossido di Etilene con metodo validato secondo UNI EN ISO 11135
ETO residuo < 2 ppm. Conforme F.U. vigente e D.Lgs. 46/97 e agg.
Validità 60 mesi

Conservazione : Conservare nelle confezioni originali in luogo fresco, asciutto ed al riparo dalla luce solare diretta

Destinazione d'uso : Dispositivo medico non invasivo, sterile, destinato alla raccolta di urine

Fabbricante : Benefis s.r.l.

Marchio CE : D.M. Classe di appartenenza IS
N. Certificato [G2S 09 04 36403 014](#) del 29/07/2009 – TÜV SÜD PS

Certificazioni ISO : ISO 13485:2003 - N. Certificato [Q2N 11 07 36403 017](#) del 01/09/2011 – TÜV SÜD PS
ISO 9001:2008 – N. Certificato [50 100 9908 Rev.01](#) del 31/08/2011 – TÜV SÜD PS