## SCHEDA TECNICA

## CATETERI PER ELETTROFISIOLOGIA CURVA ORIENTABILE

# Inquiry™ 6F DECAPOLARI

**DISTRIBUTORE** Abbott Medical Italia S.p.A.
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Andromeda 20/3
Agrate Brianza

**FABBRICANTE** Irvine Biomedical Inc., a St. Jude Medical Company
2375 Morse Avenue, Irvine, CA 92614 (USA)

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Elettrocatetere per studi elettrofisiologici invasivi **Inquiry™**, decapolare, corpo di 6F, in pebax. Impugnatura Push & Pull con meccanismo di blocco ad anello rotante presente nell'impugnatura ergonomica. Il corpo del catetere rinforzato permette un ottimo controllo della torsione e della spinta. Il connettore Quick Connect™ assicura sia un facile collegamento sia un facile rilascio.

## INDICAZIONI D'USO

Gli elettrocateteri **Inquiry™** sono utilizzati durante le procedure elettrofisiologiche invasive per registrare a scopo diagnostico i segnali elettrici dovuti all'attivazione del sistema di conduzione del cuore. Il catetere, introdotto nel cuore attraverso il sistema venoso o arterioso, stimolando e registrando l'attività elettrica in diversi punti fornisce informazioni sul controllo della conduzione elettrica del cuore.

## CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| **Dimensioni:** | 6F |
| **Lunghezza:** | 110cm |
| **Materiale corpo:** | pebax |
| **Materiale armatura:** | acciaio inox |
| **Materiale pin:** | oro |
| **Materiale elettrodi:** | rame |
| **Materiale elettrodi:** | platino/iridio |
| **Elettrodo distale:** | 1mm |
| **Elettrodo prossimale** | 1mm |
| **Spaziatura interelettrodica:** | 2-5-2mm<br>5mm |
| **Curve:** | Medium, Large, X-tra Large |
| **Confezione:** | singola |

Abbott

## SCHEDA TECNICA

# Inquiry™ 6F DECAPOLARI

| Numero d'ordine | Modello | Spaziatura | Curva | N° repertorio |
|---|---|---|---|---|
| IBI-81102 | 1110-6-25-M | 2-5-2mm | Medium | 1246757/R |
| IBI-81104 | 1110-6-25-L | 2-5-2mm | Large | 1246758/R |
| IBI-81105 | 1110-6-25-XL | 2-5-2mm | X-Large | 1246759/R |
| IBI-81107 | 1110-6-5-L | 5mm | Large | 1246760/R |

**CAVI D'ESTENSIONE**

| Numero d'ordine | Modello | Lunghezza |
|---|---|---|
| IBI-85954 | 1910-SA | 150cm |

**INFORMAZIONI UTILI**

- CLASSE DI APPARTENENZA: III
- CODICE ENTE NOTIFICATORE: 0086
- CND: C02010403
- STERILIZZAZIONE: Il catetere è sterilizzato tramite gas di ossido di etilene. Il ciclo di sterilizzazione è stato validato in base agli standard riconosciuti ANSI/AAMI/ISO 11135:1994, Dispositivi Medici – validazione e controllo di routine della sterilizzazione ad ossido di etilene. Il processo di validazione ha dimostrato che il processo di sterilizzazione fornisce un livello di assicurazione di sterilità (SAL) del $10^{-6}$ per il dispositivo prodotto da Irvine Biomedical Inc.
- DURATA DELLA STERILIZZAZIONE: La sterilità del prodotto è garantita per 36 mesi.
- PRESENZA DI LATTICE: Il prodotto non contiene Lattice.
- DESCRIZIONE DEL CONFEZIONAMENTO: Il confezionamento dei prodotti Irvine consiste in una sacca o contenitore etichettato in tyvek/myvar permeabile ai gas, sigillato a caldo con una copertura gas-permeabile in tyvek, contenuta all'interno di una scatola di cartone. I prodotti sono confezionati singolarmente, sterili e pronti all'uso.
- MODALITA' DI CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco ed asciutto ed al riparo dalla luce.
- MODALITA' DI SMALTIMENTO: Smaltire come rifiuto sanitario in base a quanto previsto da normativa vigente

Consultare l'ultima versione del Manuale di riferimento per una lista completa ed aggiornata delle specifiche, indicazioni d'uso, *controindicazioni, avvertenze, precauzioni e possibili complicanze*