

SCHEDA TECNICA

CAVI DI ESTENSIONE

RESPONSE™ & LIVEWIRE™

DISTRIBUTORE Abbott Medical Italia S.p.A.
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Andromeda 20/3
20041 Agrate Brianza

FABBRICANTE St. Jude Medical
14901 DeVeau Place
Minnetonka – Minnesota 55345-2126 (USA)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Cavo progettato per collegare esclusivamente i cateteri elettrofisiologici Response™ e Livewire™ Daig all'interfaccia appropriata degli elettrodi nel laboratorio di elettrofisiologia. E' disponibile in confezione singola ed in diverse colorazioni per consentire una rapida identificazione nel caso di utilizzo di cateteri multipli.

INDICAZIONI D'USO

I cavi di estensione Response™ e Livewire™ devono essere abbinati ad un catetere Response™ e Livewire™ durante le procedure elettrofisiologiche invasive per permettere la registrare dei segnali elettrici. Dispongono inoltre di un canale guida per un collegamento più veloce, un pulsante per il rilascio e di terminali distali chiaramente identificabili grazie a differenti colorazioni e numerazione prossimale e distale.

CARATTERISTICHE FISICHE

Lunghezza:	150cm 210cm
Materiale rivestimento esterno:	poliuretano
Materiale pin:	oro
Materiale conduttore interno:	multifilare in materiale speciale ad elevata tecnologia
Colori disponibili:	nero, blu, grigio, rosso
Confezione:	Singola

Abbott

SCHEDA TECNICA

RESPONSE™ & LIVEWIRE™

NUMERO D'ORDINE

Numero d'ordine	Collegamento ai cateteri Response™ e Livewire™	Lunghezza	Colore	Repertorio
401970	Bipolare, Tripolare e Quadripolare	150cm	Nero	1065734/R
401973	Bipolare, Tripolare e Quadripolare	150cm	Blu	1065735/R
401974	Bipolare, Tripolare e Quadripolare	150cm	Grigio	1065736/R
401975	Bipolare, Tripolare e Quadripolare	150cm	Rosso	1065737/R
401971	Esapolare	150cm	Nero	1065738/R
401972	Esapolare, Ottopolare e Decapolare	150cm	Nero	1065739/R
401977	Esapolare, Ottopolare e Decapolare	150cm	Rosso	1065740/R
401976	Esapolare, Ottopolare e Decapolare	210cm	Nero	1065741/R

INFORMAZIONI UTILI

- CLASSE DI APPARTENENZA: I
- CODICE ENTE NOTIFICATORE: 0086
- CND: K02010203
- STERILIZZAZIONE: I cavi d'estensione Response™ sono sterilizzati con Ossido di Etilene (EtO). Dopo la procedura il prodotto sterilizzato è mantenuto per almeno 7 giorni a temperatura e condizioni ambientali. L'assenza di residui delle sostanze utilizzate per la sterilizzazione è comprovata da test specifici. Ogni prodotto risulta conforme agli standard ANSI/AAMI/ISO 10993-7 e/o AAMI TIR 19 ed ai limiti imposti dalla FDA (Food and Drug Administration) per i residui di EtO.
- DURATA DELLA STERILIZZAZIONE: La sterilità del prodotto è garantita per 3 anni.
- PRESENZA DI LATTICE: Il prodotto non contiene Lattice.
- DESCRIZIONE DEL CONFEZIONAMENTO: Il confezionamento dei prodotti Response™ consiste in una sacca o contenitore etichettato in tyvek/myvar permeabile ai gas, sigillato a caldo con una copertura gas-permeabile in tyvek, contenuta all'interno di una scatola di cartone. I prodotti sono confezionati singolarmente, sterili e pronti all'uso.
- MODALITA' DI CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco ed asciutto ed al riparo dalla luce.
- MODALITA' DI SMALTIMENTO: Smaltire come rifiuto sanitario in base a quanto previsto da normativa vigente

Consultare l'ultima versione del Manuale di riferimento per una lista completa ed aggiornata delle specifiche, indicazioni d'uso, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e possibili complicanze