SCHEDA TECNICA

CATETERI PER ELETTROFISIOLOGIA CURVA ORIENTABILE

Inquiry™ 4F DECAPOLARI

DISTRIBUTORE Abbott Medical Italia S.p.A.
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Andromeda 20/3
Agrate Brianza

FABBRICANTE Irvine Biomedical Inc., a St. Jude Medical Company
2375 Morse Avenue, Irvine, CA 92614 (USA)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Elettrocatetere per studi elettrofisiologici invasivi **Inquiry™**, decapolare, corpo di 4F, in pebax. Impugnatura Push & Pull con meccanismo di blocco ad anello rotante presente nell'impugnatura ergonomica. Il corpo del catetere rinforzato permette un ottimo controllo della torsione e della spinta. Il connettore Quick Connect™ assicura sia un facile collegamento sia un facile rilascio.

INDICAZIONI D'USO

Gli elettrocateteri **Inquiry™** sono utilizzati durante le procedure elettrofisiologiche invasive per registrare a scopo diagnostico i segnali elettrici dovuti all'attivazione del sistema di conduzione del cuore. Il catetere, introdotto nel cuore attraverso il sistema venoso o arterioso, stimolando e registrando l'attività elettrica in diversi punti fornisce informazioni sul controllo della conduzione elettrica del cuore.

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni:	4F
Lunghezza:	60cm; 80cm; 110cm
Materiale corpo:	pebax
Materiale armatura:	acciaio inox
Materiale pin:	oro
Materiale elettrodi:	rame
Materiale elettrodi:	platino/iridio
Elettrodo distale:	1mm
Elettrodo prossimale	1mm
Spaziatura interelettrodica:	2mm, 2-5-2mm

Abbott

SCHEDA TECNICA

Inquiry™ 4F DECAPOLARI

Curve:	Medium, Large
Confezione:	singola

NUMERO D'ORDINE

Numero d'ordine	Modello	Spaziatura	Curva	N° repertorio
IBI-81530	1110-4-2-M	2mm	Medium	1246752/R
IBI-81531	1110-4-25-M	2-5-2mm	Medium	1246753/R
IBI-81532	1110-4-25-L	2-5-2mm	Large	1246754/R

CAVI D'ESTENSIONE

Numero d'ordine	Modello	Lunghezza
IBI-85930	1910-S	150cm
IBI-85954	1910-SA	150cm

INFORMAZIONI UTILI

- CLASSE DI APPARTENENZA: III
- CODICE ENTE NOTIFICATORE: 0086
- CND: C02010403
- STERILIZZAZIONE: Il catetere è sterilizzato tramite gas di ossido di etilene. Il ciclo di sterilizzazione è stato validato in base agli standard riconosciuti ANSI/AAMI/ISO 11135:1994, Dispositivi Medici – validazione e controllo di routine della sterilizzazione ad ossido di etilene. Il processo di validazione ha dimostrato che il processo di sterilizzazione fornisce un livello di assicurazione di sterilità (SAL) del 10^{-6} per il dispositivo prodotto da Irvine Biomedical Inc.
- DURATA DELLA STERILIZZAZIONE: La sterilità del prodotto è garantita per 36 mesi.
- PRESENZA DI LATTICE: Il prodotto non contiene Lattice.
- DESCRIZIONE DEL CONFEZIONAMENTO: Il confezionamento dei prodotti Irvine consiste in una sacca o contenitore etichettato in tyvek/myvar permeabile ai gas, sigillato a caldo con una copertura gas-permeabile in tyvek, contenuta all'interno di una scatola di cartone. I prodotti sono confezionati singolarmente, sterili e pronti all'uso.
- MODALITA' DI CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco ed asciutto ed al riparo dalla luce.
- MODALITA' DI SMALTIMENTO: Smaltire come rifiuto sanitario in base a quanto previsto da normativa vigente

Consultare l'ultima versione del Manuale di riferimento per una lista completa ed aggiornata delle specifiche, indicazioni d'uso, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e possibili complicanze