Abbott

SCHEDA TECNICA *Cavi per Elettrofisiologia*

FAMIGLIA PRODOTTO *Cavi di collegamento*

NOME COMMERCIALE PRODOTTO *Cavi di collegamento Irvine*

DISTRIBUTORE Abbott Medical Italia S.p.A.
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Andromeda 20/3
Agrate Brianza (MI)

FABBRICANTE Irvine Biomedical Inc., a St. Jude Medical Company
2375 Morse Avenue, Irvine, CA 92614 (USA)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: I cavi per elettrofisiologia IBI sono cavi isolati e flessibili, prodotti con materiali plastici e metallici.

INDICAZIONI D'USO: I cavi per elettrofisiologia Irvine sono stati studiati appositamente per essere utilizzati con prodotti per elettrofisiologia originali IBI o compatibili, nella registrazione dell'elettrogramma e nella stimolazione cardiaca.

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (u.m.):	Corpo di lunghezza 250cm
Connettore:	Quick Connect
Modalità smaltimento:	smaltire come rifiuto sanitario in base a quanto previsto da normativa vigente
Confezione:	singola

SPECIFICHE (se presenti)

Caratteristica	Descrizione
	N/A

Abbott

SCHEDA TECNICA *Cavi di collegamento diagnostici*

FAMIGLIA PRODOTTO *Cavi di collegamento*

NOME COMMERCIALE PRODOTTO *Cavi di collegamento Inquiry*

NUMERO D'ORDINE:

N° d'ordine	Modello	Descrizione	N° Repertorio
IBI-85931	1924-S	Cavo con pin protetti per cateteri Ten Ten, 20 poli, Curva-H e Afocus	35266/R
IBI-85953	1904-SA	Cavo Autoclavato con pin protetti per cateteri Inquiry quadripolari	33340/R
IBI-85954	1910-SA	Cavo Autoclavato con pin protetti per cateteri Inquiry decapolari	35269/R
IBI-85955	1914-SA	Cavo Autoclavato con pin protetti per cateteri 14poli	35270/R
IBI-85641	1641	Cavo da Generatore IBI1500T a catetere da ablazione IBI	35249/R
IBI-85644	1641-A	Cavo Autoclavato da Generatore IBI1500T a catetere da ablazione IBI	53318/R
IBI-85643	1689	Cavo adattatore per catetere IBI a Generatore RF Osypka	35250/R
IBI-85684	1684-TH	Cavo da Generatore IBI1500T a catetere da ablazione a termistore EPT	35251/R
IBI-85708	1711-MA	Cavo adattatore Autoclavato per catetere IBI a Generatore RF Medtronic	53324/R
IBI-85709	1713-WA	Cavo adattatore Autoclavato per catetere IBI a Termocoppia a Generatore RF Webster/Stockert	53327/R
IBI-85711	1711-M	Cavo adattatore per catetere IBI a Generatore RF Medtronic	35252/R
IBI-85713	1713-W	Cavo adattatore per per catetere IBI a Termocoppia a Generatore RF Webster/Stockert	35253/R
IBI-85719	1719-W	Cavo da Generatore IBI1500T a catetere da ablazione a termocoppia Cordis Webster	35254/R
IBI-85735	1735-D	Cavo da Generatore IBI1500T a catetere da ablazione a Termocoppia Daig	35255/R
IBI-85739	1739-W	Cavo adattatore per catetere IBI Dual 8 a Generatore RF Webster/Stockert	35257/R
IBI-85760	1760-M	Cavo da Generatore IBI1500T a catetere da ablazione Medtronic Marinr	35258/R
IBI-85761	1761-W	Cavo adattatore per per catetere IBI a Termistore a Generatore RF Webster/Stockert	3284/R
IBI-85762	1762-W	Cavo da Generatore IBI1500T a catetere da ablazione a termistore Cordis/Webster	35259/R
IBI-85763	1763-E	Cavo adattatore per catetere da ablazione IBI con termistore a Generatore RF EPT	35260/R
IBI-85765	1763-EA	Cavo adattatore Autoclavato per catetere da ablazione IBI con termistore a Generatore RF EPT	53329/R
IBI-85764	1764-W	Cavo da Generatore IBI1500T a catetere da ablazione Dual Sensor Cordis/Webster	38390/R

Abbott

SCHEDA TECNICA *Cavi di collegamento diagnostici*

FAMIGLIA PRODOTTO *Cavi di collegamento*

NOME COMMERCIALE PRODOTTO *Cavi di collegamento Inquiry*

IBI-85769	1769-BS	Cavo adattatore per catetere da ablazione Bard Stinger	35261/R

INFORMAZIONI UTILI

- CLASSE DI APPARTENENZA: I
- CODICE ENTE NOTIFICATORE: 0086
- CND: K02010203
- STERILIZZAZIONE: Il cavo è sterilizzato tramite gas di ossido di etilene. Il ciclo di sterilizzazione è stato validato in base agli standard riconosciuti ANSI/AAMI/ISO 11135:1994, Dispositivi Medici – validazione e controllo di routine della sterilizzazione ad ossido di etilene. Il processo di validazione ha dimostrato che il processo di sterilizzazione fornisce un livello di assicurazione di sterilità (SAL) del 10-6 per il dispositivo prodotto da Irvine Biomedical Inc.
- DURATA DELLA STERILIZZAZIONE: 36mesi
- PRESENZA DI LATTICE: Il prodotto non contiene Lattice.
- DESCRIZIONE DEL CONFEZIONAMENTO: Il confezionamento consiste in una sacca in plastica, contenuta all'interno di una scatola di cartone. I prodotti sono confezionati singolarmente.
- MODALITA' DI CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco ed asciutto ed al riparo dalla luce.
- INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: N/A