

SCHEDA TECNICA

PROLUNGHE ANGIOGRAFICHE PER INIETTORE AUTOMATICO

Indicazioni d'uso:

Le prolunghe angiografiche della ditta SCW permettono la coronarografia e l'angiografia, mediante collegamento dei cateteri diagnostici, all'iniettore automatico per l'iniezione del mdc nei vasi arteriosi ad alta pressione.

Caratteristiche tecniche:

Consistono in **tubi armati in poliuretano** per resistere alle alte pressioni dell'iniettore, consentendo così la fuoriuscita del mdc dal catetere per l'opacizzazione dei vasi arteriosi durante la coronarografia e l'angiografia periferica.


Il fatto che siano in **poliuretano armato**, consentono alle stesse di resistere fino a **1.200 PSI (84 BAR)**, rispetto alle non armate che invece arrivano a circa 1.000 PSI.

Inoltre non danno colpi di frusta al momento dell'iniezione e, grazie alla diversa lunghezza consentono all'operatore di mantenere una certa distanza tra il tavolo operatorio e l'iniettore automatico.

Una estremità si raccorderà alla siringa presente sull'innesto apposito dell'iniettore, mentre l'altra estremità luer lock maschio / femmina con rotazione a 360, °la collegherà al catetere o al rubinetto a 1 o 3 vie.

Sono disponibili in lunghezze da 25,50,75,100,120,150,180 cm per soddisfare tutte le esigenze degli operatori.

Trasparenti per visualizzare velocemente eventuali bolle d'aria.



Informazioni relative al prodotto:

Prodotto monouso e sterile.

Latex free

Sterilizzazione: Ossido di Etilene (ETO).

Durata della sterilizzazione: 36 mesi

Confezione: unitaria

Classe di appartenenza: IIa

CE n. HD601019180001

Codice Ente Notificatore: 0197

L'imballaggio primario è costituito da Tyvek con un box blisterato presagomato che contiene il device e termosaldato per evitare contaminazioni.


L'imballaggio secondario è cartone.

Conservazione: Il prodotto in confezione integra deve essere conservato in luogo fresco ed asciutto. Non esporre alla luce solare diretta.

RIFERIMENTI REGISTRAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE:

Codici	Descrizione Prodotto	Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND	Nr. Repertorio dispositivi medici
42.02.20000	Prolunga armata 1200 psi LL M rotante 25 cm	A03020102	1623900/R
42.02.20001	Prolunga armata 1200 psi LL M rotante 50 cm	A03020102	1623900/R
42.02.20002	Prolunga armata 1200 psi LL M rotante 75 cm	A03020102	1623900/R
42.02.20013	Prolunga armata 1200 psi LL M rotante 100 cm	A03020102	1623900/R
42.02.20003	Prolunga armata 1200 psi LL M rotante 120 cm	A03020102	1623900/R
42.02.20004	Prolunga armata 1200 psi LL M rotante 150 cm	A03020102	1623900/R
42.02.20005	Prolunga armata 1200 psi LL M rotante 180 cm	A03020102	1623900/R

PRODUTTORE E RESPONSABILE PER L'EUROPA:

	SCW MEDICATH LTD ADD: No.4, <u>Baolong 6th Road, Baolong Industrial Town, Longgang</u> District, Shenzhen, 518116 P.R China TEL: (86)755-89312160/89312258 FAX: (86)755-89312239	EC REP <u>Wellkang Ltd t/a Wellkang Tech</u> Consulting ADD: Suit B, 29 Harley Street LONDON W1G 9QR, England, United Kingdom TEL: +44(20)30869438, +44(20)32876300 FAX: +44(20)76811874
---	---	---

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA:

INNOVA HTS s.r.l

Via Oltrecolle, 139

22100 Como

Tel. 031 282055

Fax. 031 555921

info@innovahts.com

www.innovahts.com

Il contenuto della presente scheda tecnica è tratto da documentazione fornitaci dal produttore.