



Johnson & Johnson

MEDICAL S.P.A.

INTERCENT-ER AG. REG. SVIL. MERC.
TEL
VIALE ALDO MORO, 38
40127 BOLOGNA (BO)

Pomezia, 11 marzo 2022

Oggetto: Comunicazione informativa linea Ethicon ENERGY per sostituzione codici Manipoli Sistema GEN11 codici HPBLUE e HP054.

Gentile Cliente,

la società scrivente, **Johnson & Johnson Medical S.p.A.**, con sede legale in Pratica di Mare, Pomezia (RM), Via del Mare 56 - 00071 Pomezia (Roma),

informa

che il relativo fabbricante legale dei prodotti in oggetto, **Manipoli Sistema GEN11**, ha deciso di rilasciare una nuova versione di tali prodotti: **MANIPOLO BLU E PUNTA TEST e il MANIPOLO BLU E PUNTA TEST.**

Pertanto sarà fornita al Vs spett.le Ente la versione più recente di tali prodotti, contraddistinti dai - codici riportati nella tabella che segue.

Codice	Descrizione	CND	R
HARHPBL	MANIPOLO BLU E PUNTA	Z1201088	22
HARHPG	MANIPOLO GRIGIO E PUNTA	Z1201088	22

Tali codici sostituiranno quelli che contraddistinguono i medesimi prodotti e che sono attualmente presenti nei vostri sistemi:

Codice	Descrizione	CND	RDM
HPBLUE	MANIPOLO BLUE PER SISTEMA	Z12010880	8345
HP054	MANIPOLO GRIGIO PER SISTEMA GEN11	Z12010880	172

Tali prodotti nella loro più recente versione mantengono immutate ed inalterate tutte le caratteristiche tecniche e funzionali dei codici menzionati e non riportano modifiche sostanziali, rispecchiando le medesime caratteristiche tecniche riportate in offerta al momento dell'aggiudica. Pertanto, nessuna modifica nelle loro caratteristiche intrinseche è riscontrabile.

Con la presente, si chiede dunque di autorizzare - in esecuzione della fornitura aggiudicata alla società scrivente all'esito della procedura di gara - la fornitura in sostituzione dei codici oggetto di discontinuazione. Naturalmente, l'offerta dei prodotti di cui sopra avverrà alle stesse condizioni e agli stessi termini previsti dal contratto in essere con il Vs. Spett.le Ente.

Vi comunichiamo inoltre che per utilizzare i codici nella loro ultima versione si rende necessario l'aggiornamento del software del generatore dedicato, GEN11 in uso presso le Vostre sale operatorie. La versione aggiornata del software upgrade che Ethicon EndoSurgery sta rilasciando e' la numero 2018-1.

Si invita, pertanto, a verificare la versione software del/i GEN11 in uso contattando i nostri referenti di zona che nel caso fosse necessario organizzeranno le operazioni di upgrade del software del generatore attualmente nella Vs disponibilit .

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore necessit , cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Francesco Trabucco
Platform & Specialty Lead Energy-ENDO-GUT
Johnson & Johnson Medical Spa



