

**CONVENZIONE  
PER LA FORNITURA DI AMBULANZE  
TRA**

Agenzia Regionale Intercent-ER, (c.f. 91252510374) con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n.38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Anna Fiorenza nata a Potenza il 01/11/1951 (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia);

E

ARICAR s.p.a. (c.f. 00132190356), sede legale in Cavriago (RE), via Gen.C.A. dalla Chiesa n. 9, iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia al n. 00132190356, P. IVA e c.f. 00132190356, domiciliata ai fini del presente atto in Cavriago (RE), via Gen.C.A. dalla Chiesa n. 9, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig.ra SILVANA GHINOLFI, (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

**PREMESSO**

*a)* che nei confronti del fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;

*b)* che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;

*c)* che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (**i.e. contratti**);

*d)* che la Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per la fornitura, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 10/08/2007;

*e)* che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

*f)* che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

*g)* che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica ai fini della stipula della presente Convenzione;

*h)* che il Fornitore ha dimostrato di aver stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;

*i)* che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1: Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione il Capitolato Tecnico (Allegato 1) e l'Offerta Tecnica del Fornitore (Allegato2).

**Articolo 2: Definizioni**

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:
  - a) Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

- b) **Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- c) **Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- d) **Sito:** lo spazio *web* sul Portale internet all'indirizzo [www.intercent.it](http://www.intercent.it), dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione,
- e) **Dispositivi opzionali:** gli allestimenti sostitutivi/addizionali rispetto ai requisiti dell'Ambulanza base, dovuti dal Fornitore solo su specifica richiesta dell'Amministrazione.

### **Articolo 3: Norme regolatrici e disciplina applicabile**

- 1 L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via graduata:
  - a) dalle clausole del presente Atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo della Convenzione riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
  - c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
  - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere la Convenzione in essere .

### **Articolo 4: Oggetto**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui all'art. 11 ("modalità e termini della convenzione"), nonché la prestazione dei servizi connessi.
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti indicati all'art. 14 ("Corrispettivi") del presente Atto, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti del numero massimo ordinabile pari a 35 ambulanze.
3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno origine ad un contratto per la fornitura di Ambulanze e relativi dispositivi e servizi opzionali.
4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
5. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore.
6. La Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito, il quantitativo massimo utilizzabile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale quantitativo fino a concorrenza di quanto previsto all'art. 27, comma 3, Decreto Ministeriale 28/10/1985.

### **Articolo 5: Utilizzo della Convenzione**

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Agenzia con le modalità di cui al successivo Articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nel quantitativo massimo utilizzabile oggetto della Convenzione stessa.

### **Articolo 6: Modalità di conclusione**

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni.
2. Le Amministrazioni contattano il Fornitore per fissare un incontro e definire le caratteristiche specifiche del/i mezzo/i richiesto/i nell'ambito della flessibilità definita nel presente documento (dispositivi opzionali). Il Fornitore si obbliga a fissare tale incontro entro sette giorni dalla richiesta, presso la sede dell'Azienda Sanitaria, al fine di redigere e sottoscrivere con l'Azienda stessa un verbale contenente almeno il numero di ambulanze richieste, l'allestimento richiesto nell'ambito dei dispositivi opzionali indicati nel presente documento, i tempi di consegna, comunque conformi all'offerta tecnica e le eventuali opzioni offerte dal fornitore in sede di presentazione degli elaborati tecnici. In seguito le Aziende provvedono all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
3. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l'Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e firmato dal Punto Ordinate è trasmesso via fax o posta a/r. al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
4. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore: ARICAR s.p.a., Via Gen. C.A. Dalla Chiesa n. 9, telefono n. 0522/372017 – 371755 ovvero mediante fax al numero dedicato 0522/577761.
5. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
6. Per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni debbono specificare, negli appositi moduli d'ordine, le quantità delle Ambulanze richieste, i luoghi di consegna, i dispositivi opzionali e l'eventuale servizio opzionale di manutenzione ordinaria. L'Amministrazione contraente dovrà compilare e inviare un singolo Modulo d'Ordine per ogni modello di autoveicoli compreso nell'Ordinativo di Fornitura. Gli Ordinativi di Fornitura sono inviati o trasmessi a mezzo lettera raccomandata a.r., fax, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.

### **Articolo 7: Durata**

1. Fermo restando il quantitativo massimo utilizzabile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito il quantitativo massimo utilizzabile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

### **Articolo 8: Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche, all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, ivi comprese le verifiche sulla corrispondenza tra i prodotti consegnati alle singole Aziende Sanitarie e i campioni di cui al successivo articolo 10 comma 1 nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

### **Articolo 9: Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
  - a) fornire le Ambulanze, i dispositivi e i servizi opzionali ai prezzi indicati nell'Offerta Economica entro il limite massimo indicato nel precedente articolo 4, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario, secondo quanto stabilito nella presente Convenzione;
  - b) garantire che le Ambulanze, i dispositivi e i servizi opzionali forniti siano conformi ai requisiti a quanto richiesto nel capitolato tecnico e dichiarato nell'Offerta Tecnica;
  - c) manlevare e tenere indenne l' Agenzia nonché le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
  - d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Agenzia di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
  - e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
2. Il Fornitore si obbliga altresì a garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura delle Ambulanze e ad erogare i servizi oggetto della presente Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione o Ente Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima

### **Articolo 10: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

### **Articolo 11: Modalità e termini di esecuzione della fornitura**

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. Il Fornitore deve effettuare la consegna, nei luoghi indicati negli Ordinativi di Fornitura, entro 120 giorni solari dalla ricezione degli Ordinativi stessi ovvero entro i termini dichiarati in sede di offerta tecnica salvo diverso accordo intercorso tra l'Agenzia, le Amministrazioni e il Fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 18 "Penali".
3. Il Fornitore si impegna a fornire almeno 6 ambulanze ogni trenta giorni solari consecutivi.
4. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio e asporto

dell'imballaggio e sessione introduttiva all'utilizzo del mezzo e delle attrezzature della durata di 1 (un) giorno da svolgersi entro 5 giorni dalla consegna del mezzo. Unitamente a ciascuna ambulanza, il Fornitore dovrà consegnare i documenti tecnici necessari (manuali di utilizzo, manuali di service, schemi elettrici, layout distributivi, ecc.) relativi a impianti e sottosistemi costituenti l'impianto atti a consentire l'effettuazione di un primo intervento tecnico di manutenzione.

5. A richiesta da parte della Azienda Sanitaria, dovrà essere prevista un'attività di formazione specifica per i tecnici dell'Azienda Sanitaria stessa entro 30 giorni dalla consegna dell'ambulanza, atta ad abilitarli ad effettuare il primo intervento di manutenzione correttiva sugli impianti che servono il vano sanitario (elettrico e gas medicali) e ad effettuare la manutenzione preventiva secondo le indicazioni del produttore. Ai tecnici dell'Azienda sanitaria verrà rilasciata apposita certificazione che attesti l'abilitazione ad effettuare operazioni di manutenzione sul veicolo secondo quanto stabilito nel corso di formazione, senza che decada la garanzia.
6. I termini di decorrenza della garanzia decorreranno dalla data di immatricolazione del veicolo, che non dovrà essere antecedente a 15 (quindici) giorni rispetto alla data di consegna dell'ambulanza presso l'Azienda Sanitaria.
7. Entro 5 giorni dalla consegna delle Ambulanze, le Aziende Sanitarie effettueranno in presenza del personale del Fornitore, il collaudo di accettazione che consiste in:
  - collaudo documentale consistente nella verifica di tutta la documentazione a corredo della fornitura, ivi compresi i certificati di marcatura CE per i dispositivi soggetti al D.lg 46/97 e successive modifiche/integrazioni; per documentazione si intende anche, con riferimento al vano sanitario, tutti i manuali d'uso in lingua italiana e i manuali tecnici di servizio degli impianti e dei loro componenti, comprensivi di schemi elettrici, circuitali e/o meccanici, della descrizione delle modalità di ricerca guasto e taratura ed in genere di tutto quanto è necessario ad effettuare qualsiasi operazione di manutenzione.
  - collaudo funzionale consistente nella verifica del funzionamento del mezzo ed in particolare degli impianti a servizio del vano sanitario, nonché la corrispondenza dei dati tecnici relativi agli stessi dichiarati in sede di offerta;
  - sottoscrizione del verbale di collaudo.
8. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura"; nel caso in cui la consegna della fornitura dovesse avvenire frazionatamente, il verbale relativo a ciascuna consegna frazionata varrà quale "Data di Accettazione della Fornitura" limitatamente alle Ambulanze ed Opzioni in relazione alle quali viene redatto.
9. In caso di esito negativo del collaudo il Fornitore si impegna a sostituire le Ambulanze che non hanno superato il collaudo entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Anche le Ambulanze in sostituzione verranno sottoposte a collaudo secondo le modalità, tempi e penali di cui sopra; in caso di esito negativo di detto collaudo, l'Amministrazione o Ente Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, a norma del successivo articolo 22.
10. L'accettazione delle Ambulanze non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti non rilevati all'atto della consegna e del collaudo, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo delle Ambulanze.
11. Resta inteso che, decorsi minimo 70 giorni dall'invio dell'Ordinativo di Fornitura da parte della prima Azienda Sanitaria contraente, l'Agenzia/Aziende Sanitarie del territorio, comprese quelle che intendono aderire alla convenzione (ma non hanno ancora emesso l'Ordinativo di Fornitura), hanno la facoltà di verificare presso le officine del Fornitore, il rispetto del progetto presentato in offerta sulla prima ambulanza in configurazione base messa in produzione. A tal fine, il Fornitore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente, ora per allora, i relativi risultati impegnandosi a tener conto delle contestazioni eventualmente emerse in tale sede. Nel caso in cui la verifica da parte dell'Agenzia/Azienda dia esito positivo, tale ambulanza sarà presa come modello per gli ulteriori Ordinativi. In nessun caso tale verifica implica l'accettazione

parziale o implicita delle Ambulanze ordinate, che saranno comunque sottoposte a collaudo secondo quanto precedentemente previsto.

12. Tutte le ambulanze si intendono coperte da garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (ex artt. 1490, 1497, 1512 del codice civile). Tale garanzia dovrà coprire le Ambulanze e i relativi allestimenti per un periodo di **24 (ventiquattro) mesi** dalla data di accettazione del prodotto, senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo. Il Fornitore è tenuto ad assicurare la risoluzione dei malfunzionamenti ed il ripristino della funzionalità del bene, entro **2 (due) giorni lavorativi** dalla richiesta di intervento.

**Il Fornitore si impegna ad estendere per ulteriori 12 mesi la garanzia standard (denominata in offerta “Garanzia Basic”). Tale possibilità sarà riservata alle Amministrazioni che aderiranno al servizio di “Manutenzione per tre anni entro Km.150.000” e ricompresa nel canone offerto per tale servizio.**

**L’estensione sopra indicata denominata in offerta “Garanzia Gold” non viene subordinata al vincolo chilometrico di cui sopra.**

13. Il Fornitore si impegna a svolgere, se richiesto dalle singole Aziende Sanitarie, il servizio di manutenzione ordinaria al corrispettivo indicato al successivo paragrafo per un periodo di 3 anni e comunque entro i Km 150.000. Gli interventi di manutenzione ordinaria (manutenzione programmata come previsto dal libretto d’uso del veicolo) saranno eseguiti, presso i **Punti di Assistenza**, entro e non oltre 1 (uno) giorno lavorativo, a decorrere dalla data di presa in carico del veicolo pena l’applicazione delle penali. Si intende che le Amministrazioni si impegnano a concordare la data di esecuzione di tali interventi con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore lavorative; nel caso di riparazioni particolarmente onerose, i tempi di intervento possono essere specificatamente concordati con le Amministrazioni.

## **Articolo 12: Servizi accessori**

### **1. Servizio di accesso dati su web:**

Il Fornitore si obbliga a consegnare alla Agenzia, alla stipula della presente Convenzione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre: (1) la descrizione delle Ambulanze, ivi compresi i dispositivi opzionali; (2) le informazioni sull’azienda/ aziende produttrice/i; (3) il numero di telefono, fax e l’indirizzo e-mail del call center e i Punti di Assistenza di cui al successivo articolo, ciò al fine di pubblicare detto materiale nel Sito dell’Agenzia con tutte le informazioni utili agli utenti. Le specifiche del formato da utilizzare per l’invio del predetto materiale vengono comunicate dalla Agenzia.

Il catalogo dei prodotti da fornire oggetto della Convenzione è visualizzato in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali.

In tale pagina è possibile, per le Amministrazioni: (1) indicare il numero delle Ambulanze, i dispositivi e servizi opzionali; (2) visualizzare l’importo totale dell’Ordinativo di Fornitura; (3) produrre il documento “Ordinativo di Fornitura”; (4) inviare l’Ordinativo di Fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente al Fornitore; (5) stampare copia cartacea dell’Ordinativo di Fornitura da firmare ed inviare al Fornitore via fax o posta a.r. (per le Amministrazioni che non sono in possesso della firma digitale).

Al Fornitore viene fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di ricevere/accettare gli Ordinativi di Fornitura e monitorare costantemente l’andamento degli stessi.

### **2. Servizio di reportistica:**

Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via Web o via posta, all’Agenzia un flusso informativo, su base trimestrale, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento, contenente al minimo le seguenti informazioni: (1) nome dell’Amministrazione Contraente; (2) numero dell’Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema cui si riferisce; (3) quantitativo richiesto/consegnato.

### **3. Contatti del Fornitore:**

Il Fornitore ha l’obbligo di attivare un servizio in grado di fornire alle Amministrazioni informazioni relative alle forniture comprese nella Convenzione, alle modalità di attivazione della Convenzione, alle modalità di inoltro dei reclami, alle modalità di compilazione degli Ordinativi di Fornitura. Qualora tale servizio non sia già prestato da una centrale operativa in essere presso il Fornitore, questi deve attivare, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla stipula della Convenzione, un numero di telefono dedicato, un numero di fax ed

un indirizzo e-mail, attivo tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione di: (1) giorni festivi; (2) giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio; (3) seconda e terza settimana di agosto.

### Articolo 13: Punti di assistenza

1. Il Fornitore è tenuto a garantire, per tutto il periodo di vigenza della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, la presenza sul territorio della Regione Emilia Romagna di una rete di punti assistenza cui è deputata l'esecuzione degli interventi di manutenzione.  
In particolare il Fornitore dovrà garantire la presenza di:
  - almeno un punto di assistenza presente sul territorio di ogni provincia della Regione in grado di effettuare riparazioni e manutenzioni meccaniche ed elettriche sui veicoli (officina/carrozzeria).
  - almeno tre punti di assistenza di cui almeno 1 sul territorio delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena; almeno 1 sul territorio delle province di Bologna, Ferrara; almeno 1 sul territorio delle province di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini, in grado di effettuare riparazioni e manutenzione ordinaria/straordinaria dell'allestimento del veicolo. Tali punti dovranno assicurare il ritiro delle ambulanze non marcianti al domicilio dell'Amministrazione durante tutto il periodo di durata della garanzia, con costi di trasporto a carico del Fornitore.
2. I punti di assistenza dovranno essere attivi tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica ed i festivi. In tali periodi dovrà essere garantita la presa in carico e la riconsegna delle ambulanze.
3. Qualora, nel corso della vigenza della Convenzione o degli Ordinativi di Fornitura, dovesse diminuire il numero dei punti di assistenza dichiarati in sede di offerta, il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, dovrà impegnarsi a ripristinarne il numero pena l'applicazione delle penali e la risoluzione del contratto.

### Articolo 14: Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti di seguito richiamati:

DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO (IVA ESCLUSA)
Ambulanza di base (traz.anter.)	€46.800,000
Ambulanza di base (traz.integr.)-Incremento sul prezzo dell'ambulanza di base	€5.250,000
Telecamera per la visione posteriore	€236,500
Autoradio con lettore CD	€123,500
Treno di gomme termiche comprese dei cerchi	€599,000
Catene da neve	€58,000
Preriscaldatore motore a funzionamento elettrico	€199,000
Fornitura e installazione dell'antifurto attivabile con motore acceso	€185,000
Paratia divisoria tra vano guida e vano sanitario dotata di porta scorrevole (in alternativa alla paratia modello base)	€750,000

Fornitura e installazione tendina parasole per le finestre del vano sanitario	€10,000
Interfono tra cabina guida e vano sanitario, realizzato con sistema a viva voce escludibile	€110,000
Stufetta elettrica termostata	€196,000
Ulteriore portaflebo a scomparsa	€10,000
Ulteriore gancio di sicurezza per il sostegno delle sacche	€1,000
Predisposizione per l'ancoraggio di una termoculla	€370,000
Predisposizione e fornitura di una sedia portantine	€850,000
Predisposizione e fornitura della barella secondaria	€520,000
Predisposizione di un impianto elettrico e relativo fissaggio per scaldaliquidi	€0,000
Predisposizione e fornitura di un frigorifero portatile per la conservazione farmaci	€212,000
Prese aggiuntive per ossigeno	€44,500
Prese aggiuntive del vuoto	€44,500
Impianto di aria medica prodotto da specifico compressore installato a bordo dell'ambulanza con almeno una presa di aria compressa	€760,000
Manutenzione per 3 anni entro KM.150.000	€4.400,000

Il fornitore si obbliga altresì a praticare la percentuale di sconto di 6,64% sul listino fornito in sede di gara e di seguito riportato:

DESCRIZIONE	PREZZO DI LISTINO (IVA esclusa)
<b>ARREDI INTERNI</b>	
Colonna a tutta altezza anteriore con vani a giorno in plexiglas	€400,00
Cassapanca con soprastante divanetto 2 sedute per operatori + sedile girevole omologato M1	€800,00
Vano di contenimento estraibile sotto sedile passeggero in cabina guida	€350,00
Divisorie verticali interno pensili – Cadauna	€22,00
Tasca per alloggiamento saturimetro	€45,00
Supporto per alloggiamento bombola ossigeno portatile	€75,00
Guide a pavimento per alloggiamento di eventuale carrozzina, installate in senso di marcia a fianco barella	€150,00
Coppia di martinetti Unwim Quick-Lock per ancoraggio di carrozzina	€320,00
<b>ARREDI ESTERNI</b>	
Impianto luci bianche posteriori ad attivazione sincrona con	€65,00

la retromarcia	
Struttura esterna monoblocco a led Aricar LifeLight	€3.600,00
Installazione led sottofaro anteriori	€245,00
<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>	
Nuovo pannello touch screen con navigatore satellitare	€1.680,00
Nuovo pannello touch screen con autoradio/MP3/navigatore satellitare/controllo flotta	€2.800,00
Faretti sottotetto	€190,00
Presa esterna Stem SAE dotata di meccanismo automatico di espulsione della spina all'accensione del veicolo	€390,00
Spina per presa Stem SAE	€82,00
<b>IMPIANTI SPECIALI</b>	
Sterilizzatore aria per vano sanitario, Aricar Bio Safe integrato	€900,00
Sistema elettronico di abbattimento dell'assorbimento energetico Aricar Power up	€230,00
Dispositivo di rientro automatico gradino laterale	€220,00
Partenza con seconda batteria	€220,00
<b>ATTREZZATURE</b>	
Bombola ossigeno portatile da lt.2	€250,00
Bombola ossigeno portatile da lt.3	€295,00
Forbici multiuso Spencer	€62,10
Materassino a depressione Fermo DMT-H con pompa	€980,00
Materassino a depressione OB con pompa	€275,50
Set steccobende semirigide Ferno AS190-4	€ 571,50
Set steccobende semirigide Ferno 665-2/4/5	€265,50
Estricatore Ferno ked blu S 2125	€250,00
Estricatore Spencer SED	€168,00
Tavola spinale pediatrica Ferno Medi Kids completa	€540,00
Tavola spinale pediatrica Meber Duck	€159,00
Fermacapo per tavola spinale pediatrica Meber Kids	€99,00
Cinture di immobilizzazione per tavola spinale pediatrica Meber Spider Baby	€49,50
Zaino OB Module	€140,00
Numero identificativo a tetto	€23,00
Aspiratore Laerdal LSU con unità di ricarica	€1.080,00
Aspiratore OB 2012	€630,00
Monitor Lifepack 12 Bifasico/Manuale	€7.947,00
Modulo semiautomatico per Lifepack 12	€229,50
Stimolatore per Lifepack 12	€1.089,00
Saturimetro per Lifepack 12	€1.188,00
Pressione non invasiva per Lifepack 12	€2.412,00
12 derivazioni interpretativo per Lifepack 12	€2.862,00
Piastre rigide per Lifepack 12	€558,00
Coppia di piastre rigide pediatriche per Lifepack 12	€205,20
Alimentatore 220 volt per Lifepack 12	€1.306,80
Prolunga per alimentatore per Lifepack 12	€86,40
Carica batterie BSS2 per Lifepack 12	€1.858,50
Borsa adatta per sostegni da ambulanza per Lifepack 12	€252,00
Borsa per Lifepack 12 e alimentatore	€279,00

Tasca sinistra per Lifepack 12	€54,00
Supporto fisso per Lifepack 12	€504,00
Defibrillatore Lifepack 1000 Base	€3.501,00
Defibrillatore Lifepack 1000 ECG	€4.259,70
Monitor cardiodefibrillatore registratore ECG Philips MRX, bifasico, con le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 batteria</li> <li>▪ Borsa di trasporto con adattatore</li> <li>▪ Attacco murale certificato 10G</li> <li>▪ caricabatterie</li> </ul>	€9.500,00
Accessorio per Philips MRX: modulo saturimetria	€1.333,80
Accessorio per Philips MRX: Stimolazione (Pacing)	€2.088,90
Accessorio per Philips MRX: tracciato a 12 derivazioni	€3.111,30
Accessorio per Philips MRX: Modulo pressione non invasiva	€2.666,70
Accessorio per Philips MRX: Modulo ETC02	€3.555,90
Accessorio per Philips MRX: Piastre rigide	€488,70
Ventilatore polmonare Medumat 8120 con modulo di ossigeno	€4.650,00
Ventilatore polmonare Medumat WM225002 fisso	€3.190,00
Ventilatore polmonare Spencer 190 Kompak	€3.570,00
DAE Laerdal Fore Runner 2 con ECG	€2.880,00
Pompa siringa Alaris GS	€1.782,00
Pompa siringa Perfusor Compact S	€1.260,00
Pompa siringa Terumo TE371	€1.404,00

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura delle Ambulanze e degli eventuali dispositivi opzionali e del servizio opzionale di manutenzione ordinaria descritti nella presente Convenzione.
3. Il prezzo d'acquisto di ciascuna ambulanza e di ciascuna Opzione è comprensivo di ogni attività di consegna, messa in esercizio e quant'altro necessario, ivi compresi tutti i prerequisiti per il corretto funzionamento dell'ambulanza, degli allestimenti e dei Dispositivi Opzionali; è altresì comprensivo della prestazione dei Servizi Connessi di assistenza in garanzia, consegna e introduzione all'uso, e reportistica.
4. Il prezzo di ciascun dispositivo opzionale e del servizio opzionale è dovuto solo se tali prodotti e servizi sono espressamente richiesti dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura.
5. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
7. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
8. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

#### **Articolo 15: Adeguamento dei prezzi**

1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula della Convenzione.

### **Articolo 16: Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto. In particolare, il corrispettivo relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura verrà fatturato dal Fornitore dalla data di accettazione della fornitura.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura e deve essere intestata e spedita alla Amministrazione.
3. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. 231/2002. Le aziende sanitarie, in conformità a quanto disposto dall'art. 51 della L.R. 22/1980, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2002, effettueranno i pagamenti per le forniture a 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, salvo diverse pattuizioni con le ditte aggiudicatarie.
4. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, spettano alle ditte aggiudicatarie, salvo diverse pattuizioni tra le parti, gli interessi moratori stabiliti in conformità all'art. 56 della L.R. 22/1980, da considerarsi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2002, corretta prassi commerciale del settore e precisamente:
  - dal 91° fino al 180° giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta alle Amministrazioni Contraenti sono dovuti gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. maturati alla data di emissione del mandato;
  - da 181° giorno e sino alla data di emissione del mandato sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 30 del Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
5. Gli interesse scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
6. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
7. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. 000030035339, intestato al Fornitore, presso Unicredit Banca d'Impresa e con le seguenti coordinate bancarie: Codice IBAN IT44J0322612801000030035339.
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e/o dall'Agenzia.

### **Articolo 17: Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della

presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Articolo 18: Penali**

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini per la consegna delle Ambulanze di cui all'Art. 11 comma 2 e relativi dispositivi opzionali, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna unitamente alle Ambulanze i dispositivi opzionali richiesti.
2. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, relativo ai termini di consegna rispetto alla data di immatricolazione di cui all'Art. 11 comma 6 l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,2% (zero virgola due per cento) del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per lo svolgimento del collaudo e della sottoscrizione del relativo verbale di cui all'Art. 11 comma 7, l'Amministrazione Contraente avrà la facoltà di applicare al Fornitore una penale pari allo 0,2% (zero due cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dell'ambulanza di cui all'Art. 11 comma 9, l'Amministrazione Contraente avrà la facoltà di applicare al Fornitore una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e l'eventuale risoluzione.
5. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini per lo svolgimento della sessione introduttiva delle ambulanze di cui all'Art. 11 comma 4 e relativi dispositivi opzionali, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini per lo svolgimento dell'attività di formazione a favore dei tecnici dell'Azienda Sanitarie e del rilascio dell'apposita certificazione di cui all'Art. 11 comma 5, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,2% (zero virgola due per cento) del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità delle ambulanze in caso di garanzia di cui all'Art. 11 comma 12 l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari a €250,00 (duecentocinquanta) al giorno, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'Art. 11 comma 13 l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari a €250,00 (duecentocinquanta) al giorno, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Nel caso in cui il Fornitore, a fronte di Ordinativi di Fornitura, consegna complessivamente meno di 6 ambulanze al mese di cui all'Art. 11 comma 3 l'Agenzia applicherà al Fornitore una penale pari a € 500,00 (cinquecento) al giorno, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e la risoluzione del contratto.
10. Per ogni giorno solare, non imputabile all'Amministrazione Contraente, all'Agenzia ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per la presenza dei punti di assistenza di cui all'Art. 13, l'Agenzia applicherà al

Fornitore una penale pari a € 500,00 (cinquecento) al giorno, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e la risoluzione del contratto.

11. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni, ovvero la Agenzia, applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
12. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione o dall'Agenzia; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
13. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
14. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
15. Ciascuna singola Amministrazione Contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
16. L'Agenzia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
17. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
18. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o l'Amministrazione Contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

#### **Articolo 19: Cauzione definitiva**

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia calcolata secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.lgs 163/2006 sul valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali).
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

#### **Articolo 20: Proprietà dei prodotti**

Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di accettazione della fornitura; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

#### **Articolo 21: Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### **Articolo 22: Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione. Nell'ipotesi di risoluzione della Richiesta di Consegna, l'Amministrazione resta obbligata per la restante parte del proprio Ordinativo di Fornitura.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Agenzia, per quanto

di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
  - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
  - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
  - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
  - e) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;
  - f) mancata rispondenza tra i prodotti forniti nel corso della convenzione e le ambulanze di cui all'Art. 11 comma 11;
  - g) mancata presenza dei punti di assistenza di cui all' Art 13;
  - h) mancata sostituzione del veicolo in seguito all'esito negativo del collaudo di cui all'Art. 11 comma 9;
  - i) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - j) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente Convenzione;
  - k) qualora presso l'Amministrazioni, nel corso della durata dell'Ordinativo di Fornitura, intervengano variazioni ai protocolli di utilizzo.
4. Nei casi di risoluzione delle Amministrazioni dei propri Ordinativi di Fornitura l'oggetto della Convenzione viene proporzionalmente ridotto.
5. L'Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
  - a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
  - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
  - e) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
  - f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
  - g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti nel corso della convenzione e le ambulanze di cui all'Art. 11 comma 11;
  - h) mancata presenza dei punti di assistenza di cui all' Art 13;
  - i) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente Convenzione;
6. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna

comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.

7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o l'Amministrazione Contraente hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.

### **Articolo 23: Recesso**

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici;
  - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

#### **Articolo 24: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Articolo 25: Subappalto**

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ex art. 118 D. Lgs. 163/2006, al limite del 30% dell'importo contrattuale.
2. Su richiesta dell'Agenzia il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro un mese dalla data di eventuale richiesta, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
3. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. Il Fornitore può avvalersi ai fini di cui al comma precedente dei soggetti di seguito indicati:  
NESSUN SOGGETTO INDICATO  
Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.
6. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dall'Agenzia. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Convenzione e delle singole Amministrazioni Contraenti risolvere gli Ordinativi di Fornitura.

#### **Articolo 26: Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

#### **Articolo 27: Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le

Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti.

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **Articolo 28: Responsabile della Fornitura**

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nella Sig.ra. Silvana Ghinolfi il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Amministrazione.
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 0522/372017, numero di fax 0522 577761, indirizzo e-mail aricar@aricar.com.

#### **Articolo 29: Aggiornamento tecnologico**

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.

#### **Articolo 30: Conciliazione presso la CCIAA**

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

#### **Articolo 31: Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

#### **Articolo 32: Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
  - a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
  - b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
  - c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
  - d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
  - e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
  - f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

### **Articolo 33: Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

### **Articolo 34: Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque

modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissiono o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Bologna, lì 27/03/2008

AGENZIA

IL FORNITORE

La sottoscritta Silvana Ghinolfi, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Servizi Accessori), Articolo 13 (Servizio opzionale di manutenzione ordinaria, punti di assistenza e garanzia), Articolo 14 (Corrispettivi), Articolo 15 (Adeguamento prezzi), Articolo 16 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 18 (Penali), Articolo 19 (Cauzioni definitive), Articolo 20 (Proprietà prodotti), Articolo 21 (Riservatezza), Articolo 22 (Risoluzione), Articolo 23 (Recesso), Articolo 24 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 25 (Subappalto), Articolo 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 27 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 28 (Responsabile della fornitura), Articolo 30 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 31 (Foro competente), Articolo 32 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 33 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 34 (Clausola finale).

Bologna, lì 27/03/2008

IL FORNITORE

Certifico io sottoscritta Barbara Cevenini, nominata Ufficiale Rogante con atto di determinazione del Direttore di Intercent-ER n. 2295 del 23/02/2006, che i signori:

- Anna Fiorenza, nata a Potenza, il giorno 01 del mese di Novembre dell'anno 1951 e residente a Bologna, in via Montebello, numero civico 2/2, (codice fiscale FRNNA51S41G942T);
- Silvana Ghinolfi, nata a Cavriago, il giorno 2 del mese di ottobre dell'anno 1943 e residente a Cavriago(RE) in via D.Govi, numero civico 4, (codice fiscale GHN SVN 43R42 C405G);

della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.-----

Bologna, lì 27/03/2008-----

## ALLEGATO 1

### CAPITOLATO TECNICO

#### PREMESSA

Oggetto della Convenzione è la fornitura di ambulanze per le Amministrazioni/Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna, i cui quantitativi sono indicati nel Disciplinare di gara.

Il presente documento definisce, ove non diversamente specificato, le caratteristiche minime per la fornitura delle ambulanze modello base, dei dispositivi e servizi opzionali cui il Fornitore deve attenersi nel corso dell'esecuzione degli Ordinatori di Fornitura. I dispositivi opzionali e il servizio di manutenzione ordinaria, descritti nel presente documento, potranno essere richieste solo in riferimento alle ambulanze acquistate nell'ambito della convenzione.

#### CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata della Convenzione e degli Ordinatori di Fornitura.

In particolare le ambulanze oggetto della fornitura devono essere immatricolabili come ambulanze di soccorso di **tipo A** in conformità al Decreto 17 dicembre 1987 n. 553 del Ministro dei Trasporti – Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/1/1988.

Le ambulanze devono, inoltre, essere conformi a:

- norma UNI EN 1789:1999/A1:2005 Veicoli medici e loro attrezzature – Autoambulanze limitatamente ai punti dichiarati;
- Decreto 17 dicembre 1987 n. 553 del Ministro dei Trasporti – Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/1/1988 – Norma tecnica e amministrativa alle ambulanze.

Al fine di consentire la flessibilità nella configurazione delle ambulanze secondo le esigenze delle Aziende Sanitarie, si richiede al Fornitore di configurare il modello base delle ambulanze, con le i dispositivi opzionali eventualmente richiesti dalle Aziende nell'Ordinativo di Fornitura e scelte tra quelle indicate di seguito.

Le Ambulanze modello base e i dispositivi opzionali in ogni caso devono essere nuovi di fabbrica costruiti utilizzando parti nuove, devono essere di ultima generazione e devono rispondere alle caratteristiche di seguito descritte.

Il presente documento è suddiviso nelle seguenti sezioni nelle quali vengono descritte le caratteristiche specifiche delle ambulanze modello base e dei relativi dispositivi opzionali:

- Meccanica del mezzo
- Carrozzeria del veicolo
- Vano guida
- Vano sanitario
- Dispositivi di segnalazione
- Impiantistica elettrica
- Gas medicali
- Dispositivi di comunicazione
- Segni distintivi e colorazioni
- Ambulanze a trazione integrale
- Punti di assistenza
- Garanzia
- Manutenzione ordinaria
- Consegna e introduzione all'uso
- Immatricolazione
- Verbale preliminare di fornitura

- Collaudo
- Tempi di consegna

### **MECCANICA DEL MEZZO**

- a. Dimensioni massime di un veicolo M1 conformi alla 92/21/CEE modificata
  - i. Passo massimo 3600 mm
  - ii. Lunghezza massima 5650 mm
- b. Accelerazione da 0 a 80 km/h in 35 secondi
- c. Cilindrata minimo 2400 cc diesel TD
- d. Potenza del motore minimo 100 KW
- e. ABS
- f. Controllo stabilità (sistema elettronico ripartizione della frenata - ESP e controllo della trazione - ASR)
- g. Cambio manuale minimo 5 marce + retromarcia
- h. Sistema per la sicurezza passiva : airbag lato guidatore e airbag lato passeggero
- i. Altro:
  - i. Trazione anteriore
  - ii. Peso complessivo a pieno carico (tara e portata) non superare i 35 quintali
  - iii. Sospensioni ed ammortizzatori adeguati ad un trasporto confortevole ed alla capacità di carico, devono essere adatte all'uso del veicolo quale ambulanza, con ammortizzatori a doppio effetto
  - iv. Fari fendinebbia
  - v. Servosterzo
  - vi. Retrovisori elettrici con sbrinamento e regolabili
  - vii. Chiusura centralizzata vano guida e vano sanitario con comando unico
  - viii. Sensori di parcheggio, avvisatore acustico di inserimento retromarcia non superiore a 85 dB (a due metri) da montare all'esterno del veicolo
  - ix. Predisposizione autoradio
  - x. Alza cristalli elettrici nel vano guida
  - xi. Tasche portaoggetti in entrambe le portiere
  - xii. Ruota di scorta
  - xiii. Conforme alla normativa ecologica EURO 4

*Fermo restando le caratteristiche minime sopra descritte cui il modello base deve rispondere, le Amministrazioni potranno richiedere, al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, una o più dei seguenti dispositivi opzionali, corrispondendo al Fornitore il relativo prezzo dichiarato in sede di presentazione delle offerte:*

- Telecamera per la visione posteriore
- Autoradio lettore CD
- Treno di gomme termiche comprese dei cerchi
- Catene da neve
- Preriscaldatore motore a funzionamento elettrico e dotato di regolatore
- Antifurto attivabile anche con il motore acceso. *La ditta concorrente dovrà specificare, mediante idoneo documento (anche della casa madre del veicolo) la permanenza della garanzia del veicolo a fronte dell'installazione di tale dispositivo*

### **CARROZZERIA DEL VEICOLO**

- a. Sicurezza contro gli incendi: materiali interni dovranno presentare una velocità di combustione inferiore a 100mm/minuto
- b. Capacità minima di carico 5 persone (escluso il conducente ed incluse le barelle)
- c. Paratia divisoria inamovibile con uno o due finestrini tali da permettere il contatto visivo diretto con il conducente. Il/i finestrino/i dovrà/dovranno essere assicurato/i in modo da evitare l'apertura accidentale; il/i finestrino/i dovrà/dovranno essere provvisto/i di una tendina regolabile. *In sede di*

*offerta tecnica la Ditta concorrente dovrà specificare il numero di finestrini presenti sulla paratia divisoria, l'ampiezza dello/gli stesso/i e, in caso di due finestrini, la distanza tra i due*

- d. Un segnale acustico e/o luminoso dovrà avvertire il conducente nel caso le porte del vano guida e del vano sanitario non siano completamente chiuse quando il veicolo è in movimento
- e. Aperture del vano sanitario:
  - i. Tutte le porte (almeno due) dovranno essere provviste di apposite guarnizioni per impedire l'entrata d'acqua dall'esterno
  - ii. Apertura laterale scorrevole di dimensioni non inferiori a mm 1000 di larghezza e mm 1400 di altezza
  - iii. Apertura posteriore a due battenti a tutt'altezza e larghezza massime possibili in relazione alla struttura del veicolo, comunque, non inferiore a 1200 mm e con incavi per l'alloggiamento di presidi per immobilizzazione ad esclusione delle barelle e della sedia portantine
  - iv. Ciascuna delle porte esterne dovrà essere dotata di un sistema di sicurezza che consenta di:
    - bloccare/sbloccare la porta dall'interno senza l'utilizzo della chiave,
    - bloccare/sbloccare la porta dall'esterno con l'utilizzo della chiave,
    - sbloccare la porta dall'esterno utilizzando una chiave anche quando la porta è bloccata dall'interno.
  - v. Le porte dovranno essere dotate di un dispositivo ad azione positiva per la trattenuta in posizione aperta
- f. Almeno due finestrini schermati nel comparto sanitario posti su parti diverse
- g. Opacizzazione vetratura
- h. Pedane:
  - i. pedana posteriore lunga quanto i battenti compatibile con le barelle di cui successivamente
  - ii. pedana laterale elettrica ad attivazione automatica comandata dall'apertura /chiusura della porta laterale, con segnalazione ottica di pedana fuori e dotato di illuminazione sottostante; l'automatismo deve poter essere escluso da apposito comando posto nel vano guida
  - iii. tutte le pedane devono essere dotate di rivestimento in alluminio o acciaio INOX antiscivolo

*Le Aziende Sanitarie potranno richiedere, al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, corrispondendo al Fornitore il relativo prezzo dichiarato in sede di presentazione delle offerte:*

- in alternativa alla paratia divisoria tra vano guida e vano sanitario sopra descritta, una paratia dotata di una porta scorrevole a perfetta tenuta che permetta il passaggio degli operatori tra vano guida e vano sanitario;
- fornitura e installazione di tendine parasole in corrispondenza delle finestre del vano sanitario.

## **VANO GUIDA**

1. Climatizzatore manuale
2. Consolle di comando con segnalatori acustici e luminosi collocata in posizione ottimale tale da non ridurre la visibilità dell'autista con tasti smussati
3. n° 2 sedili singoli con sedile guidatore regolabile rispondenti alle norme in vigore per l'omologazione dei veicoli della categoria M1
4. Vano porta oggetti anche ricavato tra i due sedili
5. Vano porta documenti con chiusura a chiave
6. Luci:
  - a. luce supplementare di lettura lato passeggero di adeguata potenza
  - b. faro di ricerca, orientabile, azionabile dall'interno con regolazione elettronica posizionato anteriormente e comandabile dal posto guida e passeggero tramite joystick o similari con potenza e raggio adeguato
  - c. lampada portatile antideflagrante, grado di protezione minimo IP66, ad almeno due regolazioni di intensità luminosa, dotata di batterie ricaricabili, alimentata in ricarica con qualsiasi condizione del mezzo e con relativo alloggiamento
7. Applicazione 2 ganci portabiti e/o porta elmetti
8. Estintore a polvere da minimo 4 Kg

9. Kit attrezzi contenente almeno tronca-bulloni (USAG 196 o equivalente circa cm 90); leva da disarmo per carpentieri (USAG 346 o equivalente)

10. Dispencer porta-guanti idoneo per contenere 3 confezioni di guanti

*In riferimento al kit attrezzi e al dispencer porta guanti è facoltà delle Ditte concorrenti individuare l'alloggiamento più idoneo o nel vano guida o nel vano sanitario.*

*Le Aziende Sanitarie potranno richiedere, al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, corrispondendo, al Fornitore il relativo prezzo dichiarato in sede di presentazione delle offerte:*

- un interfono tra cabina guida e vano sanitario, realizzato con sistema a viva voce escludibile.

## **VANO SANITARIO**

- a. Tutte le cose, (dispositivi medici, oggetti comunemente trasportati a bordo di un'autoambulanza, ecc.), dovranno essere ritenuti, installati o stivati a fine di prevenire che si trasformino in proiettili se sottoposti ad accelerazione/decelerazioni di 10 g orientate in avanti, all'indietro, verticalmente o trasversalmente pertanto le *Ditte concorrenti dovranno prevedere un sistema di ritenuta e di fissaggio delle apparecchiature e descrivere tale sistema nell'offerta tecnica*
- b. Il comparto sanitario (pareti, soffitto, portiere) deve essere rivestito in materiale idoneo, rinforzato, insonorizzato, ignifugo o autoestinguente ed avere caratteristiche tali da non essere intaccato se sottoposto a disinfezione e facilmente lavabile *La Ditta concorrente deve descrivere nell'offerta tecnica il materiale utilizzato e le relative caratteristiche tecniche*
- c. Le pedane e le zone di accesso interni devono essere dotate di rivestimento in alluminio o acciaio INOX antiscivolo
- d. I bordi e gli spigoli delle superfici del rivestimento e degli arredi interni che potrebbero entrare in contatto con parti del corpo degli occupanti dovranno avere un raggio di curvatura non inferiore a 2.5 mm (sono esclusi i dispositivi di trattenuta delle attrezzature mediche)
- e. L'altezza utile del vano sanitario, compresi gli arredi deve essere la maggiore possibile e comunque non inferiore a 180 cm nella fascia centrale<sup>1</sup> di lavoro degli operatori sanitari;
- f. Tutti i pannelli che compongono il rivestimento interno devono essere sigillati tra loro e con il pavimento in modo da impedire infiltrazione di liquidi
- g. I rivestimenti interni devono essere realizzati in materiale ignifugo o autoestinguente
- h. Le pareti interne devono inoltre essere altamente resistenti agli urti e consentire eventuali fissaggi in sicurezza di supporti e attrezzature
- i. Il pavimento deve essere realizzato in materiale facilmente pulibile, disinfettabile, realizzato a vasca ed essere con struttura stagna antinfiltrazione. *La Ditta concorrente deve descrivere nell'offerta tecnica il materiale utilizzato e le relative caratteristiche tecniche*
- j. Gli equipaggiamenti forniti di serie per la manutenzione del veicolo non dovranno essere accessibili dal comparto sanitario. *La Ditta concorrente deve descrivere nell'offerta tecnica l'alloggiamento degli equipaggiamenti e della ruota di scorta.*

### **Dimensioni minime**

- a. Lunghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 2,40 m
- b. Larghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 1,60 m
- c. Altezza (in una fascia centrale ampia almeno 0,90 m lunga almeno 2 m e di superficie non inferiore a 2,4 m<sup>2</sup>): 1,80 m
- d. Il piano superiore della barella principale (escluso il materassino) deve trovarsi ad un'altezza di lavoro compresa tra 400 mm e 1200 mm

### **Sedili destinati ai pazienti e agli assistenti**

- a. sedile posto in testata barella e in linea con la stessa, contromarcia, con seduta a ribalta e poggiatesta omologato
- b. due sedili fronte marcia lato posteriore destro, con seduta a ribalta e schienale abbattibile dotati di poggiatesta omologati

---

<sup>1</sup> Definizione fascia centrale come da DM 553/87

- c. tutti i posti dovranno essere dotati di cinture di sicurezza conformi alla normativa vigente
- d. i sedili devono avere le seguenti dimensioni minime: larghezza di 450mm, profondità 330 mm (profondità 400 mm il sedile singolo ad uso del paziente), spessore del rivestimento di 50 mm, altezza sopra la seduta di 920 mm

Impianto di ventilazione in grado di fornire almeno 20 ricambi d'aria l'ora, quando il veicolo è fermo dotato di motore elettrico, con velocità variabile sia in aspirazione che in ventilazione e montato nel sottotetto.

Sistema di controllo della temperatura

- a. Impianto di climatizzazione (areazione, riscaldamento) del vano sanitario regolabile e comandabile sia dal vano sanitario che dal vano guida, dotato di display per l'impostazione e il controllo della temperatura nel vano sanitario
- b. Le bocchette di climatizzazione del comparto sanitario devono essere posizionate in modo da evitare che i flussi di aria siano diretti verso il personale sanitario e il paziente
- c. Impianto di riscaldamento indipendente da quello del vano guida

*Le Aziende Sanitarie potranno richiedere, al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, corrispondendo, al Fornitore il relativo prezzo dichiarato in sede di presentazione delle offerte:*

- una stufetta elettrica termostata alimentata dall'esterno (massimo 750 W) per il riscaldamento del vano sanitario durante le soste del mezzo al fine di garantire una temperatura idonea al momento della partenza.

illuminazione interna

- a. Illuminazione comparto sanitario suddivisa in almeno due circuiti
- b. Temperatura di colore della luce preferibilmente compresa tra 3800 e 4300 °K
- c. Illuminazione minima sul piano orizzontale della barella almeno 300 lux, con dispositivo di riduzione a 150 lux
- d. Illuminazione sul piano orizzontale dell'area circostante la barella almeno 50 lux
- e. Luce notturna
- f. Luce supplementare per l'area di cura, misurata nelle condizioni peggiori, di almeno 1650 lux
- g. Illuminazione interna del vano con interruttori indipendenti e comandabili sia dal vano guida che dal vano sanitario

Livello di rumorosità interna

- a. La lamiera esterna del veicolo ed i rivestimenti interni devono essere separati da uno strato di isolamento con caratteristiche termo e fono assorbente in modo da garantire internamente un livello di rumore compatibile con lo svolgimento delle attività sanitarie. *La Ditta concorrente deve dichiarare in sede di presentazione delle offerte tecniche la certificazione di rumorosità sul veicolo*

Sistema di fissaggio per fleboclisi

- a. 2 portaflebo fissate verticalmente, in modo tale da utilizzare l'altezza massima disponibile al di sopra del gruppo porta-barella (portata minima della struttura di sostegno 5 Kg)
- b. 2 ganci di sicurezza per il sostegno delle sacche

*Le Aziende Sanitarie potranno richiedere, al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, corrispondendo, al Fornitore il relativo prezzo dichiarato in sede di presentazione delle offerte:*

- ulteriori portaflebo;
- ulteriori ganci per il sostegno delle sacche.

Carrozzeria

- a. Corrimano e maniglie posizionate nel vano sanitario in corrispondenza dei posti di seduta, degli ingressi e del tetto in modo da assicurare la stabilità degli operatori durante momenti d'accelerazione o decelerazione nonché la salita e la discesa dal mezzo
- b. Piano porta barella autocaricante di tipo traslabile dotata di opportuni ganci certificati 10g e fermo barella di facile utilizzo

Altro

- a. Porta monitor-defibrillatore, situato nel vano sanitario e posizionato in modo che sia di facile raggiungimento e utilizzo ed uso da parte del personale di bordo con sistema di ritenuta o bloccaggio per l'apparecchiatura; I porta monitor-defibrillatori dovranno essere compatibili con quelli in uso presso le Aziende Sanitarie richiedenti e che verranno comunicate al Fornitore in sede di sottoscrizione del verbale preliminare di fornitura
- b. Alloggiamento in sicurezza di:
  - i. ventilatore polmonare,
  - ii. aspiratore medico chirurgico trasportabile,
  - iii. pompa di infusione a siringa
- c. Ove presente sul mercato il fornitore dovrà fornire per i dispositivi elencati opportuni sistemi di fissaggio certificati 10 g
- d. Barella principale compatibile con le barelle in uso presso l'Azienda Sanitaria richiedente. *Si precisa che l'offerta economica e l'offerta tecnica presentate dalla Ditta concorrente dovranno tenere conto della fornitura di barelle FERNO 26S o equivalente, piano porta barella traslabile e relativi sistemi di fissaggio certificati 10g*
- e. Barella a cucchiaio compatibile con le barelle in uso presso l'Azienda Sanitaria richiedente. *Si precisa che l'offerta economica e l'offerta tecnica presentate dalla Ditta concorrente dovranno tenere conto della fornitura di barelle FERNO 65 EXL o equivalente, e relative cinghie*
- f. Tavola spinale con cinghie compatibile con quelle in uso presso l'Azienda Sanitaria richiedente. *Si precisa che l'offerta economica e l'offerta tecnica presentate dalla Ditta concorrente dovranno tenere conto della fornitura di tavole spinali FERNO 2001 o equivalente*
- g. Uno scompartimento riscaldato termostato con chiusura, di adeguata potenza idoneo alla conservazione di sacche di liquidi per infusione a temperatura costante di 36-37°C (capienza circa 5 litri) certificato come Dispositivo Medico (DlG 46/97)
- h. Estintore a polvere da minimo 4 Kg

*Le Aziende Sanitarie potranno richiedere, al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, corrispondendo, al Fornitore il relativo prezzo dichiarato in sede di presentazione delle offerte:*

- la predisposizione per l'ancoraggio di una termoculla compatibile con quelle in uso presso le Aziende Sanitarie richiedenti e che verranno comunicate al Fornitore in sede di sottoscrizione del verbale preliminare di fornitura;
- l'alloggiamento e la fornitura di una sedia portantina facilmente accessibile. *Si precisa che l'offerta economica e l'offerta tecnica presentate dalla Ditta concorrente dovranno tenere conto della fornitura di sedie portantine tipo EVAC CHAIR o equivalente;*
- la predisposizione di una barella secondaria da utilizzare in casi di estrema urgenza da alloggiare al fianco della barella principale;
- in alternativa allo scompartimento riscaldato (punto g), la predisposizione di un impianto elettrico e relativo fissaggio per scaldaliquidi;
- frigorifero porta farmaci portatile da 2 litri con sistema di controllo della temperatura.

*Le Ditte concorrenti dovranno descrivere in sede di presentazione dell'offerta tecnica, la soluzione per l'alloggiamento della barella secondaria.*

*Le Ditte concorrenti dovranno quotare in sede di presentazione dell'offerta economica il costo di barelle (fornitura/ predisposizione/ sistemi di fissaggio /cinghie ecc.) di marca e modello diverso da quello sopra specificato, scelte tra le più comuni presenti sul mercato.*

Vani contenitivi atti a contenere almeno il materiale sanitario, biancheria di ricambio, materiale ingombrante specifico per immobilizzazione ecc. dotati di sportello trasparente per la verifica a vista del materiale.

- a. In particolare l'allestimento di base dovrà prevedere almeno:
  - un vano porta biancheria sopra la cabina guida
  - un vano porta rifiuti
  - 3 pensili con la massima dimensione possibile

- alloggiamenti atti a contenere almeno uno zaino, un materassino a depressione, un ked, le steccobende, una spinale pediatrica, un estrinsecatore
- 1 cassettera con almeno 3 cassette

*La Ditta concorrente dovrà descrivere, in sede di presentazione delle offerte, le soluzioni che intende adottare per l'allestimento dell'ambulanza, anche in considerazione dell'alloggiamento delle bombole per l'ossigeno, in termini di numero di vani ulteriori a quelli sopra indicati, destinazione d'uso e capienza compresi nel modello base dell'ambulanza quotato in sede di presentazione dell'offerta economica.*

*Ciascuna Azienda Sanitaria ha la facoltà di richiedere al fornitore ulteriori mobili/vani, anche di dimensioni diverse da quelle offerte dal fornitore nel modello base necessari per l'allestimento dell'ambulanza. In relazione a tali ulteriori mobili/vani la Ditta concorrente dovrà presentare il relativo listino prezzi aggiuntivo.*

## **DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE**

Sistema di segnalazione acustica e luminosa, di assistenza al passaggio in emergenza:

Segnalazione acustica

- a. una sirena bitonale standard omologazione italiana elettronica ad alta potenza sonora, con altoparlante posizionato nella parte anteriore del mezzo tra i girofari anteriori. La sirena deve essere esterna, protetta o posizionata in modo tale che non comporti elemento di disturbo nel vano guida
- b. una ulteriore sirena bitonale standard omologazione italiana elettronica utilizzabile in caso di guasto della sirena sopra descritta

Segnalazione luminosa

- a. 4 lampeggianti a luce blu a cupola cilindrica/goccia ai quattro angoli del tetto
- b. 2 lampeggiatori blu supplementari ad effetto stroboscopico montati anteriormente
- c. almeno due luci gialle stroboscopiche posteriori supplementari di emergenza sincronizzate con l'apertura delle porte posteriori con la possibilità di disattivazione dal vano guida o dal vano sanitario
- d. faro fisso a luce bianca per illuminazione parte posteriore con accensione automatica all'apertura porte con la possibilità di disattivazione. attivazione/disattivazione in prossimità delle porte posteriori
- e. plancetta unica di comandi facilmente accessibile all'autista, possibilmente dotata di pulsante unico per attivazione contemporanea di tutti i dispositivi di segnalazione
- f. 4 faretti luce bianca, due per ogni lato per visibilità del veicolo fermo, adatti ad illuminare la zona laterale circostante

## **IMPIANTISTICA ELETTRICA**

- a. Conformità alla IEC 60364-7-708 che sono applicabili alle ambulanze
- b. Il sistema elettrico, i componenti i sotto insiemi e tutti gli equipaggiamenti permanentemente installati sul veicolo devono essere omologati

Compatibilità elettromagnetica:

- a. Ogni dispositivo deve essere conforme ai regolamenti per EMC adesso applicabili

Batterie e alternatore:

- a. Batteria d'avviamento adeguatamente dimensionata minimo 12 V da almeno 100 Ah
- b. Batteria ausiliaria ad alta stabilità ciclica e di tipo sigillato, a 12 V da almeno 100 Ah non alloggiata nel vano sanitario
- c. Le batterie dovranno essere o tipo "senza manutenzione" o posizionate in modo da consentire la manutenzione senza smontare la batteria stessa dal relativo dispositivo di fissaggio e la struttura e le connessioni dovranno essere tali da prevenire ogni possibilità di corto circuito accidentale
- d. Alternatore maggiorato minimo 120Ah ed adeguato alle batterie

Impianto elettrico

- a. Impianto in corrente continua a 12 V
  - i. Impianto a 12 V opportunamente canalizzato con cavi autoestinguenti atossici di adeguata sezione ed adeguati al carico

- ii. 4 prese di corrente continua a 12 volt devono essere in posizione accessibile, con connettore bipolare del tipo UNI EN ISO 4165:2003, suddivise almeno su 2 circuiti
- b. Sulla parete sinistra del mezzo deve essere posizionata una spina 220 V con connettore maschio tipo CEE da 16 A in posizione protetta con blocca avviamento motore se inserito il cavo con la presa femmina
- c. Inverter a onda sinusoidale 12 V cc / 220 V ca ad auto-esclusione automatica, potenza massima erogabile almeno di 1.000 watt, idoneo ad alimentare anche apparecchi elettromedicali e incubatrice neonatale con veicolo in movimento
- d. Impianto in corrente alternata a 220 V collegato all'inverter dotato di apposite protezioni contro sovraccarichi o dispersioni completo di 5 prese universali a 220 V (a ricettività multipla standard italiano-tedesco, alveoli schermati (10 A e schuko, tipo UNEL P11 – P30) compatibili con standard shuko e pettine più una presa schuko 16 A per incubatrice da trasporto
- e. Tutti i circuiti del sistema elettrico addizionale dovranno esser dotati di protezione contro il sovraccarico
- f. In caso di presenza di circuiti a diverso voltaggio, le connessioni non dovranno essere intercambiabili
- g. Carica batteria stabilizzatore in grado di tenere in carica la batteria del veicolo in sosta minimo 16 A collegato alla presa 220 V esterna

## **GAS MEDICALI**

1. Certificazione degli impianti ossigeno e altri gas medicali secondo il D.Lgs. 46/97
2. Impianto del vuoto con portata nominale di 5 mc/h con pompa a secco con sistema di regolazione della depressione e vuotometro adeguatamente insonorizzato e posizionato in modo tale da non essere di disturbo per personale sanitario
3. Impianto di ossigeno con 2 bombole da 7 litri con sistema dotato di valvola di apertura/chiusura impianto e scambio tra bombola vuota e bombola di riserva. Prese dei gas blocco base conformi a UNI 737-1 e UNI 9507, completamento di tipo UNI o AFNOR da definire in fase di ordine da parte dell'Azienda Sanitaria. La dotazione iniziale prevede
  - a. 2 prese ossigeno ad innesto rapido
  - b. 1 presa del vuoto
4. I riduttori di pressione devono essere tali da poter essere installati/disinstallati senza utensile
5. Spazio per alloggiamento di 2 flussimetri ossigeno

*Le Aziende Sanitarie potranno richiedere, al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, corrispondendo, al Fornitore il relativo prezzo dichiarato in sede di presentazione delle offerte:*

- prese aggiuntive rispetto al quantitativo iniziale sopra indicato. In tal caso la disposizione delle prese dei gas medicali deve essere realizzata a gruppi in modo che siano presenti, per ogni zona di distribuzione: ossigeno e vuoto contemporaneamente e vicine tra loro;
- un impianto di aria medica prodotto da specifico compressore installato a bordo dell'ambulanza con almeno una presa di aria compressa.

*Le Ditte concorrenti dovranno descrivere la soluzione proposta per l'alloggiamento delle bombole in sede di presentazione delle offerte.*

## **DISPOSITIVI DI COMUNICAZIONE**

Predisposizione di un impianto per 2 apparati ricetrasmittenti e relativi alloggiamenti (Rete VHF 118 e rete digitale R3.) ognuno di essi costituito come sotto descritto.

- a. Antenna VHF o UHF  $\frac{1}{4}$  lambda, o in alternativa, a richiesta della Azienda Sanitaria in fase d'ordine, antenna  $\frac{5}{8}$  lambda, con adeguata piastra metallica all'interno con riferimento di massa
- b. Cavo coassiale dalla basetta dell'antenna fino all'alloggiamento radio, installato a regola d'arte senza schiacciamenti o curve a raggio ridotto
- c. Alimentazione elettrica con circuito alimentato direttamente da batteria, protetto e indipendente per ciascuna predisposizione radio

## SEGNI DISTINTIVI E COLORAZIONI

Tutti gli interventi dovranno essere conformi agli standard grafici del progetto “immagine visiva coordinata del Servizio Regionale 118” di cui alla delibera 1483/e del 19/12/91 e successive modifiche. Il materiale riflettente arancione dovrà essere del tipo ad alta rifrangenza. Inoltre si precisa che

- il colore base del veicolo dovrà essere il bianco
- devono essere presenti gli adesivi identificativi del mezzo necessari per il superamento del Collaudo della Motorizzazione Civile, come da indicazioni della Normativa Regionale Regione Emilia Romagna

*Le Aziende Sanitarie potranno richiedere, al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, corrispondendo, al Fornitore il relativo prezzo dichiarato in sede di presentazione delle offerte:*

- l'installazione del numero identificativo del mezzo posta sul tetto per l'identificazione da parte dell'elisoccorso.

Si precisa che i dispositivi opzionali e il servizio Opzionale di manutenzione non potranno essere richiesti singolarmente dalle Amministrazioni ma solo unitamente all'ambulanza base e specificati nel medesimo Ordinativo di Fornitura; non sarà quindi possibile ordinare dispositivi opzioni successivamente al suddetto Ordinativo di Fornitura.

## AMBULANZA A TRAZIONE INTEGRALE

Le Ditte concorrenti dovranno offrire, in aggiunta alle ambulanze sopra descritte, anche ambulanze a trazione integrale, rispondenti a quanto previsto nel presente documento fatte salve le caratteristiche strettamente collegate alla trazione integrale e non coincidenti con la trazione anteriore. **Il veicolo dovrà comunque consentire l'autocaricamento della barella.** Per questa opzione è prevista la possibilità di offrire un modello di veicolo diverso da quello offerto con la trazione anteriore, purchè rispondente alle caratteristiche del presente Capitolato Tecnico.

Il Fornitore, pertanto, dovrà dichiarare in sede di presentazione dell'offerta tecnica le caratteristiche tecniche delle ambulanze a trazione integrale (compresa l'indicazione della marca e del modello).

## PUNTI DI ASSISTENZA

Il Fornitore è tenuto a garantire, per tutto il periodo di vigenza della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, la presenza sul territorio della Regione Emilia Romagna di una rete di **punti assistenza** cui è deputata l'esecuzione degli interventi di manutenzione.

In particolare il Fornitore dovrà garantire la presenza di:

- almeno un punto di assistenza per ogni provincia (officina/carrozzeria) in grado di effettuare riparazioni e manutenzioni meccaniche ed elettriche sui veicoli;
- almeno tre punto di assistenza per l'allestimento in grado di effettuare riparazioni e manutenzione ordinaria/straordinaria delle ambulanze e degli allestimenti (almeno 1 sul territorio delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena; almeno 1 sul territorio delle province di Bologna, Ferrara; almeno 1 sul territorio delle province di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini)

Qualora le Ditte concorrenti non possiedano la rete di assistenza minima sopra descritta, dovranno impegnarsi a costituire detti Punti di Assistenza **entro 30 giorni** dalla comunicazione di aggiudicazione.

Tali Punti dovranno assicurare il ritiro delle ambulanze non marcianti al domicilio dell'Amministrazione durante tutto il periodo di durata della garanzia, con costi di trasporto a carico del Fornitore.

I Punti di assistenza dovranno essere attivi tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica ed i festivi. In tali periodi dovrà essere garantita la presa in carico e la riconsegna delle ambulanze per tutti gli interventi previsti dal presente Capitolato e da tutta la documentazione di gara.

Qualora, nel corso della vigenza della Convenzione o degli Ordinativi di Fornitura, dovesse diminuire il numero dei punti dichiarati in sede di offerta e comunque rispondenti al presente capitolato, il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, dovrà impegnarsi a ripristinarne il numero.

Resta inteso che qualora fossero accertati disservizi dovuti ai punti di assistenza l'Agenzia provvederà a chiederne la sostituzione.

## **GARANZIA**

Tutte le ambulanze dovranno essere coperte da garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.) e in ogni altro caso previsto dalla legge.

Tale garanzia dovrà coprire le ambulanze, i relativi allestimenti e i dispositivi opzionali previsti nel presente Capitolato per un periodo non inferiore a **24 (ventiquattro) mesi**, decorrenti dalla data di accettazione del prodotto, senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo. Il Fornitore è tenuto ad assicurare la risoluzione dei malfunzionamenti ed il ripristino della funzionalità del bene, entro **2 (due) giorni lavorativi** dalla richiesta di intervento.

Resta inteso che qualsiasi intervento ad opera del Fornitore non può, in alcun modo, pregiudicare le forme di garanzia previste dalla Ditta costruttrice del veicolo di base.

In caso di richiamo ufficiale del mezzo da parte del costruttore, il Fornitore deve darne immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e all'Agenzia Intercent-ER.

*In sede di presentazione dell'offerta tecnica la Ditta concorrente potrà offrire l'estensione della garanzia per ulteriori 12 mesi in aggiunta ai 24 minimi sopra previsti.*

## **MANUTENZIONE ORDINARIA**

Le Aziende Sanitarie, potranno richiedere al Fornitore, corrispondendo il relativo canone annuo, il servizio di manutenzione ordinaria per un periodo **di 3 anni e comunque massimo 150.000 km**. Tale servizio comprende lo svolgimento di controlli periodici e programmati sulle ambulanze, inclusi pneumatici, carrozzeria e allestimenti, indicati dal costruttore sui libretti d'uso e manutenzione (c.d. tagliandi), nonché di tutte le verifiche e ispezioni consigliate dalle norme tecniche e dalla diligenza, in rapporto alla percorrenza chilometrica e all'età del veicolo, al grado di utilizzo. Il servizio comprende gli interventi di riparazione di parti o componenti soggetti ad usura ed alla sostituzione di materiali di consumo (olio, rabbocco di fluidi, pastiglie, freni, revisione periodica, in accordo con le disposizioni ministeriali, controllo periodico delle emissioni inquinanti cd. bollino blu) e tutto quanto il fornitore indicherà nell'offerta tecnica necessari per mantenere in efficienza e sicurezza delle Ambulanze.

Risultano, comunque, non coperte dal servizio in oggetto gli interventi di manutenzione (riparazioni/sostituzioni) dovuti a: negligenza o non corretto uso del veicolo secondo le prescrizioni del Fornitore; mancanza di manutenzione ed abituali controlli e comunque per mancato rispetto della tempistica prescritta per la manutenzione (salvo tolleranze comunemente ammesse); riparazioni effettuate non in accordo con l'operatività prescritta dai manuali di officina; avarie conseguenti a malfunzionamenti degli strumenti indicatori non tempestivamente segnalate; danneggiamenti derivanti da modifiche non autorizzate; atti di vandalismo; riparazioni per il ripristino del veicolo in seguito a qualsiasi tipo di incidente (stradale e non).

Gli interventi di manutenzione ordinaria (manutenzione programmata come previsto dal libretto d'uso del veicolo) saranno eseguiti, presso i **Punti di Assistenza**, entro e non oltre **1 (uno) giorno lavorativo**, a decorrere dalla data di presa in carico del veicolo pena l'applicazione delle penali. Si intende che le Amministrazioni si impegnano a concordare la data di esecuzione di tali interventi con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore lavorative.

Nel caso di riparazioni particolarmente onerose, i tempi di intervento possono essere specificatamente concordati con le Amministrazioni.

L'Azienda all'atto della consegna del veicolo presso il Punto di Assistenza, provvederà a compilare e sottoscrivere l'elenco dei lavori richiesti. Ciò non esime comunque il Fornitore dal verificarne l'intera funzionalità e riparare eventuali anomalie di cui l'Amministrazione non è al corrente.

Tutti i materiali utilizzati nelle manutenzioni e sostituzioni dei componenti dovranno essere nuovi ed originali, provenienti dalla casa costruttrice ovvero da case produttrici riconosciute come fornitrici di componenti originali dalla casa costruttrice. L'Amministrazione potrà richiedere in qualsiasi momento al Fornitore di fornire la documentazione relativa alla provenienza di tali materiali.

La consegna delle ambulanze, perfettamente disinfettate, presso i Punti di Assistenza del Fornitore si intende a carico dell'Amministrazione. All'atto della presa in carico delle Ambulanze da parte dei Punti di Assistenza dovrà essere compilato un "documento di entrata" da cui risulti la data di accettazione. All'atto della riconsegna del veicolo dovrà essere compilato un "documento di uscita" dal quale risulti: il tempo di intervento, le ore lavorative impegnate, i materiali utilizzati e la data di ultimazione dei lavori eseguiti.

### **CONSEGNA ED INTRODUZIONE ALL'USO**

Il servizio di consegna delle ambulanze e dei dispositivi opzionali si intende comprensivo di ogni onere relativo a trasporto, eventuale imballaggio e asportazione dello stesso e sessione introduttiva all'utilizzo del mezzo e delle attrezzature della durata di una giornata per gli operatori delle Aziende Sanitarie richiedenti. Nell'ambito di tale sessione introduttiva, da svolgersi entro 5 giorni dalla consegna del mezzo, dovranno essere illustrate le corrette procedure per l'utilizzo del veicolo, delle attrezzature e dei dispositivi consegnati, ivi comprese le procedure ed i termini di assistenza.

A richiesta della Azienda Sanitarie, dovrà essere prevista un'attività di formazione specifica per i tecnici dell'Azienda sanitaria stessa, entro 30 giorni dalla consegna, atta ad abilitarli ad effettuare il primo intervento di manutenzione correttiva sugli impianti che servono il vano sanitario (elettrico e gas medicali) e ad effettuare la manutenzione preventiva secondo le indicazioni del produttore.

Ai tecnici dell'Azienda verrà rilasciata apposita certificazione entro 15 giorni dall'avvenuta attività di formazione, che attesti l'abilitazione ad effettuare operazioni di manutenzione sul veicolo secondo quanto stabilito nel corso di formazione, senza che decada la garanzia.

Dovranno comunque essere forniti tutti i documenti tecnici necessari (manuali di utilizzo, manuali di service, schemi elettrici, layout distributivi, ecc.) relativi a impianti e sottosistemi costituenti l'impianto atti a consentire l'effettuazione di un primo intervento tecnico di manutenzione.

I veicoli dovranno essere consegnati a cura e spese del Fornitore nei luoghi indicati nei singoli Ordinativi di Fornitura.

### **IMMATRICOLAZIONE**

I termini di decorrenza della garanzia decorreranno dalla data di immatricolazione del veicolo, che non dovrà essere antecedente a 15 (quindici) giorni rispetto alla data di consegna dell'ambulanza presso l'Azienda Sanitaria.

### **VERBALE PRELIMINARE DI FORNITURA**

Le Amministrazioni intenzionate ad utilizzare la Convenzione Ambulanze contattano il Fornitore al fine di fissare un incontro per definire le caratteristiche specifiche del/i mezzo/i richiesto/i nell'ambito della flessibilità definita nel presente documento (dispositivi opzionali).

Il Fornitore si obbliga a fissare un incontro, entro sette giorni dalla richiesta, presso la sede dell'Azienda Sanitaria richiedente, al fine di redigere e sottoscrivere con l'Azienda stessa un verbale contenente almeno il numero di ambulanze richieste, l'allestimento richiesto nell'ambito dei dispositivi opzionali indicati nel presente documento, i tempi di consegna, comunque conformi alla documentazione di gara e le eventuali opzioni offerte dal fornitore in sede di presentazione degli elaborati tecnici.

In seguito alla sottoscrizione dei verbali le Aziende Sanitarie emetteranno l'Ordinativo di Fornitura nelle modalità previste nel Disciplinare di gara.

### **COLLAUDO**

Entro 5 giorni dalla consegna delle Ambulanze, le Aziende Sanitarie effettueranno, in presenza del personale del Fornitore, il collaudo di accettazione che consiste in:

- collaudo documentale consistente nella verifica di tutta la documentazione a corredo della fornitura, ivi compresi i certificati di marcatura CE per i dispositivi soggetti al DlG 46/97 e successive modifiche/integrazioni; per documentazione si intende anche, con riferimento al vano sanitario, tutti i manuali d'uso in lingua italiana e i manuali tecnici di servizio degli impianti e dei loro componenti, comprensivi di schemi elettrici, circuitali e/o meccanici, della descrizione delle modalità di ricerca

guasto e taratura ed in genere di tutto quanto è necessario ad effettuare qualsiasi operazione di manutenzione.

- collaudo funzionale consistente nella verifica del funzionamento del mezzo ed in particolare degli impianti a servizio del vano sanitario, nonché la corrispondenza dei dati tecnici relativi agli stessi dichiarati in sede di offerta;
- sottoscrizione del verbale di collaudo.

In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione della Fornitura”; nel caso in cui la consegna della fornitura dovesse avvenire frazionatamente, il verbale relativo a ciascuna consegna frazionata varrà quale “Data di Accettazione della Fornitura” limitatamente alle Ambulanze ed Opzioni in relazione alle quali viene redatto.

In caso di esito negativo del collaudo il Fornitore si impegna a sostituire le Ambulanze che non hanno superato il collaudo entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale.

### **TEMPI DI CONSEGNA**

La Ditta si impegna a consegnare le ambulanze e i relativi dispositivi opzionali richiesti di volta in volta dalla Aziende Sanitarie, entro 120 giorni dall’emissione dell’Ordinativo di Fornitura. Resta inteso che le Ditte concorrenti si impegnano a consegnare non meno di 6 Ambulanze al mese.

Decorsi non meno di 70 giorni dall’invio dell’Ordinativo di Fornitura da parte della prima Azienda Sanitaria della Regione Emilia-Romagna, l’Agenzia/Aziende Sanitarie del territorio, comprese quelle che intendono aderire alla convenzione, hanno la facoltà di verificare presso le officine del Fornitore, il rispetto del progetto presentato in offerta, in relazione alla prima ambulanza messa in produzione. A tal fine, il Fornitore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare, incondizionatamente, i relativi risultati impegnandosi a tener conto delle contestazioni eventualmente emerse in tale sede. Nel caso in cui la verifica da parte dell’Agenzia/Azienda dia esito positivo, tale ambulanza sarà presa come modello per gli ulteriori Ordinativi. Nel caso in cui la verifica da parte dell’Agenzia/Azienda/e dia esito positivo, ciò non implica in nessun caso accettazione parziale o implicita delle Ambulanze ordinate, che saranno comunque sottoposte a collaudo secondo quanto precedentemente previsto.



## Allegato 2 Schema dichiarazione offerta tecnica

Procedura aperta per la fornitura di AUTOAMBULANZE (tipologia A secondo Dlgs. 553 del 17/12/1987)

Fornitore: **Aricar s.p.a**

Anno di inizio produzione: **2006 (Fiat Ducato) – 2005 (Transporter T5)**

Veicolo a trazione anteriore offerto: **Fiat Ducato 33 MH2 3.0 MultiJet 16V 160CV (cod. 250.5H3.0)**

Veicolo a trazione integrale offerti: **Volkswagen Transporter T5 2.5 TDI 128 kW (cod. 7HJ 115)**

(NOTA: vedi dichiarazione allegata per alternativa su Fiat Ducato 4x4)

	PARAMETRI	Valore da capitolato ambulanze trazione anteriore	Valore reale/descrizione a ambulanze a trazione anteriore	Valore reale/descrizione a ambulanze a trazione integrale
<b>1.</b>	<b>MECCANICA DEL MEZZO</b>			
<b>1.1</b>	Generalità			
<b>1.1.1</b>	Conformità alla 92/21/CEE (allegare certificazione)	Sì	Sì	Sì
<b>1.1.2</b>	Dimensioni (mm)			
<b>1.1.2.1</b>	Passo	max 3600	3450 mm	3400 mm
<b>1.1.2.2</b>	Lunghezza	max 5650	5413 mm	5290 mm
<b>1.1.2.3</b>	Altezza		2525 mm	2460 mm
<b>1.1.3</b>	Accelerazione	da 0 a 80 Km/h in 35 secondi	n.d. comunque inferiore a 10 secondi	Da 0 a 80 km/h 8,4 secondi Da 0 a 100 km/h 12,9 secondi
<b>1.1.4</b>	Cilindrata (cc)	2400	3.000 cc (2.999)	2.500 cc (2.460)
<b>1.1.5</b>	Motorizzazione	diesel TD	TD Multijet common rail a controllo elettronico e turbocompressore	Tdi ad iniezione diretta common rail a controllo elettronico e turbocompressore
<b>1.1.6</b>	Potenza del motore (KW)	100	115,5 (157 CV)	128 kW (174 CV)
<b>1.1.7</b>	ABS	Sì	Sì	Sì
<b>1.1.8</b>	Controllo stabilità (ESP)	Sì	Sì	Sì
<b>1.1.9</b>	Controllo della trazione (ASR)	Sì	Incluso in ESP	Incluso in ESP
<b>1.1.10</b>	Cambio	manuale minimo 5 marce + retromarcia	Manuale a 6 rapporti + retromarcia	Manuale a 6 rapporti + retromarcia
<b>1.1.11</b>	Sistema per la sicurezza:			
<b>1.1.11.1</b>	airbag lato guidatore	Sì	Sì	Sì
<b>1.1.11.2</b>	airbag lato passeggero	Sì	Sì	Sì
<b>1.1.11.3</b>	Trazione anteriore		Sì	Trazione 4x4 permanente
<b>1.1.13</b>	Peso complessivo a pieno carico	max 35 quintali	33 Quintali	30 Quintali
<b>1.1.14</b>	Sospensioni ed ammortizzatori adeguati ad un trasporto confortevole ed alla capacità di carico devono essere adatte all'uso del veicolo quale ambulanza, con ammortizzatori a doppio effetto (Fornire descrizione)	Sì	Fornitura di optional originale "sospensioni posteriori comfort" adeguate al trasporto di persone con lame delle balestre morbide e ammortizzatore a doppio effetto	Sospensioni originali adeguate al trasporto di persone. Sospensioni a ruote indipendenti per un maggior comfort. Ammortizzatore a doppio effetto
<b>1.1.15</b>	Fari fendinebbia (fornire descrizione)	Sì	Sì, 2 anteriori incassati nel paraurti, luce alogena	Sì, 2 anteriori incassati nel paraurti, luce alogena
<b>1.1.16</b>	Servosterzo (fornire descrizione)	Sì	Servotronic – Idroguida a controllo elettronico ad asservimento variabile	Idroguida ad asservimento variabile
<b>1.1.17</b>	Retrovisori elettrici con sbrinamento e regolabili (fornire descrizione)	Sì	Retrovisori elettrici abbattibili e regolabili singolarmente, con sistema di sbrinamento	Retrovisori elettrici abbattibili e regolabili singolarmente, con sistema di sbrinamento
<b>1.1.18</b>	Chiusura centralizzata vano guida e vano sanitario con comando unico (fornire descrizione)	Sì	Sistema di chiusura centralizzata a comando unico (telecomando) integrato con chiave di avviamento – Impianto immobilizer	Sistema di chiusura centralizzata a comando unico (telecomando) integrato con chiave di avviamento – Impianto immobilizer



1.1.19	Sensori di parcheggio, avvisatore acustico di inserimento retromarcia	non superiore a 85 dB (a due metri)	Sistema di assistenza al parcheggio con 4 sensori ed avvisatore acustico di prossimità. Segnalatore Acustico di retromarcia auto attivante 83 dB misurati a 2 metri di distanza	Sistema di assistenza al parcheggio con 4 sensori ed avvisatore acustico di prossimità. Segnalatore Acustico di retromarcia auto attivante 83 dB misurati a 2 metri di distanza
1.1.20	Predisposizione autoradio	Sì	Sì, con 4 altoparlanti	Sì, con 4 altoparlanti
1.1.21	Alza cristalli elettrici nel vano guida	Sì	Sì	Sì
1.1.22	Tasche portaoggetti in entrambe le portiere (fornire descrizione)	Sì	Sì, tasche aperte integrate nel rivestimento delle portiere	Sì, tasche aperte integrate nel rivestimento delle portiere
1.1.23	Ruota di scorta	Sì	Sì	Sì
1.1.24	Conformità normativa ecologica	EURO 4	EURO 4	EURO 4
1.1.25	Telecamera per la visione posteriore	Opzionale	Sì, con display LCD, autoavviante con retromarcia	Sì, con display LCD, autoavviante con retromarcia
1.1.26	Autoradio con lettore CD	Opzionale	Sinto CD 4x20 - Vedi relazione tecnica per caratteristiche	Sinto CD 4x20 - Vedi relazione tecnica per caratteristiche
1.1.27	Treno di gomme termiche comprese di cerchi (indicare marca e modello)	Opzionale	Matador MPS 520 Nordicca Van M+S 215/70 R15C con cerchio da 15"	Matador MPS 520 Nordicca Van M+S 215/70 R16C con cerchio da 16"
1.1.28	Caterne da neve	Opzionale	Sì, Vedi relazione tecnica per caratteristiche	Sì, Vedi relazione tecnica per caratteristiche
1.1.29	Preriscaldatore motore a funzionamento elettrico e dotato di regolatore (fornire descrizione)	Opzionale	Preriscaldatore elettrico attivo con presa esterna inserita, fornito di regolatore termostatico (preimpostabile)	Preriscaldatore elettrico attivo con presa esterna inserita, fornito di regolatore termostatico (preimpostabile)
1.1.32	Antifurto attivabile anche con motore acceso (fornire descrizione e indicare la permanenza della garanzia)	Opzionale	Sistema antifurto elettronico. Una volta inserito permette di rimuovere la chiave di avviamento dal cruscotto con il motore acceso. Quando inserito non è possibile disinserire il freno a mano o azionare il freno a pedale senza reinserire la chiave. Garantisce sicurezza contro il furto. <b>NOTA: Fiat non assume responsabilità e non rilascia nulla osta in merito all'installazione del dispositivo</b>	Sistema antifurto elettronico. Una volta inserito permette di rimuovere la chiave di avviamento dal cruscotto con il motore acceso. Quando inserito non è possibile disinserire il freno a mano o azionare il freno a pedale senza reinserire la chiave. Garantisce sicurezza contro il furto. <b>NOTA: Volkswagen non assume responsabilità e non rilascia nulla osta in merito all'installazione del dispositivo</b>
1.1.33	Altro (descrivere)			
1.2	Carrozzeria del veicolo			
1.2.1	Sicurezza contro gli incendi (ISO 3795): i materiali interni dovranno presentare una velocità di combustione inferiore a 100mm/minuto	Sì	Sì	Sì
1.2.2	Capacità di carico (persone)	min 5	Max 7	6
1.2.3	Paratia divisoria			
1.2.3.1	inamovibile/a scorrimento (fornire descrizione)		Sì, inamovibile, con 2 finestre con vetri scorrevoli di sicurezza. Permette la massima escursione del sedile conducente	Sì, inamovibile, con 2 finestre con vetri scorrevoli di sicurezza. Permette la massima escursione del sedile conducente
1.2.3.2	finestrino (fornire descrizione: dovranno permettere il contatto visivo diretto con il conducente; il finestrino dovrà essere assicurato in modo da evitare l'apertura accidentale)		con vetri scorrevoli e cristalli di sicurezza. Sistema di chiusura anti apertura accidentale. Ogni finestrino è formato da 2 scorrevoli intersecanti	con vetri scorrevoli e cristalli di sicurezza. Sistema di chiusura anti apertura accidentale. Ogni finestrino è formato da 2 scorrevoli intersecanti
1.2.3.2.1	numero		2	2
1.2.3.2.2	distanza l'uno dall'altro (mm) (se due finestrini)		11 mm	11mm
1.2.3.2.3	area (m2)	max 0.12	Area del finestrino 0,105 mq Area totale per finestra 0,21 mq.	Area del finestrino 0,09 mq Area totale per finestra 0,18 mq.
1.2.3.2.4	tendina regolabile	Sì	Sì, auto avvolgente, in cabina guida	Sì, auto avvolgente, in cabina guida
1.2.3.2.5	Paratia divisoria con porta scorrevole (descrivere)		Paratia a perfetta tenuta con porta elettrica autochiudente con	Paratia a perfetta tenuta con porta elettrica autochiudente con



			dispositivo anti schiacciamento (se presente porta 1 solo finestrino). Comandabile da entrambi i quadri comando dell'ambulanza	dispositivo anti schiacciamento (se presente porta 1 solo finestrino). Comandabile da entrambi i quadri comando dell'ambulanza
<b>1.2.4</b>	Aperture vano sanitario			
<b>1.2.4.1</b>	apertura laterale scorrevole		1 a destra	1 a destra
<b>1.2.4.1.1</b>	altezza (mm)	min 1400	1755 mm	1840
<b>1.2.4.1.2</b>	larghezza (mm)	min 1000	1400 mm	1070
<b>1.2.4.2</b>	apertura posteriore		1, con doppio portellone	1, con doppio portellone
<b>1.2.4.2.1</b>	altezza (mm)	a tutt'altezza	A tutt'altezza (1790 mm)	A tutt'altezza (1815 mm)
<b>1.2.4.2.2</b>	larghezza (mm)	min 1200	1562 mm	1450 mm
<b>1.2.4.3</b>	sistema di sicurezza che consenta di bloccare/sbloccare la porta dall'interno senza l'utilizzo della chiave, bloccare/sbloccare la porta dall'esterno con l'utilizzo della chiave, sbloccare la porta dall'esterno utilizzando una chiave anche quando la porta è bloccata dall'interno (descrivere)	Sì	Portellone laterale con serratura a chiave dall'esterno (apre il portellone in ogni caso). Maniglia interna con leva di bloccaggio e maniglia di apertura. Anche quando la leva di bloccaggio è in posizione di blocco la chiave esterna lo sblocca	Portellone laterale con serratura a chiave dall'esterno (apre il portellone in ogni caso). Maniglia interna con leva di bloccaggio e maniglia di apertura. Anche quando la leva di bloccaggio è in posizione di blocco la chiave esterna lo sblocca
<b>1.2.4.4</b>	guarnizioni (descrivere)	Sì	Guarnizioni in gomma con profilo a U antigocciolamento	Guarnizioni in gomma con profilo a U antigocciolamento
<b>1.2.4.5</b>	segnalazione acustica porte aperte	Sì	Si (beeper da quadro)	Si (beeper da quadro)
<b>1.2.4.6</b>	dispositivo di trattenuta in posizione aperta (descrivere)	Sì	Sistema di trattenuta portellone aperto con gancio di sicurezza. Per chiudere il portellone è necessario alzare leva dedicata	Sistema di trattenuta portellone aperto con gancio di sicurezza. Per chiudere il portellone è necessario alzare leva dedicata
<b>1.2.5</b>	Finestrini nel comparto sanitario			
<b>1.2.5.1</b>	numero	min 2	4 finestre laterali - 2 apribili e 2 fisse	4 finestre laterali - 2 apribili e 2 fisse
<b>1.2.5.2</b>	posizionamento (descrivere collocazione)		Finestra anteriore sx e dx del vano sanitario	Finestra anteriore sx e dx del vano sanitario
<b>1.2.5.3</b>	dimensioni (m2)		0,254 mq (area di ciascuna finestra apribile)	0,288 mq (area di ciascuna finestra apribile)
<b>1.2.6</b>	Opacizzazione vetratura (descrivere)	Sì	Si, opacizzazione mediante pellicola adesiva a ¾ altezza	Si, opacizzazione mediante pellicola adesiva a ¾ altezza
<b>1.2.7</b>	Pedane			
<b>1.2.7.1</b>	posteriore lungo quanto i battenti (descrivere le caratteristiche e le dimensioni)	Sì	Si, alluminio risato. Protezione del pianale in prossimità delle porte posteriori e laterali - profondità utile 13 cm	Si, alluminio risato. Protezione del pianale in prossimità delle porte posteriori e laterali - profondità utile 13 cm
<b>1.2.7.2</b>	laterale elettrica (descrivere le caratteristiche e le dimensioni)	Sì	Si, elettromeccanica, sotto illuminata, con frizione di blocco in caso di ostacoli - Dimensione pedana 115 x 28 cm	Non necessaria in quanto il veicolo base integra una struttura a gradino nel pianale originale
<b>1.2.7.3</b>	rivestimento antiscivolo alluminio o acciaio INOX (descrivere)	Sì	Si, alluminio risato. Protezione del pianale in prossimità delle porte posteriori e laterali - larghezza utile 13 cm	Si, alluminio risato. Protezione del pianale in prossimità delle porte posteriori e laterali - larghezza utile 13 cm
<b>1.2.8</b>	Tendine parasole	Sì	Autoavvolgenti, in microfibra anti sporco	Autoavvolgenti, in microfibra anti sporco
<b>1.2.9</b>	Altro (descrivere)			
<b>2.</b>	<b>VANO GUIDA</b>			
<b>2.1</b>	Climatizzatore manuale (descrivere)	Sì	Climatizzatore manuale originale. Compressore a cilindrata variabile. Impianto a gas R134 non annegato	Climatizzatore manuale originale. Compressore a cilindrata variabile. Impianto a gas R134 non annegato
<b>2.2</b>	Consolle di comando (descrivere le caratteristiche e l'alloggiamento)	Sì	Plancia formato Doppio DIN, realizzata con pannello in alluminio ricoperto di Pellicola in polietilene con grafica a colori. Pulsanti con cupole ad alta resistenza e interruttori elettronici a	Plancia formato Doppio DIN, realizzata con pannello in alluminio ricoperto di Pellicola in polietilene con grafica a colori. Pulsanti con cupole ad alta resistenza e interruttori elettronici a



			microswitch (click di avvenuta pressione). Dotato di display LCD a matrice con segnalazione funzioni di attivazione, segnaletiche e di avaria	microswitch (click di avvenuta pressione). Dotato di display LCD a matrice con segnalazione funzioni di attivazione, segnaletiche e di avaria
<b>2.3</b>	Sedili		2	2
<b>2.3.1</b>	guidatore			
<b>2.3.1.1</b>	omologazione M1	Si	Si	Si
<b>2.3.1.2</b>	braccioli	No	No	No
<b>2.3.1.3</b>	regolabile (descrivere se regolabile in altezza, profondità,...)	Si	Regolabile in altezza, in profondità, con supporto lombare. La conformazione della paratia divisoria ne permette l'escursione completa	Regolabile in altezza, in profondità, con supporto lombare. La conformazione della paratia divisoria ne permette l'escursione completa
<b>2.3.2</b>	passaggero			
<b>2.3.2.1</b>	omologazione M1	Si	Si	Si
<b>2.3.2.2</b>	braccioli	No	No	No
<b>2.3.2.3</b>	regolabile (descrivere se regolabile in altezza, profondità,...)	Si	Regolabile in altezza, in profondità, con supporto lombare. La conformazione della paratia divisoria ne permette l'escursione completa	Regolabile in altezza, in profondità, con supporto lombare. La conformazione della paratia divisoria ne permette l'escursione completa
<b>2.4</b>	Vano porta oggetti (descrivere il posizionamento)	Si	Vano porta oggetti, ricavato tra i sedili della cabina guida con coperchio rialzabile con bordo di contenimento	Vano porta oggetti, ricavato tra i sedili della cabina guida con coperchio rialzabile con bordo di contenimento
<b>2.5</b>	Vano porta documenti con chiusura a chiave (descrivere il posizionamento)	Si	Vano porta documenti, con chiusura a chiave, abbassabile, contenitivo, alloggiamento nella parte centrale del cruscotto	Vano porta documenti, con chiusura a chiave, abbassabile, contenitivo, alloggiamento nella parte sinistra alta del cruscotto
<b>2.6</b>	Dispenser porta guanti idonei a contenere 3 confezioni di guanti (descrivere il posizionamento e il numero di scatole che è in grado di contenere e se è collocato nel vano guida o nel vano sanitario)	Si	Si, mensola porta scatole collocate in vano guida – Alloggiabilità di 3 scatole da guanti. Possibilità di alloggiamento sia in vano guida che in vano sanitario	Si, mensola porta scatole collocate in vano guida – Alloggiabilità di 3 scatole da guanti. Possibilità di alloggiamento sia in vano guida che in vano sanitario
<b>2.7</b>	Luci			
<b>2.7.1</b>	lettura lato passeggero (descrivere le caratteristiche incluso la potenza)		Lampada di lettura leggi mappe, con braccetto snodabile, luce ad incandescenza, 5W, installata su piantone destro	Lampada di lettura leggi mappe, con braccetto snodabile, luce ad incandescenza, 5W, installata su piantone destro
<b>2.7.2</b>	faro di ricerca (descrivere)		Faro brandeggiabile di profondità, alloggiato nella parte esterna frontale, con cupola di plexiglass, orientabile mediante apposita joystick installata in cabina guida facilmente raggiungibile dagli operatori	Faro brandeggiabile di profondità, alloggiato nella parte esterna frontale, con cupola di plexiglass, orientabile mediante apposita joystick installata in cabina guida facilmente raggiungibile dagli operatori
<b>2.7.3</b>	lampada portatile antideflagrante (descrivere ed indicare gli IP)	IP66	Lampada portatile antideflagrante IP67, marchiata EX-IIGD, Ex IB IICT3/T4 conforme a direttiva 94/9/CE (Atex) – Ricaricabile – 12Volt – 205 Lumen – Luce alogena – Autonomia 2 Ore	Lampada portatile antideflagrante IP67, marchiata EX-IIGD, Ex IB IICT3/T4 conforme a direttiva 94/9/CE (Atex) – Ricaricabile – 12Volt – 205 Lumen – Luce alogena – Autonomia 2 Ore
<b>2.8</b>	Ganci portatili e/o porta elmetti	2	2	2
<b>2.9</b>	Estintore a polvere (descrivere il posizionamento)	min 4 Kg	1 vano sanitario, alloggiato in angolo sinistro del portellone laterale 1 in cabina guida alloggiato a lato del sedile conducente	1 vano sanitario, alloggiato in angolo sinistro del portellone laterale 1 in cabina guida alloggiato a lato del sedile conducente
<b>2.10</b>	Kit attrezzi/da scasso (descrivere gli attrezzi contenuti ed il posizionamento -se è collocato nel vano guida o nel vano sanitario-)		Kit attrezzi con piede di porco, trancia bulloni, 2 paia di guanti. Alloggiato in cabina guida in verticale dietro sedile passeggero	Kit attrezzi con piede di porco, trancia bulloni, 2 paia di guanti. Alloggiato in cabina guida in verticale dietro sedile passeggero
<b>2.11</b>	Altro (descrivere)		Struttura centrale alloggiata	-



			sottotetto, in cabina guida, con vano 1 din per autoradio e 2 faretti alogeni di lettura, attivabili singolarmente	
<b>3.</b>	<b>vano SANITARIO</b>			
<b>3.1</b>	Generalità			
<b>3.1.1</b>	Fornire layout del vano sanitario tramite opportuno progetto CAD			
<b>3.1.2</b>	Sistema di ritenuta e fissaggio delle apparecchiature (descrivere)	Si	Rinforzo strutturale realizzato mediante barre in ferro elettrosaldato sotto i rivestimenti. Mensole realizzate in acciaio inox spessore 3 mm con cinghie di trattenuta e bordo contenitivo. Ove previste da casa costruttrice, utilizzo di mensole originali testate 10G	Rinforzo strutturale realizzato mediante barre in ferro elettrosaldato sotto i rivestimenti. Mensole realizzate in acciaio inox spessore 3 mm con cinghie di trattenuta e bordo contenitivo. Ove previste da casa costruttrice, utilizzo di mensole originali testate 10G
<b>3.1.3</b>	Rivestimento comparto sanitario ignifugo, rinforzato, insonorizzato, autoestinguente, facilmente lavabile e tale da non essere intaccato se sottoposto a disinfezione (descrivere il materiale utilizzato con le relative specifiche tecniche)		Rivestimento realizzato in ABS termoformato, certificazione CE all'origine, ignifugo, autoestinguente, lavabile, inattaccabile, <b>non scheggia</b> in caso di incidente. Vedi scheda tecnica per descrizione dettagliata	Rivestimento realizzato in Vetroresina con trattamento superficiale Gelcoat, ignifugo, autoestinguente, lavabile, inattaccabile
<b>3.1.3.1</b>	pareti interne		Realizzate in moduli separati (4) con giunture a profilo (larghezza di sovrapposizione 1 cm) – Sigillabili con materiale siliconico (anche se non richiesto)	Realizzate in un unico modulo
<b>3.1.3.2</b>	soffitto		Padiglione monoblocco, in ABS, con plafoniere a tutta lunghezza, vano a scomparsa con porta sacche e porta flebo, vano per erogatore ossigeno a tetto, 2 maniglioni longitudinali di appiglio, in acciaio ricoperto di gomma antiscivolo, aeratore, 24 bocchette di immissione aria climatizzata, 3 luci alogene spot orientabili	Padiglione monoblocco, in vetroresina, asimmetrico per massima altezza in area di lavoro, vano a scomparsa con porta sacche e porta flebo, vano per erogatore ossigeno a tetto, 1 maniglioni longitudinali di appiglio, in acciaio ricoperto di gomma antiscivolo, aeratore, 5 bocchette di immissione aria climatizzata, 3 luci alogene spot orientabili
<b>3.1.3.3</b>	pavimento a vasca		Si, rialzata di 4 cm, piano in MDF, ricopertura con strato di materiale gommoso, con coriandoli melange colorati (colorazione personalizzabile) e strato protettivo trasparente antiscivolo. Riverniciabile in caso di usura eccessiva	Si, rialzata di 4 cm, piano in MDF, ricopertura con strato di materiale gommoso, con coriandoli melange colorati (colorazione personalizzabile) e strato protettivo trasparente antiscivolo. Riverniciabile in caso di usura eccessiva
<b>3.1.3.4</b>	portiere		Portiere posteriori e portellone laterale rivestiti in ABS termoformato. Porte posteriori con tasca contenitiva	Portiere posteriori e portellone laterale rivestiti in pannelli di alluminio. Tasche contenitive integrate
<b>3.1.3.5</b>	pedane e zone di accesso		Battitacchi in alluminio risato antiscivolo a protezioni delle zone di usura	Battitacchi in alluminio risato antiscivolo a protezioni delle zone di usura
<b>3.1.4</b>	Raggio di curvatura bordi e spigoli delle superfici (mm)	min 2,5	2,7	2,7
<b>3.1.5</b>	Giunture antinfiltrazione: pannelli sigillati tra loro e con il pavimento (descrivere la soluzione adottata)		Pavimento con colata in resina epossidica ricoperta di strato protettivo antiscivolo – Pannelli di rivestimento sigillati con materiale siliconico	Pavimento con colata in resina epossidica ricoperta di strato protettivo antiscivolo – Pannelli di rivestimento sigillati con materiale siliconico



<b>3.1.6</b>	Posizionamento equipaggiamenti per la manutenzione del veicolo (descrivere l'alloggiamento)		In cabina guida in vano sotto sedile passeggero	In cabina guida in vano sotto sedile passeggero
<b>3.1.8</b>	Altro (descrivere)			
<b>3.2</b>	<b>Dimensioni interne</b>			
<b>3.2.1</b>	Lunghezza (mm)		2830 mm	2630 mm
<b>3.2.2</b>	Larghezza (mm)		1720 mm (1420 mm tra i passaruota)	1600 mm (1226 tra i passaruota)
<b>3.2.3</b>	Altezza utile nella fascia centrale di lavoro minimo (mm)	1800	1870 mm	1860 mm
<b>3.2.4</b>	Area di lavoro trattamento paziente (mm)		2550 x 1400 mm	2610 x 1150 mm
<b>3.2.5</b>	Altezza piano superiore barella principale (senza materassino) indicare intervallo in mm	400-1200	430	430
<b>3.3</b>	<b>Sedili destinati ai pazienti e agli assistenti</b>			
<b>3.3.1</b>	Sedile in testa alla barella			
<b>3.3.1.1</b>	omologazione (Sì, No)	Sì	M1 (crash tested)	M1 (crash tested)
<b>3.3.1.2</b>	posizionamento	contromarcia	Contromarcia (girevole se presente porta elettrica, a 90°)	Contromarcia (girevole se presente porta elettrica, a 90°)
<b>3.3.1.3</b>	dimensioni (indicare larghezza, profondità, altezza sopra seduta) (mm)		Larghezza seduta 450 mm Lunghezza seduta: 450 mm Altezza seduta terra: 410 mm Altezza sopra seduta 930 mm	Larghezza seduta 450 mm Lunghezza seduta: 450 mm Altezza seduta terra: 410 mm Altezza sopra seduta 930 mm
<b>3.3.1.4</b>	seduta	a ribalta	A ribalta	A ribalta
<b>3.3.1.5</b>	cinture di sicurezza come da normativa vigente	Sì	Sì a 3 punti	Sì a 3 punti
<b>3.3.1.6</b>	poggiatesta	Sì	Sì, imbottito	Sì, imbottito
<b>3.3.1.7</b>	schienale abbattibile	non applicabile	No	No
<b>3.3.2</b>	Due sedili lato destro			
<b>3.3.2.1</b>	omologazione	Sì	M1 (crash tested)	M1 (crash tested)
<b>3.3.2.2</b>	posizionamento	contromarcia/fron- te marcia	Fronte marcia, impacchettabili in parete	Fronte marcia, impacchettabili in parete
<b>3.3.2.3</b>	dimensioni (indicare larghezza, profondità, altezza sopra seduta) (mm)		Larghezza seduta 440 mm Lunghezza seduta: 450 mm Altezza seduta terra: 470 mm	Larghezza seduta 440 mm Lunghezza seduta: 450 mm Altezza seduta terra: 470 mm
<b>3.3.2.4</b>	seduta		Fissa	Fissa
<b>3.3.2.5</b>	cinture di sicurezza come da normativa vigente	Sì	Sì a 3 punti	Sì a 3 punti
<b>3.3.2.6</b>	poggiatesta	Sì	Sì, imbottito	Sì, imbottito
<b>3.3.2.7</b>	schienale	Sì	Imbottito, inclinazione regolabile	Imbottito, inclinazione regolabile
<b>3.3.2.7.1</b>	abbattibile	Sì	Sì	Sì
<b>3.3.2.7.2</b>	spessore rivestimento (mm)	min 20	50 mm (media)	50 mm (media)
<b>3.3.3</b>	Altezza sopra seduta (mm)	min 920	928 mm	928 mm
<b>3.3.4</b>	Altro (descrivere)	Poggiabracci	Tutti i sedili sono dotati di poggia bracci rialzabili	Tutti i sedili sono dotati di poggia bracci rialzabili
<b>3.4</b>	<b>Impianto di ventilazione</b>			
<b>3.4.1</b>	Ricambia d'aria all'ora	min 20 all'ora	22 con veicolo spento - 35 con veicolo in moto	22 con veicolo spento - 35 con veicolo in moto
<b>3.4.2</b>	Descrivere la collocazione dell'impianto e il numero e il posizionamento delle bocchette	sottotetto	Sottotetto, a ¾ posteriore della lunghezza del veicolo. Unica finestra con alette auto chiudibili	Sottotetto, a ¾ posteriore della lunghezza del veicolo. Unica finestra con alette auto chiudibili
<b>3.4.3</b>	Modalità di variazione della velocità	variabile	Variabile a 5 velocità	Variabile a 5 velocità
<b>3.4.4</b>	Altro (descrivere)			
<b>3.5</b>	<b>Sistema di controllo della temperatura</b>			
<b>3.5.1</b>	Indipendente dal vano guida	Sì	Sì	Sì
<b>3.5.2</b>	Comandabile e regolabile da vano sanitario e da vano guida	Sì	Sì	Sì
<b>3.5.3</b>	Dotato di display (descrivere)	Sì	Sì, display digitale integrato nel quadro anteriore e nel quadro posteriore, regolazioni a step di 1 °	Sì, display digitale integrato nel quadro anteriore e nel quadro posteriore, regolazioni a step di 1 °
<b>3.5.4</b>	Numero e posizionamento bocchette		24 bocchette longitudinali a soffitto (2 file da 12) - 5 longitudinali a filo del	5 bocchette longitudinali a soffitto - 5 longitudinali a filo del pavimento, parte



			pavimento, parte sinistra	sinistra
<b>3.5.5</b>	Stufetta termostata (descrivere le caratteristiche e la potenza)	max 750 W	Sistema di riscaldamento progettato per autoveicoli, potenza 600 Watt, dimensioni compatte, impostazione della temperatura mediante quadro servizi del vano sanitario, step di 1°	Sistema di riscaldamento progettato per autoveicoli, potenza 600 Watt, dimensioni compatte, impostazione della temperatura mediante quadro servizi del vano sanitario, step di 1°
<b>3.6</b>	illuminazione interna			
<b>3.6.1</b>	Numero di circuiti	min 2	2	2
<b>3.6.2</b>	illuminazione interna con interruttori indipendenti e comandabili sia dal vano guida che dal vano sanitario	Sì	Si. 4 Pulsanti separati singoli per: luci a neon (2 pressioni per mezza luce e piena luce) - Luci spot - Luci notte - Luci arredi	Si. 4 Pulsanti separati singoli per: luci a neon (2 pressioni per mezza luce e piena luce) - Luci spot - Luci arredi
<b>3.6.3</b>	Temperatura di colore (indicare un intervallo) (°K)	3800-4300	3900-4200 K	3900-4200 K
<b>3.6.4</b>	illuminazione sul piano orizzontale della barella (lux)	min 300	310	310
<b>3.6.5</b>	Dispositivo di riduzione (Sì, No; se sì indicare i lux)	150	150	150
<b>3.6.6</b>	illuminazione sul piano orizzontale dell'area circostante la barella (lux)	min 50	79	87
<b>3.6.7</b>	Luce notturna	Sì	Si, 8 lampade, a led	Si 6 lampade, a led
<b>3.6.8</b>	Luce supplementare per l'area di cura (indicare i lux nelle condizioni peggiori)	min 1650	Lampada scialitica a braccio mobile 1800 Lux	Lampada scialitica a braccio mobile 1800 Lux
<b>3.7</b>	Livello di rumorosità interna (fornire certificazione di rumorosità)		Vedi Appendice normativa	Vedi Appendice normativa
<b>3.8</b>	Sistema di fissaggio per flebloclisi			
<b>3.8.1</b>	portaflebo (indicare numero, portata minima e descrivere il collocamento)	2	2, ganci a molla con materiale antiscivolo, portata idonea a flaconi da 500 ml. Testati. Collocati in vano a scomparsa del padiglione sottotetto	2, ganci a molla con materiale antiscivolo, portata idonea a flaconi da 500 ml. Testati. Collocati in vano a scomparsa del padiglione sottotetto
<b>3.8.2</b>	ganci (indicare il numero e descrivere il collocamento)	2	2, ganci a uncino in acciaio verniciato. Collocati in vano a scomparsa del padiglione sottotetto. Portata 5 kg	2, ganci a uncino in acciaio verniciato. Collocati in vano a scomparsa del padiglione sottotetto. Portata 5 kg
<b>3.9</b>	Altro			
<b>3.9.1</b>	Corrimano e maniglie in corrispondenza di:			
<b>3.9.1.1</b>	sedute	Sì	2, per le sedute laterali fronte marcia	2, per le sedute laterali fronte marcia
<b>3.9.1.2</b>	ingressi	Sì	1 presso l'ingresso laterale (parte destra) - 1 presso le porte posteriori (a destra)	1 presso l'ingresso laterale (parte destra) - 1 presso le porte posteriori (a destra)
<b>3.9.1.3</b>	tetto	Sì	Si, 2 simmetriche rispetto all'asse longitudinale, a tutta lunghezza	Si, 1
<b>3.9.2</b>	Piano porta barella (descrivere)	Sì	Piano porta barella traslabile meccanico (pedale) con possibilità di alloggiamento contemporaneo di tavola spinale e barella a cucchiaio (esclusiva Aricar). Altezza di carico compatibile con barella auto caricante (come traslatore a vasca singola)	Piano porta barella traslabile meccanico (pedale) con possibilità di alloggiamento contemporaneo di tavola spinale e barella a cucchiaio (esclusiva Aricar). Altezza di carico compatibile con barella auto caricante (come traslatore a vasca singola)
<b>3.9.2.1</b>	ganci certificati 10 g (fornire certificazione)	Sì	Si (vedi fascicolo conformità e certificazioni)	Si (vedi fascicolo conformità e certificazioni)
<b>3.9.3</b>	Porta monitor defibrillatore (descrivere il posizionamento)	Sì	Mensola o fissaggio originale da alloggiarsi in fiancata sinistra, in prossimità della testa del barellato, in posizione facilmente raggiungibile da operatore. Parte mediana	Mensola o fissaggio originale da alloggiarsi in fiancata sinistra, in prossimità della testa del barellato, in posizione facilmente raggiungibile da operatore. Parte mediana
<b>3.9.4</b>	Alloggiamento ventilatore polmonare (descrivere il posizionamento)	Sì	Mensola o fissaggio originale da alloggiarsi in fiancata sinistra, in prossimità della testa del barellato, in posizione facilmente raggiungibile da operatore.	Mensola o fissaggio originale da alloggiarsi in fiancata sinistra, in prossimità della testa del barellato, in posizione facilmente raggiungibile da



			Parte alta	operatore. Parte alta
<b>3.9.5</b>	Alloggiamento aspiratore medico chirurgico (descrivere il posizionamento)	Sì	Mensola o fissaggio originale da alloggiarsi in fiancata sinistra, in prossimità della testa del barellato, in posizione facilmente raggiungibile da operatore. Parte bassa	Mensola o fissaggio originale da alloggiarsi in fiancata sinistra, in prossimità della testa del barellato, in posizione facilmente raggiungibile da operatore. Parte bassa
<b>3.9.6</b>	Alloggiamento pompa di infusione a siringa (descrivere il posizionamento)	Sì	Palo di sostegno ancorato presso montante centrale	Palo di sostegno ancorato presso montante centrale
<b>3.9.7</b>	Alloggiamento e fornitura barella principale	FERNO 26S	Sì, su piatto con meccanismo traslabile	Sì, su piatto con meccanismo traslabile
<b>3.9.8</b>	Alloggiamento e fornitura barella a cucchiaio	FERNO 65 EXL	Sì. Sotto il piatto barella	Sì. Sotto il piatto barella
<b>3.9.9</b>	Alloggiamento e fornitura tavola spinale		Sì. Sotto il piatto barella	Sì. Sotto il piatto barella
<b>3.9.10</b>	Estintore a polvere (descrivere il posizionamento)	min 4 Kg	4 kg	4 kg
<b>3.9.11</b>	Scomparto riscaldato termostato per conservazione sacche di liquidi certificazione come DM secondo Dlg 46/97 (Sì, No, se sì descrivere, fornire certificazione ed indicarne la capienza)	5 litri	Vano fisso realizzato all'interno di modulo corto dei pensili, con piastra termo riscaldante ed elastici di fissaggio flaconi. Temperatura impostabile da quadro comandi del vano sanitario, step di 1°. Capacità max 12 litri	Vano fisso realizzato all'interno di modulo corto dei pensili, con piastra termo riscaldante ed elastici di fissaggio flaconi. Temperatura impostabile da quadro comandi del vano sanitario, step di 1°. Capacità max 12 litri
<b>3.9.12</b>	Alloggiamento e fornitura barella secondaria		Barella secondaria da alloggiarsi in apposita struttura di bloccaggio entro la concavità della finestra posteriore destra, ad ingombro nullo	Barella secondaria da alloggiarsi in apposita struttura di bloccaggio entro la concavità della finestra posteriore destra, ad ingombro nullo
<b>3.9.13</b>	Alloggiamento e fornitura sedia portantina	EVAC CHAIR	Sì, in vano dedicato in paratia divisoria, parte destra, con vaschetta di contenimento ruote e cinghia di fissaggio	Sì, in vano dedicato in paratia divisoria, parte destra, con vaschetta di contenimento ruote e cinghia di fissaggio
<b>3.9.14</b>	Predisposizione impianto elettrico e relativo fissaggio scaldaliquidi (Sì, No, se sì descrivere)		Sì, nella parte posteriore destra del vano sanitario, con presa dedicata e struttura di fissaggio dedicata	Sì, nella parte posteriore destra del vano sanitario, con presa dedicata e struttura di fissaggio dedicata
<b>3.9.15</b>	Frigorifero portatile idoneo alla conservazione dei farmaci con certificazione come DM secondo Dlg 46/97(Sì, No, se sì fornire certificazione, descrivere ed indicarne la capienza)	7 litri	7 litri	7 litri
<b>3.9.16</b>	Vani contenitivi		3 vani pensili - 3 cassetti - 1 vano sopra cabina - 1 gavone sinistro - 1 vano basso con sportello scorrevole	3 vani pensili - 3 cassetti - 1 vano sopra cabina - 1 gavone sinistro - 1 vano basso con sportello scorrevole
<b>3.9.17</b>	vano portarifiuti	1	1, con cestello estraibile per facile pulizia (vedi schemi)	1, con cestello estraibile per facile pulizia (vedi schemi)
<b>3.9.18</b>	pensili	3 (dimensioni massime)	3, con sportello anti ribaltamento rientranti	3, con bandella anticaduta o sportello rialzabile
<b>3.9.19</b>	alloggiamenti (uno zaino, un ked, steccobende, estrinsecatore, un materassino a depressione, una spinale pediatrica)			
<b>3.9.21.1</b>	zaino	1	1 (parte posteriore, con cinghie e basamento di alloggiamento)	1 (parte posteriore, con cinghie e basamento di alloggiamento)
<b>3.9.21.2</b>	ked	1	1 in gavone aperto, con cingie di fissaggio	1 in gavone aperto, con cingie di fissaggio
<b>3.9.21.3</b>	steccobende	1	1 in gavone aperto, con cingie di fissaggio	1 in gavone aperto, con cingie di fissaggio
<b>3.9.21.4</b>	spinale pediatrica	1	1 in struttura contenitiva a filo del pavimento, nella fiancata sinistra bassa	1 in struttura contenitiva a filo del pavimento, nella fiancata sinistra bassa
<b>3.9.21.5</b>	materassino a depressione	1	1 in gavone aperto, con cingie di fissaggio	1 in gavone aperto, con cingie di fissaggio
<b>3.9.21.6</b>	estrinsecatore	1	1 in gavone aperto, con cingie di fissaggio (o interno pensili)	1 in gavone aperto, con cingie di fissaggio
<b>3.9.22</b>	cassettiere	3 cassetti	3 cassetti, con meccanismo anti apertura accidentale	3 cassetti, con meccanismo anti apertura accidentale
<b>3.9.23</b>	altro (descrivere)	Climatizzatore	Impianto di climatizzazione elettronica, con controllo da	Impianto di climatizzazione elettronica, con controllo da



			quadro del vano sanitario.	quadro del vano sanitario
<b>4.</b>	<b>DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE</b>			
<b>4.1</b>	Segnalazione acustica			
<b>4.1.1</b>	Sirena bitonale principale omologata (descrivere il posizionamento dell'altoparlante e la modalità di azionamento)	Si	Si, elettronica bitonale a doppio cono, posizionata a tetto, attivabile da quadro principale. Omologata Italia	Si, elettronica bitonale a doppio cono, posizionata a tetto, attivabile da quadro principale. Omologata Italia
<b>4.1.2</b>	Sirena bitonale secondaria omologata (descrivere il posizionamento dell'altoparlante e la modalità di azionamento)	Si	Si, elettronica bitonale a altoparlante singolo, posizionata a tetto, attivabile da quadro principale. Omologata Italia	Si, elettronica bitonale a altoparlante singolo, posizionata a tetto, attivabile da quadro principale. Omologata Italia
<b>4.2</b>	Segnalazione luminosa (allegare layout)			
<b>4.2.1</b>	lampeggianti a lati del tetto (indicare il numero e descrivere la tecnologia utilizzata, strobo o LED, e la forma)	4	4, stroboscopici a cono	4, stroboscopici a cono
<b>4.2.2</b>	lampeggianti anteriori (indicare il numero e descrivere la tecnologia utilizzata, strobo o LED, e la forma)	2	2 tecnologia a led, di forma rettangolare, alloggiati in mascherina frontale bassa	2 tecnologia a led, di forma rettangolare, alloggiati in mascherina frontale bassa
<b>4.2.3</b>	luci gialle di emergenza (indicare il numero e descrivere la tecnologia utilizzata, strobo o LED, e la forma)	2	2 luci di emergenza installate a filo del tetto, tecnologia a lampada stroboscopica. Forma rettangolare	2 luci di emergenza installate a filo del tetto, tecnologia a lampada stroboscopica. Forma rettangolare
<b>4.2.4</b>	faro fisso a luce bianca in zona carico/scarico barella (descrivere la tecnologia utilizzata, strobo o LED, e la forma)	Si	Faro fisso a luce bianca alogena, rettangolare, installato nella parte centrale alta del vano posteriore	Faro fisso a luce bianca alogena, rettangolare, installato nella parte centrale alta del vano posteriore
<b>4.2.5</b>	plancetta di comando (descrivere)	Si	Plancia formato Doppio DIN, realizzata con pannello in alluminio ricoperto di Pellicola in polietilene con grafica a colori. Pulsanti con cupole ad alta resistenza e interruttori elettronici a microswitch (click di avvenuta pressione). Dotato di display LCD a matrice con segnalazione funzioni di attivazione, segnaletiche e di avaria	Plancia formato Doppio DIN, realizzata con pannello in alluminio ricoperto di Pellicola in polietilene con grafica a colori. Pulsanti con cupole ad alta resistenza e interruttori elettronici a microswitch (click di avvenuta pressione). Dotato di display LCD a matrice con segnalazione funzioni di attivazione, segnaletiche e di avaria
<b>4.2.6</b>	faretti di luce bianca laterali (descrivere la tecnologia utilizzata)	4	4 gruppi luminosi con doppia lampada alogena, attivabili a coppie (lato destro o sinistro) o entrambi i lati.	4 gruppi luminosi con doppia lampada alogena, attivabili a coppie (lato destro o sinistro) o entrambi i lati.
<b>5.</b>	<b>IMPIANTISTICA</b>			
<b>5.1</b>	Generalità			
<b>5.1.1</b>	Conformità IEC 60364-7-708 (allegare certificazione)	Si	Si (vedi documentazione)	Si (vedi documentazione)
<b>5.1.2</b>	Sistema elettrico omologato (Si, No)	Si	Si (vedi documentazione)	Si (vedi documentazione)
<b>5.2</b>	Compatibilità elettromagnetica	Si	Si (vedi documentazione)	Si (vedi documentazione)
<b>5.3</b>	Batteria e alternatore			
<b>5.3.1</b>	Batteria principale (indicare la capacità, il posizionamento)	min 100 Ah	110 Ah, vano motore	105 Ah, vano motore
<b>5.3.2</b>	Batteria ausiliaria (indicare la capacità, il posizionamento)	min 100 Ah	105 Ah, sotto sedile autista, facilmente accessibile	105 Ah, sotto sedile autista, facilmente accessibile
<b>5.3.3</b>	Manutenzione batterie (descrivere il tipo di bombole e la soluzione per poter effettuare la manutenzione)		Batterie sigillate che non richiedono manutenzione	Batterie sigillate che non richiedono manutenzione
<b>5.3.4</b>	Alternatore maggiorato	120 Ah	150 Ah	120 Ah
<b>5.4</b>	Impianto elettrico			
<b>5.4.1</b>	Impianto in cc a 12 V (descrivere le caratteristiche)		Impianto indipendente da impianto del veicolo base, tecnologia CANBUS. Realizzato espressamente per ambulanze – Centraline di controllo indipendenti. Impianto facilmente accessibile in quanto alloggiato sotto pannello in prossimità del portellone laterale per una facilissima riparabilità	Impianto indipendente da impianto del veicolo base, tecnologia CANBUS. Realizzato espressamente per ambulanze – Centraline di controllo indipendenti. Impianto facilmente accessibile in quanto alloggiato sotto pannello in prossimità del portellone laterale per una facilissima riparabilità



5.4.2	Prese in cc da 12 V UNI EN ISO 4165:2003 (indicare il numero e il posizionamento)	4	4, in quadro prese dedicato	4, in quadro prese dedicato
5.4.3	Presa esterna da 220 V (descrivere le caratteristiche e il posizionamento)	parete sinistra del veicolo	1, fianco sinistro, in prossimità della portiera dell'autista. Tipo industriale con sportello scorrevole. Sistema di inibizione partenza veicolo a presa inserita. Spia di controllo su display del quadro comandi del vano guida	1, fianco sinistro, in prossimità della portiera dell'autista. Tipo industriale con sportello scorrevole. Sistema di inibizione partenza veicolo a presa inserita. Spia di controllo su display del quadro comandi del vano guida
5.4.4	Impianto in ca da 220 V (descrivere le caratteristiche)	collegato ad inverter	Impianto per 220 volt con Presa esterna dotata di sistema di inibizione partenza. Circuito protetto da salvavita. Impianto caricabatterie elettronico quando presente 220 volt. Partitore di potenza per ricarica di entrambe le batterie. Collegamento ad inverter	Impianto per 220 volt con Presa esterna dotata di sistema di inibizione partenza. Circuito protetto da salvavita. Impianto caricabatterie elettronico quando presente 220 volt. Partitore di potenza per ricarica di entrambe le batterie. Collegamento ad inverter
5.4.5	Prese in ca da 220 V compatibili con standard shuko e pettine (indicare il numero e il posizionamento)	5	5, posizionamento a scelta da parte del cliente, comunque in prossimità dei servizi utilizzati	5, posizionamento a scelta da parte del cliente, comunque in prossimità dei servizi utilizzati
5.4.6	Inverter 12 V cc/220 V ca (descrivere)	a onda sinusoidale	Si, 1000W in erogazione continua (1800W spunto), a controllo elettronico, ad uso ambulanza e NON commerciale. Comandato da CAN e attivabile da quadro vano sanitario. Dotato di caricabatterie elettronico con partitore di potenza. Conformità CE	Si, 1000W in erogazione continua (1800W spunto), a controllo elettronico, ad uso ambulanza e NON commerciale. Comandato da CAN e attivabile da quadro vano sanitario. Dotato di caricabatterie elettronico con partitore di potenza. Conformità CE
5.4.8	Protezione contro il sovraccarico del sistema elettrico aggiuntivo	Si	Si	Si
5.4.10	Connessioni non intercambiabili	Si	Si	Si
5.4.11	Carica batteria stabilizzatore (indicare la capacità di carica)	16 Ah	16 Ah	16 Ah
6.	<b>GAS MEDICALI</b>			
6.1	Certificazione secondo Dlg 46/97	Si	Si	Si
6.2	Impianto del vuoto (descrivere il posizionamento)	Si	Si, quadro di controllo nel modulo servizi. Vaso di raccolta in posizione ergonomica a fianco della barella	Si, quadro di controllo nel modulo servizi. Vaso di raccolta in posizione ergonomica a fianco della barella
6.2.1	omologazione	Si	Si	Si
6.2.2	portata nominale	Si	30 Lt/min	30 Lt/min
6.2.3	pompa a secco	Si	Tipo Q30 a 2 pistoni	Tipo Q30 a 2 pistoni
6.2.4	regolazione della depressione	Si	Si	Si
6.2.5	vuotometro	Si	Si	Si
6.2.6	prese vuoto (indicare il numero e il posizionamento)	1	1, in prossimità della barella	1, in prossimità della barella
6.3	Impianto di ossigeno (descrivere il posizionamento)		Impianto in modulo servizi, con sistema di chiusura apertura impianto, commutazione bombola 1 - 2, 3 prese UNI9507, 2 flussometri	Impianto in modulo servizi, con sistema di chiusura apertura impianto, commutazione bombola 1 - 2, 3 prese UNI9507, 2 flussometri
6.3.1	omologazione	Si	Si	Si
6.3.2	bombole ossigeno (indicare numero, capienza e descrivere l'alloggiamento)	2+1	2, capacità 7 litri (1400 gassosi) alloggiati in vano sanitario (in mobile dedicato) o vano guida (tra i sedili) a seconda della configurazione prescelta	2, capacità 7 litri (1400 gassosi) alloggiati in vano sanitario (in mobile dedicato) o vano guida (tra i sedili) a seconda della configurazione prescelta
6.3.3	valvola apertura/chiusura impianto		Valvola con serigrafature e dettaglio cromatico rosso/verde per una migliore visibilità dello stato di apertura/chiusura. Valvola del tipo 1-0-2	Valvola con serigrafature e dettaglio cromatico rosso/verde per una migliore visibilità dello stato di apertura/chiusura. Valvola del tipo 1-0-2
6.3.4	scambio tra bombola piena e bombola vuota		Rubinetto di scambio	Rubinetto di scambio



			bombola 1 – Impianto chiuso – Bombola 2, alloggiato in modulo servizi della fiancata sinistra, facilmente accessibile da operatore	bombola 1 – Impianto chiuso – Bombola 2, alloggiato in modulo servizi della fiancata sinistra, facilmente accessibile da operatore
<b>6.3.5</b>	prese ossigeno ad innesto rapido (indicare il numero ed il posizionamento)	2 (UNI o AFNOR)	3 di tipo UNI, in modulo servizi, nella parte sinistra anteriore del vano sanitario	3 di tipo UNI, in modulo servizi, nella parte sinistra anteriore del vano sanitario
<b>6.4</b>	Alloggiamento flussimetri	2	2	2
<b>6.5</b>	Impianto aria medicale	Opzionale		
<b>6.5.1</b>	compressore (descrivere)		Alimentazione 12 volt, 150 W Pressione 3,5 – 4 bar, portata 70 l/min. protezione IP 20 - EN ISO 10079-1 - Parte 1 Direttiva 93/42/CEE: Dispositivi Medici	Alimentazione 12 volt, 150 W Pressione 3,5 – 4 bar, portata 70 l/min. protezione IP 20 - EN ISO 10079-1 - Parte 1 Direttiva 93/42/CEE: Dispositivi Medici
<b>6.5.2</b>	presa aria medicale (indicare il numero ed il posizionamento)	1	1, posizionamento in modulo servizi in alto a sinistra in posizione facilmente raggiungibile. Norma ISO9507	1, posizionamento in modulo servizi in alto a sinistra in posizione facilmente raggiungibile. Norma ISO9507
<b>7.</b>	<b>DISPOSITIVI DI COMUNICAZIONE</b>			
<b>7.1</b>	Impianto per apparati ricetrasmittenti	2	2	2
<b>7.1.1</b>	Antenna VHF 1/4 lambda (descrivere)	1	Antenna VHF a ¼ di onda, con molla anti rottura, ragne 144-174 MHz, 50 Ohm. Polarizzazione verticale, Potenza max RF 100 Watt	Antenna VHF a ¼ di onda, con molla anti rottura, ragne 144-174 MHz, 50 Ohm. Polarizzazione verticale, Potenza max RF 100 Watt. Installata su piastra di ferro Fe per ottimizzazione della ricezione
<b>7.1.2</b>	Antenna VHF 5/8 lambda (descrivere)	No	-	-
<b>7.1.3</b>	Antenna UHF (descrivere)	1	Antenna UHF di onda con molla anti rottura, ragne 440-470 MHz, 50 Ohm. Polarizzazione verticale, Potenza max RF 100 Watt	Antenna UHF di onda con molla anti rottura, ragne 440-470 MHz, 50 Ohm. Polarizzazione verticale, Potenza max RF 100 Watt. Installata su piastra di ferro Fe per ottimizzazione della ricezione
<b>7.1.4</b>	Alimentazione elettrica direttamente da batteria (descrivere)		Alimentazione diretta sulla batteria principale del veicolo con fusibile di sicurezza	Alimentazione diretta sulla batteria principale del veicolo con fusibile di sicurezza
<b>7.1.5</b>	Cavo coassiale (descrivere)		Cavo coassiale schermato M17/028-RGO58, 4,5 metri	Cavo coassiale schermato M17/028-RGO58, 4,5 metri
<b>8.</b>	<b>SEGNI DISTINTIVI E COLORAZIONI</b>			
<b>8.1</b>	Conformità agli standard grafici delibera 1483/e del 19/12/1991		Si (vedi schema esemplificativo)	Si (vedi schema esemplificativo)
<b>8.2</b>	Colore base bianco		Si	Si
<b>8.3</b>	Adesivi identificativi del mezzo		Si	Si
<b>8.4</b>	Materiale retroriflettente arancione (descrivere)	ad alta rifrangenza	Si (marca 3M) Potere fotometrico =25	Si (marca 3M) Potere fotometrico =25
<b>8.5</b>	Numero identificativo del mezzo sul tetto		Si	Si

 S.P.A.  
 Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 9  
 42025 CARPIAGO (Reggio Emilia)  
 Tel. 0522 8100755 Fax 0522 810151  
 Partita IVA 0032190356