

Roll Sas di Finotto M. & C. Via Leonardo da Vinci n.24/A 35028 Piove di Sacco (PD)	 <b>Scheda tecnica</b>	18172	PAGINA 1 DI 2
		REVISIONE 0	DATA 01/06/2004

LOTTO 3 ID 6

<u>Codice</u>	<u>Descrizione</u>	
18172	PUNTALE AZZURRO CON CORONA ZIGRINATA PER AUTOPIPETTA TIPO EPPENDORF-GILSON-BRAND-SOCOREX	
<u>Dimensioni e specifiche:</u>		
Altezza:	69,20 mm	
Volume:	200:1000 ul	

<u><b>Confezionamento:</b></u>		
<i>Singolo presidio</i>	<i>Imballo intermedio</i>	<i>Imballo esterno indivisibile di vendita</i>
====	<b>Sacco trasparente da 1000 pezzi - etichetta applicata con CE, REF, quantità, descrizione, lotto, scadenza, produttore</b>	<b>Cartone da 10000 pz – etichetta applicata con CE, REF, quantità, descrizione, lotto, scadenza, produttore</b>

<u><b>Destinazione d'uso:</b></u>
<b>TRAVASO E DOSATURA DI LIQUIDI BIOLOGICI CON MICROPIPETTE</b> <u>Questo prodotto viene indirizzato agli operatori professionali di laboratori biomedici di analisi.</u>

<u><b>Materiale di composizione:</b></u>
<p align="center"><b>POLIPROPILENE</b></p> <p>(materiale atossico – traslucido, resistente alla centrifugazione fino a circa 2500 G, flessibile, fa barriera all'umidità, resiste ad oli e solventi, e a temperature fino a circa 130 °C – in campo medicale viene usato per provette e contenitori in genere)</p>

<u><b>Certificazioni materiali:</b></u>
<b>Tutte le materie prime e i materiali utilizzati, sono atossici, per usi alimentari e medicali certificati, secondo la legislazione Europea e FDA (USA) vigenti</b>

Preparato da .....	Controllato da .....	Approvato da .....
--------------------	----------------------	--------------------

Roll Sas di Finotto M. & C. Via Leonardo da Vinci n.24/A 35028 Piove di Sacco (PD)	 <b>Scheda tecnica</b>	18172	PAGINA 2 DI 2
		REVISIONE 0	DATA 01/06/2004

**LOTTO 3 ID 6**

**Sistema di qualità applicato per la fabbricazione e norme di riferimento:**

**UNI EN ISO 9001:2000 certificato ICIM n. 4264/0 emesso da ICIM S.p.a. in data 18/01/2007**

**UNI EN 13485:2004 certificato ICIM n. 4265/0 emesso da ICIM S.p.a. in data 18/01/2007**

**CE: Sistema di garanzia della qualità attraverso emissione della Dichiarazione di Conformità CE dopo la predisposizione dei fascicoli tecnico-produttivi secondo la Direttiva CEE 98/79/CE (D.L. 08/09/2000 N.332) a disposizione dell'autorità competente.**

**UNI EN 980 Simboli grafici utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici**

**UNI EN 14971 Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici**

**Modalità di smaltimento:**

**Prima dell'uso sono da considerarsi rifiuti non pericolosi: CER 18 01 07 "sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 08".**

**Dopo l'uso sono rifiuti sanitari potenzialmente infetti: CER 18 01 03 rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti, applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.**

Preparato da .....	Controllato da .....	Approvato da .....
--------------------	----------------------	--------------------