

Roll Sas di Finotto M. & C. Via Leonardo da Vinci n.24/A 35028 Piove di Sacco (PD)	 <b>Scheda tecnica</b>	18053	PAGINA 1 DI 2
		REVISIONE 0	DATA 01/06/2004

**LOTTO 9 ID 11**

<u>Codice</u>	<u>Descrizione</u>	
18053	<b>TAPPO ALETTATO PER PROVETTE DIAMETRO 16 MM</b> Disponibile nei seguenti colori: neutro cod. 18053, rosso cod. 180530, bianco cod. 180532, verde scuro cod. 180534, blu cod. 180536, giallo cod. 180538	
<u><b>Dimensioni e specifiche:</b></u>		
Altezza presa: Altezza totale: Diametro:	11 mm 23 mm 16 mm	
<u><b>Confezionamento:</b></u>		
<i>Singolo presidio</i>	<i>Imballo intermedio</i>	<i>Imballo esterno indivisibile di vendita</i>
====	10 sacchi da 1000 pezzi	Cartone da 10000 pz – etichetta applicata con CE, REF, quantità, descrizione, lotto, scadenza, produttore
<u><b>Destinazione d'uso:</b></u>		
<b>CHIUSURA PROVETTE VARIE CON CAMPIONI DI LIQUIDI BIOLOGICI</b> <u>Questo prodotto viene indirizzato agli operatori professionali di laboratori biomedici di analisi.</u>		
<u><b>Materiale di composizione:</b></u>		
<b>POLIETILENE</b>  Materiale atossico – traslucido, particolarmente resistente agli urti ed alla centrifugazione		
<u><b>Certificazioni materiali:</b></u>		
Tutte le materie prime e i materiali utilizzati, sono atossici, per usi alimentari e medicali certificati, secondo la legislazione Europea e FDA (USA) vigenti		
<u><b>Sistema di qualità applicato per la fabbricazione e norme di riferimento:</b></u>		

Preparato da .....	Controllato da .....	Approvato da .....
--------------------	----------------------	--------------------

Roll Sas di Finotto M. & C. Via Leonardo da Vinci n.24/A 35028 Piove di Sacco (PD)	 <b>Scheda tecnica</b>	18053	PAGINA 2 DI 2
		REVISIONE 0	DATA 01/06/2004

**LOTTO 9 ID 11**

**UNI EN ISO 9001:2000 certificato ICIM n. 4264/0 emesso da ICIM S.p.a. in data 18/01/2007**

**UNI EN 13485:2004 certificato ICIM n. 4265/0 emesso da ICIM S.p.a. in data 18/01/2007**

**CE: Sistema di garanzia della qualità attraverso emissione della Dichiarazione di Conformità CE dopo la predisposizione dei fascicoli tecnico-produttivi secondo la Direttiva CEE 98/79/CE (D.L. 08/09/2000 N.332) a disposizione dell'autorità competente.**

**UNI EN 980 Simboli grafici utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici**

**UNI EN 14971 Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici**

### **Modalità di smaltimento:**

**Prima dell'uso sono da considerarsi rifiuti non pericolosi: CER 18 01 07 "sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 08".**

**Dopo l'uso sono rifiuti sanitari potenzialmente infetti: CER 18 01 03 rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti, applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.**

Preparato da .....	Controllato da .....	Approvato da .....
--------------------	----------------------	--------------------