

Roll Sas di Finotto M. & C. Via Leonardo da Vinci n.24/A 35028 Piove di Sacco (PD)	 <b>Scheda tecnica</b>	18069	PAGINA 1 DI 2
		REVISIONE 0	DATA 01/06/2004

**LOTTO 9 ID 9**

<u>Codice</u>	<u>Descrizione</u>	
18069	<b>TAPPO A PRESA ALTA IGIENICA IN POLIETILENE PER PROVETTA DIAMETRO 16 MM</b> Disponibile nei seguenti colori: rosso cod.18070, bianco cod.18072, verde scuro cod.18074, blu cod. 18076, viola cod. 18078, arancio cod.18080, giallo cod.18082, marron cod.18370, nero cod.18371, azzurro cod. 18372, rosa cod. 18373, verde chiaro cod. 18374 e fucsia cod. 18375	
<b><u>Dimensioni e specifiche:</u></b>		
Altezza presa: Altezza totale: Diametro:	17 mm 26 mm 16 mm	
<b><u>Confezionamento:</u></b>		
<i>Singolo presidio</i>	<i>Imballo intermedio</i>	<i>Imballo esterno indivisibile di vendita</i>
=====	Sacco interno di protezione	Cartone da 4000 pz – etichetta applicata con CE, REF, quantità, descrizione, lotto, scadenza, produttore
<b><u>Destinazione d'uso:</u></b>		
<b>CHIUSURA PROVETTE VARIE CON CAMPIONI DI LIQUIDI BIOLOGICI</b> <u>Questo prodotto viene indirizzato agli operatori professionali di laboratori biomedici di analisi.</u>		
<b><u>Materiale di composizione:</u></b>		
<b>POLIETILENE</b>		
<b>Materiale atossico – traslucido, particolarmente resistente agli urti ed alla centrifugazione</b>		
<b><u>Certificazioni materiali:</u></b>		

Preparato da .....	Controllato da .....	Approvato da .....
--------------------	----------------------	--------------------

Roll Sas di Finotto M. & C. Via Leonardo da Vinci n.24/A 35028 Piove di Sacco (PD)	 <b>Scheda tecnica</b>	18069	PAGINA 2 DI 2
		REVISIONE 0	DATA 01/06/2004

**LOTTO 9 ID 9**

**Tutte le materie prime e i materiali utilizzati, sono atossici, per usi alimentari e medicali certificati, secondo la legislazione Europea e FDA (USA) vigenti**

**Sistema di qualità applicato per la fabbricazione e norme di riferimento:**

**UNI EN ISO 9001:2000 certificato ICIM n. 4264/0 emesso da ICIM S.p.a. in data 18/01/2007**

**UNI EN 13485:2004 certificato ICIM n. 4265/0 emesso da ICIM S.p.a. in data 18/01/2007**

**CE: Sistema di garanzia della qualità attraverso emissione della Dichiarazione di Conformità CE dopo la predisposizione dei fascicoli tecnico-produttivi secondo la Direttiva CEE 98/79/CE (D.L. 08/09/2000 N.332) a disposizione dell'autorità competente.**

**UNI EN 980 Simboli grafici utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici**

**UNI EN 14971 Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici**

**Modalità di smaltimento:**

**Prima dell'uso sono da considerarsi rifiuti non pericolosi: CER 18 01 07 "sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 08".**

**Dopo l'uso sono rifiuti sanitari potenzialmente infetti: CER 18 01 03 rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti, applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.**