

Roll Sas di Finotto M. & C. Via Leonardo da Vinci n.24/A 35028 Piove di Sacco (PD)	 <b>Scheda tecnica</b>	182480	PAGINA 1 DI 3
		REVISIONE 0	DATA 01/06/2004

**LOTTO 9 ID 1**

<u>Codice</u>	<u>Descrizione</u>			
182480	CAPSULA DI PETRI <b>STERILE</b> IN POLISTIROLO. <b>VENTILATA</b> . PER APPARECCHI AUTOMATICI. <b>DIAMETRO 94 MM.</b>			
				
			<u>Dimensioni e specifiche:</u>	
			Diametro: 90,00 mm circa Altezza : 15,00 mm circa Spessore : 1,00 mm circa Peso : 14,50 gr. circa E' fornita di un bordino per una migliore impilatura	
			<u>Sterilità</u>	
			Mediante irraggiamento, in accordo alle norme ISO 11137, UNI EN ISO 11737-2, UNI EN 552, UNI EN 556.	
<u>Confezionamento:</u>				
<b>Imballo intermedio</b> <b>Sacchi da 24 pezzi</b>		<b>Imballo esterno indivisibile di vendita</b> Cartoni 720 pz - etichetta applicata con: CE, REF, quantità, descrizione, lotto, scadenza, produttore		
<u>Destinazione d'uso:</u>				
Contenimento di terreni di coltura agarizzati per analisi microbiologiche Questo prodotto viene indirizzato agli operatori professionali di laboratori biomedici di <u>analisi</u> .				
<u>Materiale di composizione:</u>				

Preparato da .....	Approvato da .....
--------------------	--------------------

**LOTTO 9 ID 1**

## **POLISTIROLO**

**Materiale atossico – trasparente, poco resistente agli urti ed ai solventi a base di idrocarburi aromatici e clorurati – Particolarmente indicato per contenitori, tazzine e piastre di Petri – in centrifuga resiste fino a circa 1500G (consultare il normogramma per ricavare la velocità in RPM)**

### **Sistema di qualità applicato per la fabbricazione e norme di riferimento:**

**UNI EN ISO 9001:2000 certificato ICIM n. 4264/0 emesso da ICIM S.p.a. in data 18/01/2007**

**UNI EN 13485:2004 certificato ICIM n. 4265/0 emesso da ICIM S.p.a. in data 18/01/2007**

**CE: Sistema di garanzia della qualità attraverso emissione della Dichiarazione di Conformità CE dopo la predisposizione dei fascicoli tecnico-produttivi secondo la Direttiva CEE 98/79/CE (D.L. 08/09/2000 N.332) a disposizione dell'autorità competente.**

**UNI EN 980 Simboli grafici utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici**

**UNI EN 14971 Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici**

### **Modalità di smaltimento:**

**Prima dell'uso sono da considerarsi rifiuti non pericolosi: CER 18 01 07 "sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 08".**

**Dopo l'uso sono rifiuti sanitari potenzialmente infetti: CER 18 01 03 rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti, applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.**

### **Certificazioni materiali:**

Roll Sas di Finotto M. & C. Via Leonardo da Vinci n.24/A 35028 Piove di Sacco (PD)	 <b>Scheda tecnica</b>	182480	PAGINA 3 DI 3
		REVISIONE 0	DATA 01/06/2004

**LOTTO 9 ID 1**

**Tutte le materie prime e i materiali utilizzati, sono atossici, per usi alimentari e medicali certificati, secondo la legislazione Europea e FDA (USA) vigenti**

Preparato da .....	Approvato da .....
--------------------	--------------------