

CAPITOLATO TECNICO
GARA PER LA FORNITURA DI TNT NON STERILE

1. PREMESSA

Oggetto della Convenzione è la fornitura di beni in **Tessuto Non Tessuto (TNT)** non sterile e relativi servizi accessori, suddivisa in 21 (ventuno) Lotti, i cui quantitativi sono indicati nell'Allegato 5 "Fabbisogni".

Il presente documento definisce le caratteristiche tecniche minime dei singoli prodotti e dei relativi servizi cui ciascun Fornitore aggiudicatario deve attenersi nell'erogazione degli stessi.

2. CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura. In particolare i prodotti, quando previsto, devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE sui "Dispositivi Medici", attuata con D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.

La marca dei singoli prodotti offerti deve essere dichiarata in sede di Offerta Tecnica e risultare dalle Schede Tecniche che la Ditta Concorrente deve allegare in sede di presentazione dell'Offerta stessa.

I prodotti in TNT non sterile possono essere lavorati con qualsiasi tipo di fibre distribuite direzionalmente o casualmente; la coesione degli stessi deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: meccanico, fisico, chimico ovvero combinazione dei medesimi, escludendo in ogni caso la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura tradizionale, nonché i prodotti cartacei, salvo i casi espressamente previsti. La lavorazione dell'articolo deve essere completata con specifici trattamenti tecnici complementari (fissaggio) tale da renderlo adatto all'uso medico nonché assicurare le seguenti caratteristiche:

- per il TNT non sterile bi-accoppiato, la totale impermeabilità e assorbenza;
- per il TNT idrorepellente, l'idrorepellenza e permeabilità all'aria.

Tutti gli articoli in TNT non sterile devono garantire una adeguata barriera al passaggio di microrganismi, possedere una resistenza tessile elevata, essere dotati di elevata drappeggiabilità e morbidezza, garantire l'antistaticità e l'assenza di peluria; devono essere offerti in colorazione stabile e antiriflesso. Ciascun articolo deve essere anallergico, non tossico, auto estinguente, inodore e non deve contenere fibre di vetro, resine, collanti e lattice e non deve disperdere fibre. Le materie prime usate per il TNT non devono in ogni caso produrre all'atto dell'incenerimento residui inquinanti.

La Ditta Aggiudicataria di ciascun Lotto si impegna a fornire i prodotti nei diversi colori presentati in sede di offerta, come richiesti, nel corso degli Ordinativi di Fornitura, dalle Amministrazioni Contraenti

L'Agenzia si riserva la possibilità di valutare anche quei prodotti le cui misure dovessero differire da quelle riportate nel presente allegato, purché i campioni presentati siano ritenuti idonei all'uso.

3. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI PRODOTTI

3.1. LOTTO 1 TAPPETO ASSORBENTE

RIF 1 TAPPETO ASSORBENTE

Tappeto assorbente dotato di un lato superiore altamente assorbente (capacità di assorbenza in litri pari 2 x mq circa) e un lato inferiore impermeabile e antisdrucchiolo. La misura richiesta è di cm. 150 x 90 con una tolleranza rispetto alle dimensioni dell'articolo di +/- 5 cm.

3.2. LOTTO 2 TRAVERSA SALVAMATERASSO

RIF 1 TRAVERSA SALVAMATERASSO CM 80 x 180

Traversa salvamaterasso in ovatta di cellulosa 100% e TNT nella parte a contatto con il paziente. Deve essere dotato di lembi rimboccabili e di strato impermeabile a contatto con il letto. La superficie assorbente deve avere caratteristiche di elevato assorbimento. La misura richiesta, comprensiva dei lembi di rimbocco, è di cm. 80 x 180 circa. La confezione deve contenere un numero di articoli non superiore a 50 pezzi.

RIF 2 TRAVERSA SALVAMATERASSO CM 40 x 60

Traversa salvamaterasso in ovatta di cellulosa 100% e TNT nella parte a contatto con il paziente. La parte a contatto con il letto deve essere impermeabile. La superficie assorbente deve avere caratteristiche di elevato assorbimento. La misura richiesta, è di cm. 40 x 60 circa. La confezione deve contenere un numero di articoli non superiore a 50 pezzi.

RIF 3 TRAVERSA SALVAMATERASSO CM 60 x 90

Traversa salvamaterasso in ovatta di cellulosa 100% e TNT nella parte a contatto con il paziente. La parte a contatto con il letto deve essere impermeabile. La superficie assorbente deve avere caratteristiche di elevato assorbimento. La misura richiesta è di cm. 60 x 90 circa. La confezione deve contenere un numero di articoli non superiore a 50 pezzi.

3.3. LOTTO 3 ROTOLI ASSORBENTE

RIF 1 ROTOLO ASSORBENTE

Rotolo ad alto assorbimento di liquidi, dotato di un lato superiore altamente assorbente (capacità di assorbimento in litri: 2 x mq circa) e di un lato inferiore impermeabile e antisdrucchiolo. Il prodotto deve essere disponibile nella misura di mt 1 di larghezza x mt 60 di lunghezza, con una tolleranza rispetto alle dimensioni dell'articolo di +/-10 cm. in larghezza e +/- 10 metri in lunghezza.

3.4. LOTTO 4 MANOPOLE E BAVAGLI

RIF 1 MANOPOLA

Manopola per il lavaggio del paziente, costituita da una parte interna in materiale impermeabile ed una assorbente all'esterno. L'articolo deve essere munito di elastico in grado di assicurare una buona tenuta all'avambraccio e deve presentare una saldatura su tutto il perimetro della manopola.

Sulla parte esterna, nella parte anteriore, deve essere applicata in modo fisso una spugna morbida centrale, predosata di soluzione detergente anallergica, di dimensioni sufficienti a garantire la distribuzione della soluzione stessa. Con riferimento a tale articolo la Ditta concorrente deve presentare oltre alla scheda tecnica della manopola anche quella del prodotto detergente utilizzato.

RIF 2 BAVAGLINO

Bavaglino biaccoppiato costituito da due strati: uno inferiore o lato paziente idrorepellente, uno superiore o lato esterno costituito da materiale assorbente. Il bavaglino deve avere un inserto sagomato per il collo e deve essere munito nella parte posteriore di lacci resistenti o altro efficace sistema di chiusura. La parte inferiore dell'articolo deve presentare una tasca di raccolta. Deve avere una misura di cm. 50 x 65 con una tolleranza rispetto alle dimensioni dell'articolo pari a +/- 10 cm.

3.5. LOTTO 5 CAMICE PER PERSONALE SANITARIO E CAMICE PER VISITATORI

CARATTERISTICHE GENERALI

Tutti gli articoli descritti nel presente Lotto devono essere in possesso delle seguenti caratteristiche:

- garantire una buona vestibilità;
- essere confortevoli;
- garantire una buona permeabilità all'aria.

RIF 1 CAMICI PER PERSONALE SANITARIO IN TNT

Camice per personale sanitario, idrorepellente, munito di allacciatura posteriore, deve essere dotato di manica lunga con polsino di cotone elasticizzato. L'articolo deve essere preferibilmente disponibile in vari colori e varie taglie.

RIF 2 CAMICI PER VISITATORI IN TNT

Camice per visitatori, idrorepellente, deve essere dotato di allacciatura posteriore, manica lunga con elastico ai polsi. L'articolo deve essere preferibilmente disponibile in vari colori e in varie taglie.

3.6. LOTTO 6 MASCHERE CHIRURGICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Tutte le maschere chirurgiche in TNT relative a questo Lotto devono avere le seguenti caratteristiche generali:

- conformità alla norma UNI EN 14683 del 9/2/2006 concernente “mascherine chirurgiche – requisiti e metodi di prova”;
- adattabili, confortevoli, estensibili, avvolgenti, con ampiezza regolabile;
- rifiniture saldate e non cucite;
- antiriflesso;
- indicazione della parte interna a contatto con il volto;
- dotate di barretta stringinaso tra i due tessuti;
- disponibili preferibilmente nei colori verde e azzurro;
- confezionate in box dispenser da 50 a 200 unità, che permetta un agevole prelievo unitario della maschera;
- disponibile con lacci e con elastici. La Ditta Aggiudicataria, pertanto, si impegna a garantire, durante tutta la vigenza contrattuale, la fornitura delle maschere sia con lacci sia con elastici, a seconda delle richieste di ciascuna Amministrazione.

RIF 1 MASCHERA CHIRURGICA AD ELEVATO POTERE FILTRANTE CON LACCI

Maschera chirurgica, con lacci e forma a soffietto ad elevato potere filtrante dotata delle seguenti caratteristiche:

- efficienza filtrazione batterica (BFE in vitro) > 98 %;
- resistenza alla respirazione (ΔP) < 3.0 (mm H₂O/cm.2).

RIF 2 MASCHERA CHIRURGICA AD ELEVATO POTERE FILTRANTE CON ELASTICI

Maschera chirurgica, con elastici e forma a soffietto ad elevato potere filtrante dotata delle seguenti caratteristiche:

- efficienza filtrazione batterica (BFE in vitro) > 98 %;
- resistenza alla respirazione (ΔP) < 3.0 (mm H₂O/cm.2).

RIF 3 MASCHERA CHIRURGICA AD ELEVATO POTERE FILTRANTE ANTIAPPANNANTE CON LACCI

Maschera chirurgica con lacci e forma a soffietto ad elevato potere filtrante dotata delle seguenti caratteristiche:

- efficienza filtrazione batterica (BFE in vitro) > 98 %;
- resistenza alla respirazione (ΔP) < 3.0 (mm H₂O/cm.2);
- antiappannante.

RIF 4 MASCHERA CHIRURGICA AD ELEVATO POTERE FILTRANTE ANTIAPPANNANTE CON ELASTICI

Maschera chirurgica con elastici e forma a soffietto ad elevato potere filtrante dotata delle seguenti caratteristiche:

- efficienza filtrazione batterica (BFE in vitro) > 98 %;
- resistenza alla respirazione (ΔP) < 3.0 (mm H₂O/cm.2);
- antiappannante.

3.7. LOTTO 7 COPRICAPO

CARATTERISTICHE GENERALI

Tutti gli articoli descritti nel presente Lotto devono essere in possesso delle seguenti caratteristiche:

- confezionati in dispenser;
- essere forniti in taglia unica, idonea a contenere anche folte capigliature;
- essere traspiranti.

RIF 1 COPRICAPO A TAMBURO

Copricapo con forma a tamburo, con elastico alla nuca, disponibile preferibilmente nei colori verde e azzurro, deve essere di facile adattabilità e assicurare una buona e costante tenuta senza tuttavia causare irritazioni.

RIF 2 COPRICAPO PER UOMO

Copricapo con lacci sporgenti fissi o scorrevoli di lunghezza sufficiente ad assicurare una facile ed idonea allacciatura, disponibile preferibilmente nei colori verde e azzurro, deve consentire una facile adattabilità, assicurare una buona e costante tenuta (le cuciture devono essere resistenti alla trazione ed agli strappi) senza tuttavia causare irritazioni. L'articolo deve essere dotato di fessura posteriore.

RIF 3 COPRICAPO PER VISITATORI O PAZIENTI

Copricapo dotato di chiusura con elastico circolare unico e morbido, deve essere di colore bianco.

RIF 4 COPRICAPO PER INFERMIERE

Copricapo con elastico circolare, disponibile preferibilmente nei colori verde ed azzurro, facilmente adattabile deve assicurare una buona e costante tenuta (le cuciture devono essere resistenti alla trazione ed agli strappi) senza tuttavia causare irritazioni.

RIF 5 COPRICAPO INTEGRALE

Copricapo modello integrale per equipe operatoria, dotato di allacciatura tale da racchiudere interamente i capelli, deve garantire la massima protezione al volto, non a corpo unico, con stampa a traforo per garantire la massima traspirazione, di facile adattabilità, deve coprire il capo, la fronte, le orecchie fino al collo mediante larghe bande con comoda allacciatura posteriore. Deve assicurare una buona e costante tenuta senza tuttavia causare irritazioni, deve essere orlato e con cuciture resistenti alla trazione ed agli strappi. Deve essere disponibile preferibilmente nei colori verde e azzurro.

RIF 6 COPRICAPO A TAMBURO DECORATO

Copricapo per sala operatoria con forma a tamburo ampia, munito di elastico sulla nuca, decorato, deve assicurare una facile adattabilità e una buona e costante tenuta senza causare irritazioni.

3.8. LOTTO 8 CALZARI E COPRISCARPE

RIF 1 CALZARE BARRIERA IN TNT E POLIETILENE IN BIACCOPPIATO (PE)

Calzare in TNT e PE biaccoppiato, sagomato e permeabile all'aria. L'articolo che deve essere fornito in taglia unica, con ampia vestibilità, deve avere un'altezza rispetto al ginocchio non inferiore a cm. 45 e deve essere di lunghezza, rispetto al piede, non inferiore al n. 40. L'articolo deve essere fornito con chiusura ad

elastico e deve presentare una cucitura centrale rinforzata. Deve garantire l'elevata resistenza agli strappi anche dopo l'uso prolungato e a seguito di forti trazioni ed essere disponibile preferibilmente nei colori verde e azzurro.

RIF 2 COPRISCARPE IN TNT

Copriscarpe in TNT, fornito in taglia unica, deve essere idoneo a contenere una calzatura non inferiore al n. 45. Deve essere munito di elastico e di idonea chiusura tale da garantire la perfetta tenuta sia agli agenti esterni che alla calzatura. L'articolo deve essere fornito in confezioni da 100 pezzi o multipli di 100 (max 300 pz) e deve essere disponibile preferibilmente nei colori verde e azzurro.

RIF 3 COPRISCARPE IN P.V.C.

Copriscarpe in P.V.C., fornito in taglia unica, deve essere idoneo a contenere una calzatura non inferiore al n. 45. Deve essere munito di elastico atto a garantire la perfetta tenuta sia dagli agenti esterni che alla calzatura. L'articolo, che deve essere disponibile preferibilmente nei colori verde e azzurro, deve presentare saldatura alle estremità in lunghezza e assicurare una buona tenuta contro lo scivolamento.

RIF 4 CALZARI PESANTI

Calzare pesante in plastica, taglia unica, sagomato, impermeabile, lungo fino al ginocchio, in grado di assicurare una totale barriera ai liquidi. L'articolo deve consentire l'ampia vestibilità; l'altezza al ginocchio non deve essere inferiore a cm. 45 e la lunghezza del piede non inferiore al n. 40. Deve garantire l'elevata resistenza agli strappi anche dopo l'uso prolungato e a seguito di forti trazioni. L'articolo deve essere fornito sia con elastico che con lacci e deve essere disponibile preferibilmente nei colori verde e azzurro.

RIF 5 CALZARI IMPERMEABILI

Calzare in TNT impermeabile e idrorepellente, taglia unica, sagomato, lungo fino al ginocchio. L'articolo deve consentire l'ampia vestibilità; l'altezza al ginocchio non deve essere inferiore a cm. 45 e la lunghezza del piede non deve essere inferiore al n. 40. Deve garantire l'elevata resistenza agli strappi anche dopo l'uso prolungato e a seguito di forti trazioni. L'articolo deve essere dotato di chiusura con elastico e bande antiscivolo e deve essere disponibile preferibilmente nei colori verde e azzurro.

3.9. LOTTO 9 CAMICI PER PAZIENTI E PERSONALE SANITARIO

CARATTERISTICHE GENERALI

Tutti gli articoli descritti nel presente Lotto devono essere in possesso delle seguenti caratteristiche:

- garantire una buona vestibilità;
- essere confortevoli;
- garantire una buona permeabilità all'aria.

RIF 1 CAMICI PER PAZIENTI IN TNT

Camice per pazienti, idrorepellente, di tessuto non trasparente, dotato di allacciatura posteriore e manica corta, di colore bianco. L'articolo deve essere preferibilmente disponibile in vari colori e in varie taglie.

RIF 2 CAMICI PER PERSONALE SANITARIO IN TNT E PE

Camice in TNT e PE per personale sanitario, con la parte esterna assorbente e la parte interna impermeabile, almeno nella parte anteriore dell'articolo. La manica deve essere lunga e munita di polsino in cotone elasticizzato. Deve assicurare una adeguata barriera da sangue e liquidi se sottoposti a pressione. L'articolo deve essere preferibilmente disponibile in vari colori e in varie taglie.

3.10. LOTTO 10 TELINO

RIF 1 TELINO CON FILM PLASTICO

Telino biaccoppiato composto da uno strato superiore in TNT altamente assorbente e da uno strato inferiore impermeabile, in film plastico. L'articolo deve essere disponibile nella seguente misura cm. 75 x 90, con una tolleranza rispetto alle dimensioni dell'articolo pari a +/- 5 cm.

RIF 2 TELINO

Telino biaccoppiato, disponibile nei colori verde e azzurro, deve essere costituito da uno strato superiore altamente assorbente e da uno strato inferiore impermeabile. L'articolo deve essere disponibile nella misura di cm. 40 x 50, con una tolleranza rispetto alle dimensioni dell'articolo pari a +/- 5 cm.

3.11. LOTTO 11 FEDERE E LENZUOLI

RIF 1 FEDERE

Federa assorbente di colore bianco, cucita o termosaldata ai lati, di dimensioni adatte a contenere i cuscini di dimensione standard. Deve garantire un elevato grado di resistenza allo strappo e alla trazione, con eventuali cuciture tali da non provocare irritazioni. Il prodotto deve essere disponibile nella misura di cm. 50 x 80 con una tolleranza rispetto alle dimensioni dell'articolo di + 10 cm.

RIF 2 LENZUOLO

Lenzuolo di colore bianco, di dimensioni rapportate ai materassi standard, dotato di elevato grado di resistenza agli strappi ed alla trazione, con eventuali cuciture tali da non provocare irritazioni. Il prodotto deve essere disponibile nella misura di cm. 160 x 240 con una tolleranza rispetto alle dimensioni dell'articolo di + /-10 cm.

RIF 3 LENZUOLO PER LETTINI DI SALA OPERATORIA CM 150 x 240

Lenzuolo in doppio strato pretagliato per lettini di sala operatoria, in grado di assicurare l'elevata resistenza agli strappi ed alla trazione. L'articolo deve essere disponibile nella seguente misura cm. 150 x 240, con una tolleranza rispetto alle dimensioni dell'articolo di + /-10 cm., preferibilmente nei colori verde e azzurro.

RIF 4 LENZUOLO PER LETTINI DI SALA OPERATORIA CM 80 x 200

Lenzuolo in doppio strato pretagliato per lettini di sala operatoria, in grado di assicurare l'elevata resistenza agli strappi ed alla trazione. L'articolo deve essere disponibile nella seguente misura cm. 80 x 200, con una tolleranza rispetto alle dimensioni dell'articolo di + 10 cm., preferibilmente nei colori verde e azzurro.

3.12. LOTTO 12 MASCHERE CHIRURGICHE CON VISIERA E MASCHERE CHIRURGICHE CON VISIERA E SPUGNA

CARATTERISTICHE GENERALI

Tutte le maschere chirurgiche in TNT relative a questo Lotto devono avere le seguenti caratteristiche generali:

- conformità alla norma UNI EN 14683 del 9/2/2006 concernente "mascherine chirurgiche – requisiti e metodi di prova";
- adattabili, confortevoli, estensibili, avvolgenti, con ampiezza regolabile;
- rifiniture saldate e non cucite;
- antiriflesso;
- indicazione della parte interna a contatto con il volto;
- dotate di barretta stringinaso tra i due tessuti;
- disponibili preferibilmente nei colori verde e azzurro;

- confezionate in box dispenser da 50 a 200 unità, che permetta un agevole prelievo unitario della maschera;
- disponibile con lacci e con elastici (con la sola eccezione del rif 3). La Ditta Aggiudicataria, pertanto, si impegna a garantire, durante tutta la vigenza contrattuale, la fornitura delle maschere sia con lacci sia con elastici, a seconda delle richieste di ciascuna Amministrazione.

RIF 1 MASCHERA CHIRURGICA AD ELEVATO POTERE FILTRANTE ANTIAPPANNANTE SPLASH RESISTANT CON VISIERA CON LACCI

Maschera chirurgica con lacci e forma a soffietto ad elevato potere filtrante dotata delle seguenti caratteristiche:

- visiera avvolgente anche lateralmente. La visiera dovrà essere otticamente neutra a superficie interna priva di riflessi, idonea a mantenere una buona circolazione d'aria tra visiera e viso dell'operatore;
- efficienza filtrazione batterica (BFE in vitro) > 98 %;
- resistenza alla respirazione (ΔP) < 5.0 (mm H₂O/cm.2);
- resistenza agli schizzi >120 mmhg;
- antiappannante.

RIF 2 MASCHERA CHIRURGICA AD ELEVATO POTERE FILTRANTE ANTIAPPANNANTE SPLASH RESISTANT CON VISIERA CON ELASTICI

Maschera chirurgica con elastici e forma a soffietto ad elevato potere filtrante dotata delle seguenti caratteristiche:

- visiera avvolgente anche lateralmente. La visiera dovrà essere otticamente neutra a superficie interna priva di riflessi, idonea a mantenere una buona circolazione d'aria tra visiera e viso dell'operatore;
- efficienza filtrazione batterica (BFE in vitro) > 98 %;
- resistenza alla respirazione (ΔP) < 5.0 (mm H₂O/cm.2);
- resistenza agli schizzi >120 mmhg;
- antiappannante.

RIF 3 MASCHERA CHIRURGICA CON VISIERA SPUGNA FRONTALE ANTIAPPANNANTE

Maschera chirurgica con elastici, forma a soffietto dotata delle seguenti caratteristiche:

- visiera e spugna frontale;
- munita di schermo protettivo esteso e spugna che dovrà essere fissata lateralmente alla parte superiore della maschera per proteggere la parte alta del viso;
- efficienza filtrazione batterica (BFE in vitro) > 98 %;
- resistenza alla respirazione (ΔP) < 5.0 (mm H₂O/cm.2);
- antiappannante.

3.13. LOTTO 13 GREMBIULE PER PERSONALE SANITARIO IN TNT E PE

RIF 1 GREMBIULE IN TNT E PE

Grembiule per personale sanitario con pettorina anteriore biaccoppiato in TNT e PE; il lato esterno dell'articolo deve essere assorbente mentre il lato interno impermeabile, dotato di lacci idonei ad assicurare l'allacciatura posteriore. L'articolo deve essere disponibile in taglia unica.

3.14. LOTTO 14 TELI TERMICI

RIF 1 TELO TERMICO IN MATERIALE ANTISTATICO CM 120 x 200

Telo termico in materiale antistatico, permeabile ai raggi X, impermeabile ai liquidi, dotato di svasatura sul collo. Deve essere disponibile nella misura di cm. 120 x 200, con un tolleranza ammessa pari a +/-10 cm.

RIF 2 TELO TERMICO IN MATERIALE ANTISTATICO CM 120 x 120

Telo termico in materiale antistatico, permeabile ai raggi X, impermeabile ai liquidi, dotato di svasatura sul collo. Deve essere disponibile nella misura di cm. 120 x 120, con un tolleranza ammessa pari a +/- 10 cm.

RIF 3 TELO TERMICO PER NEONATI CM 90 x 90

Telo termico per neonato, permeabile ai raggi x, impermeabile ai liquidi, dotato di cappuccio e adesivo di chiusura. Deve essere disponibile nella misura di cm. 90 x 90, con una tolleranza ammessa pari a +/- 5 cm.

RIF 4 TELO TERMICO PER NEONATI CM 60 x 60

Telo termico per neonato, permeabile ai raggi x, impermeabile ai liquidi, dotato di cappuccio e adesivo di chiusura. Deve essere disponibile nella misura di cm. 60x 60, con una tolleranza ammessa pari a +/- 5cm.

3.15. LOTTO 15 MASCHERE CHIRURGICHE A BECCO DI PAPERA, GREMBIULE IN POLIETILENE E GREMBIULE IN PVC

CARATTERISTICHE GENERALI

Tutte le maschere chirurgiche in TNT relative a questo Lotto devono avere le seguenti caratteristiche generali:

- conformità alla norma UNI EN 14683 del 9/2/2006 concernente “mascherine chirurgiche – requisiti e metodi di prova”;
- adattabili, confortevoli, estensibili, avvolgenti, con ampiezza regolabile;
- rifiniture saldate e non cucite;
- antiriflesso;
- indicazione della parte interna a contatto con il volto;
- dotate di barretta stringinaso tra i due tessuti;
- disponibili preferibilmente nei colori verde e azzurro;
- confezionate in box dispenser da 50 a 200 unità, che permetta un agevole prelievo unitario della maschera;
- disponibile con lacci e con elastici. La Ditta Aggiudicataria, pertanto, si impegna a garantire, durante tutta la vigenza contrattuale, la fornitura delle maschere sia con lacci sia con elastici, a seconda delle richieste di ciascuna Amministrazione.

RIF 1 MASCHERA CHIRURGICA A BECCO DI PAPERA CON LACCI

Maschera chirurgica a becco di papera con lacci, dotata delle seguenti caratteristiche:

- efficienza filtrazione batterica (BFE in vitro) > 98 %;
- resistenza alla respirazione (ΔP) < 3.0 (mm H₂O/cm.2);
- antiappannante.

RIF 2 MASCHERA CHIRURGICA A BECCO DI PAPERA CON ELASTICI

Maschera chirurgica a becco di papera con elastici, dotata delle seguenti caratteristiche:

- efficienza filtrazione batterica (BFE in vitro) > 98 %;
- resistenza alla respirazione (ΔP) < 3.0 (mm H₂O/cm.2);

antiappannante.

RIF 3 GREMBIULE PER PERSONALE SANITARIO IN POLIETILENE

Grembiule protettivo con pettorina anteriore in polietilene, impermeabile ai liquidi e avvolgente. L'articolo deve essere disponibile in taglia unica.

RIF 4 GREMBIULE PER DISTRIBUZIONE VITTO E CURE IGIENICHE IN PVC

Grembiule con pettorina anteriore in PVC, adatto alla distribuzione del vitto e alla prestazione di cure igieniche, di colore bianco. L'articolo deve essere disponibile in taglia unica.

3.16. LOTTO 16 LENZUOLO ISOTERMICO

RIF 1 LENZUOLO ISOTERMICO PER EMERGENZA

Lenzuolo isotermico per emergenza; ripiegato deve assicurare il minimo ingombro. Lo spessore dell'articolo deve essere di 13 micron mentre la misura dello stesso deve esseri pari a cm. 220 x 150 con una tolleranza ammessa di +/-10 cm. Deve essere disponibile nelle versioni: argento / argento; oro / argento.

3.17. LOTTO 17 MANICOTTI

RIF 1 MANICOTTO PER PERSONALE DI AMBULANZA

Manicotto per personale di ambulanza, provvisto di polsino elasticizzato e termosaldato, di misura pari a 50 cm., con una tolleranza rispetto alle dimensioni dell'articolo pari a +/- 10 cm.

3.18. LOTTO 18 SET PER RICOVERATI D'URGENZA

RIF 1 SET PER UOMO

Set per uomo, taglia unica, costituito da casacca a manica corta, pantalone, slip e ciabatte; il tutto deve essere contenuto all'interno di una busta anch'essa in TNT.

RIF 2 SET PER DONNA

Set per donna, taglia unica, costituita da camicione a manica corta, slip e ciabatte; il tutto deve essere contenuto all'interno di una busta anch'essa in TNT.

3.19. LOTTO 19 COPRIFERULA

RIF 1 COPRIFERULA

Copriferula, impermeabile, resistente, con laccio di chiusura, disponibile nella misura di cm. 75 x 115, con una tolleranza rispetto alle dimensioni dell'articolo pari a +/- 5 cm.

3.20. LOTTO 20 COPRICAPO A BUSTINA

RIF 1 COPRICAPO A BUSTINA BIANCO

Copricapo a bustina di colore bianco, deve garantire una facile adattabilità.

3.21. LOTTO 21 MACHERA DI CARTA

RIF 2 MASCHERA DI CARTA

Maschera per bocca e naso in cellulosa o in TNT, con elastici, avente le seguenti caratteristiche:

- conforme a quanto indicato dal D. Lgs n. 46 del 24/02/1997 "attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici" e successive modificazioni;
- di colore bianco, in carta porosa ad un velo, a fibra lunga, sufficientemente robusta;
- adattabile, estensibile, avvolgente, ampiezza regolabile.

4. CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA

Tutti i prodotti offerti devono essere imballati in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto.

Gli articoli devono inoltre essere contenuti in apposite confezioni che ne permettano il trasporto e lo stoccaggio.

L'etichettatura dei prodotti deve essere conforme alla Direttiva 93/42/CEE sui "Dispositivi Medici", attuata con D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni. Tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni devono essere anche in lingua italiana così come stabilito dall'art. 5 comma IV° del decreto su citato e successivi aggiornamenti.

L'etichettatura deve essere posta, nel rispetto della normativa vigente, sul singolo prodotto, sull'involucro, se singolo o sulla confezione commerciale.

5. IMBALLAGGIO

L'imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere robusto e realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto che ne deve garantire l'integrità finale.

Qualora gli imballaggi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, gli articoli verranno respinti e il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

Sull'imballaggio esterno deve essere apposta un'etichetta contenente le seguenti informazioni:

- contrassegno del Fornitore;
- nome dei prodotti contenuti.

6. SERVIZI ACCESSORI

I servizi di seguito descritti sono connessi ed accessori alla fornitura degli articoli messi a gara e, quindi, sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima.

7. CONSEGNA

L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall'Amministrazione nelle Richieste di Approvvigionamento.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore Aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. L'esecuzione delle prestazioni non potrà avvenire mediante consegne ripartite, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la singola Amministrazione.

Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione a Richieste di Approvvigionamento di importo complessivo non inferiore a Euro 500,00 IVA esclusa e ad adempiere alla consegna in tutte le sedi indicate nelle Richieste di Approvvigionamento.

Resta facoltà del Fornitore, pertanto, dare seguito a Richieste di Approvvigionamento di importo inferiore a quello sopra indicato.

La consegna degli articoli deve avvenire entro e non oltre **15** giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione delle Richieste di Approvvigionamento.

All'atto della prima consegna, il Fornitore dovrà consegnare una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni con quelle descritte nell'Offerta Tecnica e, comunque, con i requisiti di conformità previsti nel presente Capitolato Tecnico. L'Agenzia e le singole Amministrazioni si riservano, in ogni caso, nel corso della vigenza dei singoli Ordinativi di Fornitura, la facoltà di effettuare verifiche sugli articoli consegnati.

L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui copia verrà consegnata all'Amministrazione. Il documento di trasporto dovrà obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Approvvigionamento, data della Richiesta di Approvvigionamento, luogo di consegna e l'elenco dettagliato del materiale consegnato.

La firma posta su tale documento all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto previsto nella Richiesta di Approvvigionamento. L'Amministrazione si riserva di accertare la quantità e la qualità in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di Approvvigionamento, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il

Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione gli articoli richiesti nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta medesima.

7.1. CONSEGNA IN PALLET

Qualora il Fornitore provveda alla consegna dei prodotti mediante pallet, deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- pallet EURONORM da 1200 X 800 mm. assolutamente integro;
- integralmente e correttamente imballato con il cellophane, qualora la stabilità della merce lo richieda;
- altezza complessiva (colli + pallet) non superiore a cm. 120;
- peso complessivo non superiore ai 750 Kg.

Il Fornitore deve provvedere a proprie spese al ritiro e allo smaltimento dei pallet utilizzati per la consegna dei prodotti.

I colli contenuti in ciascun pallet devono essere perfettamente allineati, senza debordamenti e riportare all'esterno (stampata sul cartone o su di una etichetta autoadesiva applicata sul cartone) l'indicazione del prodotto contenuto e la relativa confezione, che deve essere sempre mantenuta per tutta la durata della fornitura. Imballo e confezioni devono essere a perdere.

8. RESI PER MERCI NON CONFORMI

I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca, e tutte le caratteristiche previste dal Capitolato e in generale nella documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, saranno respinti dalle Amministrazioni e il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 2 giorni senza alcun aggravio di spesa. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna". La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 gg. dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.

9. TRASMISSIONE CATALOGO PRODOTTI INFORMATIZZATO

Il Fornitore, al fine di pubblicare gli articoli nel Sito, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di Aggiudicazione Provvisoria, si obbliga a consegnare all'Agenzia, le seguenti informazioni:

- un'immagine dei prodotti in Convenzione in formato GIF o JPEG se espressamente richiesto dall'Agenzia;
- la descrizione dei prodotti con le principali caratteristiche;
- le informazioni sull'azienda produttrice;
- il numero di telefono, fax e l'indirizzo e-mail del Call Center.

Il catalogo dei prodotti da fornire oggetto della Convenzione e le ulteriori informazioni richieste sarà visualizzato in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali. In tale pagina le Amministrazioni potranno:

- scegliere il tipo e le quantità corrispondenti al prodotto da ordinare, con relativo costo globale,
- produrre il documento "Ordinativo di Fornitura",
- inviare l'Ordinativo di Fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente al Fornitore,
- stampare copia cartacea dell'Ordinativo di Fornitura da firmare ed inviare al Fornitore via fax o posta (per le Amministrazioni che non sono in possesso della firma digitale).

Al Fornitore verrà fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di:

- ricevere gli Ordinativi di Fornitura;
- monitorare costantemente il data base degli Ordinativi di Fornitura.

10. RIFERIMENTI DELLA DITTA FORNITRICE

Il Fornitore si impegna, entro 15 giorni dalla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione di:

- festivi,
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio,
- seconda e terza settimana di agosto.

Le Amministrazioni potranno rivolgersi al Fornitore per:

- richiedere informazioni sui servizi compresi nella Convenzione;
- richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
- inoltrare reclami.

11. SERVIZIO DI REPORTISTICA

Il Fornitore, deve inviare all'Agenzia, su base trimestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun trimestre di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali; l'Agenzia può richiedere al Fornitore l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà altresì essere effettuato dall'Agenzia anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

In particolare i report trimestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome dell'Amministrazione Contraente;
- valore Richiesta di Approvvigionamento;
- quantitativo di beni ordinati,
- numero dell'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema;
- valore dell'Ordinativo di Fornitura;

e ogni altra informazione richiesta dall'Agenzia in sede di stipula della Convenzione.