


LOTTO N. 2 - RIF. ART. 2

	<p>Traversa salvamaterasso non rimboccabile misura cm 40x60</p> <p>SOFFISOF</p>	<p>CODICE PRODOTTO: 00228</p>
---	--	--------------------------------------

<p>RIC. CODICE NOMENCLATORE: 101.31.11</p>	<p>CODICE EAN: 8 007300 00228 6</p>	<p>RIC. COD. CLASSIFICAZIONE ISO: 18.12.15.006</p>
--	---	--

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

<p>Asilio assorbente non indossabile atto alla protezione del materasso</p>

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

<p>MATERIALE ASSORBENTE:</p>	<p>Strato assorbente di cellulosa priva di resine e collanti a fibra lunga, non trattata con sbiancanti ottici.</p>
<p>STRATO A CONTATTO CON LA CUTE:</p>	<p>Telino filtrante in tessuto non tessuto ipoallergenico da 14 gr/mq. Peso su prodotto gr. 3,360</p>
<p>STRATO ESTERNO:</p>	<p>Materiale impermeabile atossico in polietilene da 19 gr/mq micron 20. Peso su prodotto gr. 5,520</p>

CARATTERISTICHE GENERALI

<p>COLORE DI IDENTIFICAZIONE:</p>	<p>Bianco</p>
<p>PESO TOTALE:</p>	<p>Gr. 44,5</p>
<p>PESO FLUFF</p>	<p>Gr. 34,10</p>
<p>PORZIONE ASSORBENTE:</p>	<p>Fluff di cellulosa gr. 34,10</p>

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

<p>LUNGHEZZA TOTALE mm 600</p>	<p>LARGHEZZA TOTALE mm 400</p>	<p>LUNGHEZZA TAMPONE mm 530</p>	<p>LARGHEZZA TAMPONE Ant/Post mm 330</p>
------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

<p>CAPACITA' DI ASSORBIMENTO METODO: ISO 11948-1 ml 1003</p>	<p>CAPACITA' SPECIFICA DI ASSORBIMENTO METODO N° 003 NMC 93 gr/gr 10,5</p>	<p>VALORE DI REWET METODO N° 002 NMC 93 gr 0,1</p>	<p>VELOCITA' DI ASSORBIMENTO METODO N° 001 NMC 93 ml/sec 3,5</p>
--	--	--	--

CARATTERISTICHE IMBALLO:

<p>NR. PEZZI /BUSTA 15</p>	<p>NR. BUSTE/CARTONI 16</p>	<p>NR. PEZZI/CARTONE 240</p>	<p>VOLUME 100 PEZZI m³ 0,038</p>
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

UTILIZZATORI

<p>Asilio atto alla protezione del materasso</p>
--

<p>Trescore Cremasco il 01.07.2004</p>	<p>Revisione nr: 00</p>
--	-------------------------

12 LUG. 2006

 S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Antonio Ogliar
