



Tripodi Dati Tecnici

Caratteristiche costruttive: le basi dei tripodi possono essere costruite da una struttura tubolare in acciaio cromato o in lega leggera. La regolazione dell'altezza si ottiene per mezzo di un canotto in lega leggera che scorre sulla base di appoggio e viene bloccato mediante il tradizionale sistema di bloccaggio di O.P.O. L'innovativo criterio di costruzione del presidio, permette di unire la parte inferiore a quella superiore mediante l'inserimento di un raccordo in materiale plastico eliminandone la saldatura. L'unione tra i tubi in lega o in acciaio con la plastica avviene direttamente in fase di stampaggio del pezzo, garantendo così solidità, sicurezza e stabilità ottimali.

Molla bloccaggio: il bloccaggio dei tubi telescopici avviene per mezzo di un sistema unico che ha le seguenti caratteristiche:

- Doppia sicurezza: sebbene una sola spina è sufficiente a garantire il bloccaggio dei tubi la doppia spina di bloccaggio aumenta la sicurezza.
- Facilità d'uso: la regolazione dell'altezza ed il bloccaggio possono essere facilmente eseguite a mano senza l'uso di utensili, chiavi ect...

Ghiera antioscillazione: poiché con il tempo i tubi telescopici dei bastoni tendono ad allentarsi, accade che durante l'uso essi diventino rumorosi; ciò non costituisce un rischio di rottura, tuttavia il rumore metallico può essere fastidioso. A tale scopo tutti i bastoni O.P.O. sono dotati di una regolare ghiera regolabile che irrigidisce i tubi telescopici tra loro evitando il rumore.

Impugnatura: il set di impugnature è vasto e comprende i seguenti tipi:

- Impugnatura antibrachiale con monoblocco e impugnatura morbida
- Impugnatura antibrachiale con regolazione dell'altezza all'avambraccio, con impugnatura morbida antistress.
- Impugnatura a maniglia anatomica e morbida
- Impugnatura palmare anatomica DX-SX

Il puntale: d'appoggio ha una superficie larga, conformemente alle prescrizioni della norma EN-ISO11334-4, inoltre esso è realizzato in materiale ad alto contenuto di gomma, tale da garantire un elevato attrito su qualsiasi superficie.

Peso: al paio KG. 2,400

Portata: Peso Paziente MAX 100 KG

Pezzi di ricambio: in questo tipo di presidio si possono sostituire:

- Molla di bloccaggio
- Ghiera antioscillazione
- Punatali

Conformità CE: i tripodi O.P.O. sono conformi alla Direttiva CEE 93/42 e DL-24/02/97, e sono stati progettati tenendo conto dei requisiti della norma UNI EN ISO11334-4. Ogni prodotto è corredato di etichetta con istruzioni per l'uso. Prodotto in classe I.