



MEDICAL AND HEALTH CARE SUPPLIER

via G. Bozzalla n.20 - 13814 POLLONE (BI) Italy
tel.015.2563008 61396 610239 fax 015.2563921

SCHEDA TECNICA

CODICE EX DM.28.12.92 – 501.11.05

COD.CLASSE DM.332/99 - ISO 03.33.06.018

CODICE PRODOTTO –05.03.6600A

DENOMINAZIONE COMMERCIALE – COMPRESSORE “BREEZE” con regolat.

DITTA PRODUTTRICE – DEMARTA VIRGINIO SNC – VIA BOZZALLA 20 – 13814 POLLONE (BI)

DITTA DISTRIBUTRICE – DEMARTA VIRGINIO SNC – VIA BOZZALLA 20 – 13814 POLLONE (BI)

MARCHIO CE – SI

ORGANISMO ACCREDITATO AL RILASCIO MARCHIO CE – AUTOCERTIFICAZIONE

DESCRIZIONE PRODOTTO – VEDI SCHEDA



Si agisce sulla manopola di regolazione del flusso d'aria con scala graduata da 1 a 8 in funzione del peso del paziente che può variare da circa Kg. 50 a circa Kg. 150. Interruttore ON/OFF con spia luminosa.



Realizzato in PVC medicale rigido; la sua erogazione di aria è di 3,3 litri per ogni ciclo di 3 minuti. Può essere usato sia con materassi ad elementi intercambiabili che con materassi a bolle e può essere appeso al letto tramite appositi ganci rivestiti in plastica; il flusso dell'aria può essere regolato tramite l'apposita manopola con scala graduata da 1 (paziente di 50 Kg. circa) a 8 (paziente di 150 Kg. circa) posta sul frontalino. L'alimentazione è a 220 V, con interruttore di accensione con spia luminosa e doppia protezione con fusibili da 1A secondo normativa CEI 62/5 classe IIB. Tutte le istruzioni per un corretto uso del compressore sono riportate sul dorso del medesimo e sono in lingua italiana. La dimensione è di cm. 26,5x11x12,5 ed il peso è di circa Kg. 1,6; il cavo di alimentazione è di m. 1,8.



DEMARTA VIRGINIO s.n.c.

Via Bozzalla n.20

Tel. 015.2563008 - 015.61396

13814 POLLONE (BI)

P.IVA 01530670026