

SCHEMA TECNICA T0686ST

ARTICOLO: TAMPONE OVATTATO STERILE

| COD. | MATERIALE | CONFEZIONE | CONFEZIONE DI VENDITA |
|------|----------------------------|---|-----------------------|
| 0686 | Stelo legno bulbo cotone | Cf. singola Carta medicale/PE trasparente | 1.000 |
| 2873 | Stelo legno bulbo cotone | Cf. da 2 pz. Carta medicale/PE trasparente | 2.000 |
| 2875 | Stelo legno bulbo cotone | Cf. da 10 pz. Carta medicale/PE trasparente | 5.000 |
| 3208 | Stelo plastica bulbo rayon | Cf. singola Carta medicale/PE trasparente | 1.000 |

DESTINAZIONE D'USO : tampone per prelievi

FABBRICANTE : Kalttek srl - Via del Progresso 2 - 35127 Padova

LUNGHEZZA : 150 mm

STERILIZZAZIONE : Ossido di etilene

STOCCAGGIO : Il dispositivo deve essere conservato in luogo asciutto, lontano da sorgenti di calore. Il tempo di conservazione del prodotto, a confezione integra, è di 5 anni. E' consigliabile movimentare il prodotto mediante mezzi e protezioni atti a prevenire danneggiamenti e/o deterioramenti delle confezioni.

MANIPOLAZIONE : Per la manipolazione, prima dell'utilizzo lavare le mani con sapone disinfettante. Non sono previste altre condizioni di manipolazione particolari.

CLASSIFICAZIONE : Classe I sterile - Invasivo temporaneo - regola 5

NORME APPLICABILI : Direttiva 93/42/CEE
D.lgs. n. 46 del 24/02/97 e s.m.i.
UNI EN 556-1:2002
UNI EN 550:1996
UNI EN ISO 11737-1:2006
UNI EN 980:2004

ORGANISMO NOTIFICATO : N. 0476 CERMET - Via Cadriano 23 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO)

