

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SETS


| | |
|--|---|
| Codice: | 72013E-0006 |
| Descrizione: | <i>Deflussore con 2 dispositivi valvolati SmartSite®</i> |
| Marca: | CareFusion |
| Nome commerciale: | N/A |
| Produttore: | CareFusion Switzerland 317 Sàrl – 1180 Rolle (Svizzera) |
| Compatibile con pompa volumetrica: | ALARIS SE Pump I-II |
| Pezzi per confezione | 50 |
| Tipo confezione: | Busta sterile |
| Tipo sterilizzazione: | Ossido di Etilene |
| Durata sterilizzazione: | 5 anni |
| Materiale componente il deflussore: | Perforatore in materiale acrilico (ABS), camera di gocciolamento in PVC, deflussore in PVC e SILICONE, punti di iniezione con SmartSite®, sistema "Accuslide" Nylon e ABS |

| | |
|--|--|
| Latex Free: | SI |
| Clamp: | Dispositivo anti-free-flow con regolatore di flusso "Accuslide" |
| Tipi di sostanze infondibili: | Tutte le sostanze compatibili con il PVC. Altri farmaci con set specifici. |
| Raccordo terminale luer lock: | SI con sistema antiattorcigliamento e cappuccio di protezione. |
| Dotazione parte terminale con: | 1 raccordo ad Y per prelievo / infusione con valvola SmartSite® |
| Materiale Valvola SmartSite®: | Corpo esterno in policarbonato Valvola interna in Silicone |
| Marcatura: Classe: | CE (n° 0086) II a |
| Volume di riempimento: | 17ml |
| Lunghezza del set: | 250 cm |
| Durata validità nell'impiego: | Il set è un Dispositivo Medico monouso e segue tutte le direttive della Farmacopea. E' consigliata la sostituzione ogni 24 ore, o come da protocollo ospedaliero in uso. |
| CND: | A03010105 |
| Numero Repertorio Ministero Sanità: | 13892/R |