

ALLEGATO 3

CAPITOLATO TECNICO

Indice

PREMESSA.....	1
1. MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA	1
2. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA	2
2.1 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLE APPARECCHIATURE.....	2
2.2 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI MATERIALI DI CONSUMO	3
3. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI	3
3.1 CONSEGNA E INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE.....	3
3.2 CONSEGNA DEI MATERIALI DI CONSUMO.....	4
3.3 COLLAUDO	5
3.4 Referente tecnico e Responsabile di commessa	6
3.5 MANUTEZIONE	6
3.5.1 Manutenzione preventiva	6
3.5.2 Manutenzione a guasto, correttiva	7
3.6 FORMAZIONE	8
3.7 APPARECCHIATURE IN SCORTA	8
4. SERVIZI CONNESSI.....	9
4.1 IMBALLAGGIO	9
4.2 CONTROLLI SULLE FORNITURE.....	9
4.3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	10
4.4 VARIAZIONE DELLA NORMATIVA	10

4.5	VARIAZIONE DEI PROTOCOLLI DI UTILIZZO.....	11
4.6	CALL CENTER	11
4.7	SERVIZIO DI REPORTISTICA.....	12
4.8	SERVIZIO DI ACCESSO DATI SU WEB	12
4.9	ACQUISTO DI PRODOTTI NON ESPRESSAMENTE RICHIESTI A GARA	13
<u>ALLEGATO A</u>		14

PREMESSA

La presente gara ha ad oggetto:

- la fornitura in service di pompe di infusione per la somministrazione controllata di liquidi, alimenti, medicinali e sangue e relativi materiali di consumo;
- l'erogazione dei servizi di manutenzione preventiva e correttiva, verifica di sicurezza elettrica, verifiche funzionali, tarature ed eventuali calibrazioni;
- gli altri servizi accessori.

Le apparecchiature da fornire e da installare devono essere comprensive di tutti gli accessori e/o moduli necessari al funzionamento, nulla escluso. Se ai fini della manutenzione è necessaria ulteriore strumentazione dedicata, essa deve essere inclusa nella fornitura.

Il numero di apparecchiature richieste è riportato nell'Allegato A al presente documento.

Le apparecchiature devono essere fornite e installate e i materiali di consumo devono essere consegnati, tutto come più avanti specificato, nelle sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna. Le apparecchiature di cui al Lotto 4 devono essere fornite e installate e i relativi deflussori devono essere consegnati, a richiesta delle Aziende Sanitarie contraenti, anche nelle sedi delle Aziende pubbliche di servizi alla persona territorialmente afferenti alle stesse Aziende richiedenti.

1. MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA

L'erogazione dei servizi di manutenzione, verifica di sicurezza, verifiche funzionali, tarature ed eventuali calibrazioni e gli altri servizi si intende connessa alla fornitura.

Si intende che le apparecchiature e i dispositivi connessi dovranno essere forniti a canone zero. Per la fornitura del materiale di consumo, le Aziende Sanitarie contraenti corrisponderanno al Fornitore aggiudicatario i prezzi netti unitari riferiti all'offerta economica, come previsto dal Disciplinare di gara.

2. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

I prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata della Convenzione degli Ordinativi di Fornitura.

L'elenco delle apparecchiature e del materiale di consumo e le relative caratteristiche, distinte per singolo Lotto, sono riportate nell'Allegato 4 Caratteristiche tecniche della fornitura.

2.1 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLE APPARECCHIATURE

Tutte le apparecchiature costituenti la fornitura devono essere:

- nuove di fabbrica;
- conformi alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature e dei dispositivi connessi alle medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori;
- marcate CE.

In particolare le apparecchiature e i set devono essere classificati come Dispositivi Medici secondo quanto previsto dal D.lgs 46/97 e successive integrazioni o modifiche, in recepimento della direttiva Europea 93/42 e successive integrazioni e modifiche (direttiva 47/2007 CE) e devono rispondere a quanto previsto dal Decreto 21 dicembre 2009 del Ministero della Salute. In caso di iscrizione al Repertorio la ditta concorrente dovrà fornire il numero di registrazione al Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia (RDM), come previsto dal Disciplinare di gara.

Tutte le pompe offerte devono rispondere alle norme armonizzate generali (EN 60601.1) e di prodotto (60601.2.24) vigenti e successive varianti.

2.2 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI MATERIALI DI CONSUMO

I materiali di consumo quali set di infusione, deflussori e sacche universali, raccordi e quanto altro necessario per garantire le prestazioni delle apparecchiature devono essere:

- monouso;
- latex free;
- sterili.

Ogni confezione dovrà riportare la data di scadenza del materiale.

3. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

3.1 CONSEGNA E INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE

Le attività di consegna delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in opera.

La consegna e l'installazione delle apparecchiature dovranno avvenire entro un termine massimo di 5 mesi dalla data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, secondo un piano concordato con ciascuna azienda e comunque assicurando le seguenti modalità:

- per un quantitativo di apparecchiature richieste da ciascuna Azienda inferiore a 250 dovrà essere assicurata la consegna di 50 apparecchiature al mese;
- per un quantitativo di apparecchiature richieste da ciascuna Azienda superiore a 250 dovrà essere assicurata la consegna del 20% della fornitura totale di apparecchiature al mese.

Le apparecchiature dovranno essere installate e rese funzionanti a cura e spese della Fornitore aggiudicatario presso i Reparti destinatari.

Per ogni consegna dovrà essere redatto un apposito Verbale di Consegna sottoscritto da un incaricato dell'Azienda Sanitaria Contraente e da un incaricato del Fornitore aggiudicatario.

Le apparecchiature devono essere consegnate unitamente ai seguenti documenti:

- una copia in formato cartaceo del manuale d'uso in lingua italiana per ciascuna apparecchiatura più una copia in formato elettronico per il Servizio interno all'Azienda Sanitaria che gestisce le apparecchiature biomediche;
- manuale tecnico di servizio contenente tutte le istruzioni necessarie per la manutenzione correttiva e preventiva delle apparecchiature fornite, comprensivo di schemi elettrici, circuitali e/o meccanici, descrizione dettagliata dell'hardware, descrizione dettagliata del software, descrizione delle modalità di ricerca guasto e taratura, descrizione delle varie interfacce software, sorgenti software se pattuito in fornitura, tutte le password di accesso (comprese quelle di amministratore) o in ogni caso tutto quanto è necessario per qualsiasi procedura di manutenzione, ovvero se tali informazioni non si evincono dal manuale tecnico, idonea documentazione della ditta fornitrice delle procedure di manutenzione preventiva necessarie a mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature fornite.

Al termine delle operazioni di consegna, il Fornitore aggiudicatario dovrà procedere alle operazioni di installazione (messa in funzione) sotto la supervisione dei Servizi competenti di ciascuna Azienda Sanitaria, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed in particolare adottando tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. Il fornitore dovrà altresì assicurare la piena compatibilità con gli impianti elettrici tecnologici.

3.2 CONSEGNA DEI MATERIALI DI CONSUMO

La fornitura dei materiali di consumo sarà effettuata per consegne frazionate attraverso singole Richieste di consegna emesse dalle Aziende Sanitarie contraenti nell'arco del periodo di validità dell'Ordinativo di Fornitura.

Le consegne dovranno avvenire, nelle quantità di volta in volta richieste, entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta.

In caso di mancata consegna nei termini stabiliti, l'Azienda Sanitaria contraente procederà secondo quanto stabilito nello Schema di Convenzione.

Il Fornitore aggiudicatario è obbligato a dare esecuzione a Richieste di Consegna di importo complessivo non inferiore a Euro 500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa. Resta facoltà del Fornitore aggiudicatario dare seguito a Richieste di consegna di importo inferiore a quello sopra indicato. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore aggiudicatario e la singola Azienda Sanitaria contraente.

I documenti di trasporto, oltre alla descrizione analitica dei singoli materiali di consumo devono obbligatoriamente indicare il luogo e la data di consegna della merce e il numero e la data dell'Ordinativo di Fornitura.

La merce, al momento della consegna, deve avere, di norma, validità pari almeno ai (2/3) due terzi della validità complessiva del prodotto.

Il Fornitore aggiudicatario deve garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti.

3.3 COLLAUDO

La prova di accettazione (comunemente denominata "collaudo di accettazione") verrà effettuata:

- nei luoghi e con le procedure in uso presso le Aziende Sanitarie;
- prima della loro messa in servizio;
- da parte della Ingegneria Clinica delle Aziende Sanitarie, o da parte di ditta esterna da queste incaricata;
- secondo la Guida CEI 62-122 e CEI 62-108;
- redigendo un verbale con la forma in uso presso le Aziende Sanitarie.

Se lo riterrà opportuno, o se richiesto dalla Azienda Sanitaria, il Fornitore aggiudicatario potrà presenziare alla prova, concordandolo con la Ingegneria Clinica o ditta incaricata.

È fatto divieto al Fornitore aggiudicatario di introdurre nei locali delle Aziende Sanitarie o mettere in servizio apparecchi elettrici senza il collaudo di accettazione.

In caso di collaudo di accettazione non superato, eventuali carenze alla sicurezza degli apparecchi, agli accessori, alla documentazione annessa, etc. dovranno essere contestate al Fornitore aggiudicatario in forma scritta entro una settimana dalla prova. Il fornitore si impegna a sostituire le apparecchiature entro 5 (cinque) giorni lavorativi.

3.4 REFERENTE TECNICO E RESPONSABILE DI COMMESSA

All'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, l'Azienda Sanitaria contraente dovrà nominare un Referente tecnico che sarà responsabile del controllo sulla corretta esecuzione della fornitura. Il Referente tecnico costituirà l'interfaccia tra l'Azienda Sanitaria contraente e il Fornitore aggiudicatario.

Sarà inoltre cura del Fornitore aggiudicatario nominare un Responsabile di commessa che avrà il compito di coordinare le attività inerenti agli obblighi contrattuali e, in qualità di interfaccia unica verso l'Azienda Sanitaria contraente, unico responsabile nei confronti della stessa per tutte le attività svolte.

3.5 MANUTENZIONE

Il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire l'esecuzione delle attività di manutenzione preventiva e correttiva, come sotto definite, durante tutto il periodo di validità degli Ordinativi di Fornitura.

3.5.1 *Manutenzione preventiva*

Si intende la manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un apparecchio.

La manutenzione preventiva deve essere programmata con tempi e modalità secondo quanto previsto dal piano di manutenzione del Fabbrikante dell'apparecchio e dalla guida CEI 62-108 e s.m.i.

La manutenzione preventiva deve essere comprensiva di tutte le parti di ricambio, e delle parti soggette a usura. Gli interventi di manutenzione devono comprendere anche la manutenzione migliorativa con aggiornamento all'ultima versione disponibile del software.

Il Fornitore aggiudicatario deve garantire la copertura della garanzia di vizi e difetti di fabbricazione, nonché la gestione di eventuali richiami dei produttori e la copertura della garanzia sul funzionamento per tutti quei guasti non imputabili a mancata osservanza delle prescrizioni del manuale d'uso, incuria e simili.

3.5.2 Manutenzione a guasto, correttiva

Si intende la manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di una avaria e volta a riportare un apparecchio nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta, comprensiva di tutte le parti di ricambio e soggette a usura; eseguita secondo quanto previsto dal Fabbricante dell'apparecchio e dalla guida CEI 62-108 e s.m.i..

Le apparecchiature che nel corso della durata degli Ordinativi di Fornitura dovessero richiedere interventi manutentivi che non possono essere risolti nella stessa giornata lavorativa in cui è stata attivata la chiamata dovranno essere sostituite, sempre nella stessa giornata, dal Fornitore aggiudicatario con una delle pompe fornite in scorta.

Il Fornitore aggiudicatario dovrà impegnarsi a ritirare periodicamente, presso il Servizio interno all'Azienda Sanitaria preposto alla gestione delle apparecchiature, le pompe guaste in giacenza e a reintegrare la dotazione di scorta con le apparecchiature riparate o, nel caso non fosse possibile, con nuove pompe, in modo da assicurare costantemente la possibilità di immediata sostituzione delle apparecchiature guaste. Le apparecchiature nuove prima di essere restituite al reparto utilizzatore andranno necessariamente collaudate come già previsto nel paragrafo Collaudo (par. 3.3).

Durante tutto il periodo contrattuale, il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire la sicurezza delle apparecchiature e dei dispositivi connessi forniti attraverso interventi di verifica di sicurezza elettrica e funzionali sulle apparecchiature, con periodicità almeno annuale ovvero con periodicità inferiore se prescritto dal costruttore, condotte secondo quanto previsto dalla Guida CEI 62-122.

3.6 FORMAZIONE

Il Fornitore aggiudicatario dovrà assicurare in accordo con le direttive impartite da ogni Azienda Sanitaria contraente, appositi corsi di formazione finalizzati a trasmettere al personale interno tutte le conoscenze tecniche ed operative necessarie ad un corretto utilizzo delle apparecchiature stesse.

La formazione prevede:

- per il personale sanitario, un corso da effettuare in sede allo scopo di addestrare gli operatori al corretto utilizzo di tutte le apparecchiature acquisite. La sede, le tempistiche e i contenuti delle giornate formative verranno concordati con ciascuna Azienda Sanitaria contraente.
- per il personale tecnico indicato dalle Aziende Sanitarie, un corso di formazione al primo intervento in caso di guasto sull'apparecchiatura. Detto corso, deve prevedere il rilascio di un attestato nominativo che certifichi che il personale che lo ha frequentato è abilitato ad effettuare operazioni di manutenzione correttiva e manutenzione preventiva sulle apparecchiature oggetto della fornitura limitatamente ai livelli di intervento definiti. I contenuti specifici del corso di formazione dovranno essere concordati con le singole Aziende Sanitarie.

In ogni caso il Fornitore aggiudicatario non è comunque esentata da intervenire su chiamata.

3.7 APPARECCHIATURE IN SCORTA

Il Fornitore aggiudicatario deve consegnare alle Aziende Sanitarie contraenti apparecchiature in scorta pari a :

- per il Lotto 1 circa il 5% del numero totale di apparecchiature;
- per il Lotto 2 circa il 3% del numero totale di apparecchiature;
- per il Lotto 3 circa il 2% del numero totale di apparecchiature;
- per il Lotto 4 circa il 5% del numero totale di apparecchiature.

La consegna dell'apparecchiatura di scorta dovrà avvenire presso il Servizio interno dell'azienda preposto alla gestione delle apparecchiature all'atto consegna delle altre apparecchiature ordinate.

Tali apparecchiature andranno necessariamente collaudate secondo le modalità previste nel paragrafo collaudo (par. 3.3).

4. SERVIZI CONNESSI

4.1 IMBALLAGGIO

I materiali di consumo devono avere un idoneo imballaggio conforme alla normativa vigente e devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto. In particolare, i prodotti sterili devono essere confezionati singolarmente in contenitori di facile apertura adatti al mantenimento della sterilità.

Per tutti i prodotti, il confezionamento ed i singoli imballaggi devono essere muniti di un'etichetta recante in modo chiaro e facilmente leggibile, in lingua italiana, oltre a quanto richiesto dalla vigente normativa, le seguenti indicazioni:

- Ditta produttrice e/o distributrice;
- Nome e indirizzo del responsabile dell'immissione in commercio nei casi previsti dalla vigente normativa;
- Denominazione del prodotto;
- Dicitura monouso e/o sterile dove necessario;
- Numero lotto di produzione, preceduto dalla parola "LOTTO" o il numero di serie;
- Data di scadenza;
- Istruzioni per l'uso e la conservazione;
- Metodo e data di sterilizzazione (quando previsto);
- Avvertenze e precauzioni da prendere;
- Numero di registrazione/autorizzazione presso il Ministero della Salute;
- Marchio CE

4.2 CONTROLLI SULLE FORNITURE

L'accettazione dei sei forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dai servizi competenti delle singole Aziende Sanitarie richiedenti. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità, la qualità

e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nella Richiesta di Approvvigionamento potrà essere accertata dall'Azienda Sanitaria Contraente in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore aggiudicatario. La firma apposta per accettazione della merce non esonera il Fornitore aggiudicatario dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese dal Fornitore aggiudicatario, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima, senza alcun aggravio di spesa, entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, con altra avente i requisiti richiesti. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore aggiudicatario sarà considerata "mancata consegna". È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore aggiudicatario addebitando ogni spesa sostenuta.

Nel caso in cui il Fornitore aggiudicatario rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Azienda Sanitaria Contraente procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla Fornitore aggiudicatario, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

4.3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Qualora il Fornitore aggiudicatario, durante la durata della Convenzione ovvero degli Ordinativi di Fornitura, presenti in commercio nuovi prodotti (apparecchiature e set), analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, dovrà proporre all'Agenzia la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. In caso di avallo da parte dell'Agenzia, le singole Aziende Sanitarie Contraenti:

- si riservano la facoltà di accettare tale sostituzione per le apparecchiature già fornite in service;
- si dovranno attenere alla sostituzione dei prodotti in Convenzione autorizzati dall'Agenzia per quanto riguarda i nuovi prodotti.

4.4 VARIAZIONE DELLA NORMATIVA

Qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente Capitolato e in

generale nella documentazione di gara, prima dell'aggiudicazione della presente gara, l'aggiudicazione verrà sospesa.

Qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso/in contrasto con quanto espresso nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara, nel corso della durata della Convenzione ovvero dei singoli Ordinativi di Fornitura, l'Agenzia/Aziende Sanitarie Contraenti si riservano, fatte le opportune valutazioni, il diritto di risolvere la Convenzione /Ordinativo di Fornitura.

4.5 VARIAZIONE DEI PROTOCOLLI DI UTILIZZO

Qualora in una o più Aziende Sanitarie contraenti, nel corso della durata dell'Ordinativo di Fornitura, per intervenute esigenze organizzative messe in atto successivamente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura stesso, si verificano delle modifiche ai "protocolli di utilizzo" tali da non consentire l'acquisto di quanto richiesto nell'Ordinativo di Fornitura, l'Azienda Sanitaria contraente ne darà immediata comunicazione al Fornitore aggiudicatario e all'Agenzia che provvederà, ove possibile, il reintegro dei corrispondenti quantitativi nella Convenzione a disposizione di altre Aziende Sanitarie contraenti.

In tale caso il Fornitore aggiudicatario non avrà nulla a pretendere dall'Azienda Sanitaria contraente che avrà inviato la comunicazione e avrà provveduto alla risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura.

4.6 CALL CENTER

Il Fornitore aggiudicatario si impegna, alla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione di:

- giorni festivi,
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio,
- seconda e terza settimana di agosto.

Le Aziende Sanitarie Contraenti potranno rivolgersi al Fornitore aggiudicatario per:

- richiedere informazioni sui prodotti offerti in Convenzione;
- richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
- inoltrare reclami.

4.7 SERVIZIO DI REPORTISTICA

Il Fornitore aggiudicatario, deve inviare all'Agenzia, su base trimestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun trimestre di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali; l'Agenzia può richiedere al Fornitore aggiudicatario l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà altresì essere effettuato dall'Agenzia anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore aggiudicatario, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare i *report* trimestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome dell'Azienda Sanitaria contraente;
- valore delle Richieste di Approvvigionamento;
- quantitativo di beni ordinati per singola Richiesta di Approvvigionamento;
- numero dell'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema;
- valore dell'Ordinativo di Fornitura;

e ogni altra informazione richiesta dall'Agenzia in sede di stipula della Convenzione.

4.8 SERVIZIO DI ACCESSO DATI SU WEB

Il Fornitore aggiudicatario, al fine di pubblicare gli articoli nel Sito, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di Aggiudicazione, si obbliga a consegnare all'Agenzia, le seguenti informazioni:

- un'immagine dei prodotti in Convenzione in formato GIF o JPEG se espressamente richiesto dall'Agenzia;
- la descrizione dei prodotti con le principali caratteristiche;
- le informazioni sull'azienda produttrice;
- il numero di telefono, fax e l'indirizzo e-mail del Call Center.

Il catalogo dei prodotti da fornire oggetto della Convenzione e le ulteriori informazioni richieste sarà visualizzato in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali. In tale pagina le Amministrazioni potranno:

- scegliere il tipo e le quantità corrispondenti al prodotto da ordinare, con relativo costo globale;

- produrre il documento “Ordinativo di Fornitura”,
- inviare l’Ordinativo di Fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente al Fornitore;
- stampare copia cartacea dell’Ordinativo di Fornitura da firmare ed inviare al Fornitore via fax o posta (per le Amministrazioni che non sono in possesso della firma digitale).

Al Fornitore aggiudicatario verrà fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di:

- ricevere gli Ordinativi di Fornitura;

monitorare costantemente il data base degli Ordinativi di Fornitura.

4.9 ACQUISTO DI PRODOTTI NON ESPRESSAMENTE RICHIESTI A GARA

Data la tipologia dei prodotti oggetto della presente fornitura, le Aziende Sanitarie contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, la fornitura di set con caratteristiche differenti da quelle oggetto del Lotto stesso ovvero di altri articoli non espressamente richiesti nella presente gara e compresi nel listino prezzi contenuto nella Busta C presentata in sede di gara. Resta inteso che tali richieste potranno riguardare esclusivamente prodotti analoghi a quelli previsti nel Lotto o nei Lotti aggiudicati. In questo caso si applicherà uno sconto dal prezzo di listino pari allo sconto presentato dalla Ditta aggiudicataria sul relativo Lotto.

ALLEGATO A

Lotto 1: Pompe volumetriche monovie con infusione primaria

Set e pompe	Q
Pompe volumetriche monovie con infusione primaria	2.241
Set standard a singola infusione	518.400
Set standard a singola infusione con punto iniezione	441.375
Set opaco	63.987
Set per sangue	6.640
Set a basso assorbimento	23.616

Lotto 2: Pompe volumetriche monovie con infusione secondaria

Set e pompe	Q
Pompe volumetriche monovie con infusione secondaria	357
Set standard a singola infusione	62.712
Set standard a doppia infusione	120.624
Set opaco	6.456
Set per sangue	400
Set a basso assorbimento	3.164

Lotto 3: Pompe volumetriche PCA

Set e pompe	Q
Pompe volumetriche PCA	179
Set dedicato per PCA	31.312

Lotto 4: Pompe per nutrizione enterale

Deflussori e pompe	Q
Pompe per nutrizione enterale	1.865
Deflussori standard a singola infusione	727.383
Deflussori standard con sacca	156.393

Nel numero delle pompe non sono comprese le apparecchiature in scorta di cui al paragrafo 3.7